

„Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2019“

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SANITNÍ VOZIDLA

Požadavek	hodnota požadovaná zadvatelem	hodnota nabízená uchazečem
Sanitní vozidlo		
sanitní vozidlo je určeno pro dopravu raněných, nemocných a rodiček typu A2 podle ČSN EN 1789+A2	ANO	
bude provedeno jako typ s uzavřenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění a splňující homologaci dle směrnice 2007/46/ES	ANO	
bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb. O požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby (telekom. zařízení, defibrilátor, dětský zadržný systém, kyslíková láhev, hasící přístroj a dovybavení spotřebním zdravotnickým materiálem není předmětem této zakázky)	ANO	
motor vznětový s přeplňováním	ANO	
objem motoru	min. 1900 cm ³	
výkon motoru	min. 75 kW	
dlouhý rozvor	min. 3.400 mm	
výška střechy standardní	ANO	
barva bílá	ANO	
dvousedadlo spolujezdce v kabině řidiče	ANO	
přední mlhové světlomety	ANO	
parkovací asistent	ANO	
originální radiopřijímač s integrovanou funkcí handsfree	ANO	
multifunkční ukazatel - palubní počítač	ANO	
uzamykatelná odkládací přihrádka v kabině	ANO	
zesílené pérování a tlumiče	ANO	
elektrická sklopná vyhřívaná zrcátka	ANO	
pevná přepážka s posuvným oknem	ANO	
pravé posuvné boční dveře s otevíracím oknem	ANO	
zadní výklopné dveře prosklené	ANO	
prosklený nákladový prostor	ANO	
celková šířka vozu	max. 2.300 mm	
celková výška vozu včetně majáků	max. 2.280 mm	
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	min. 3.000 kg	

klimatizace s poloautomatickou regulací u řidiče a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým vícebodovým stropním výstupem (minimálně 6 kruhových výdechů)	ANO	
Vybavení sanitní zástavby		
počet míst 4+1 v ambulantním prostoru (požadujeme dvě sedačky před lehátkem za dělicí přepážkou, přičemž prostor mezi hranou sedáku a mezistěnou musí být minimálně 30 cm), třetí sedačka před infarktovým křeslem, infarktové křeslo a nosítka s odnímatelným podvozkem), sedačky s loketními opěrkami	ANO	
uspořádání sedadel po směru jízdy (včetně integrovaných opěrek hlavy, tříbodových samonavíjecích pásů a loketní opěrky). Sedačky musí být schváleny dle ČSN EN 1789+A2	ANO	
pojízdná skládací nosítka s odnímatelným podvozkem (dle ČSN EN 1789+A2), výškově polohovatelná (minimálně 7 poloh), přední kola otočná, nosnost min. 200 kg, nosítka i uchycení nosítek musí být kompatibilní s transportní technikou používanou u zadavatele např. se značkou Medirol	ANO	
uchycení nosítek dle ČSN EN 1789+A2, stůl pod nosítka s úložným prostorem přístupným z boku a zezadu	ANO	
infarktové křeslo nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, vybavené čtyřbodovým pásem a nájezdovou rampou, včetně uchycení do podlahy vozu dle ČSN EN 1789+A2, nosnost křesla min. 250 kg, kompatibilní s transportní technikou používanou u zadavatele např. se značkou Medirol	ANO	
druhý úložný prostor pro zdravotnický materiál (uzamykatelná skříňka na levém podběhu)	ANO	
skříňová zástavba nízká, použité materiály omyvatelné a desinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení	ANO	
výstražné zvukové zařízení (v motorovém prostoru)	ANO	
výstražné světelné zařízení (3x maják s technologií LED, 2x v přední části, 1x v zadní části vozu)	ANO	
nezávislé teplovzdušné topení v přední části stolu, min. výkon 4 kw	ANO	
obložení vnitřního prostoru pro pacienty desinfikovatelným materiálem (stěn, stropu a zadních podběhů)	ANO	
protiskluzová podlaha (desinfikovatelná)	ANO	
tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru	ANO	
nástupní schůdek výklopný, nerezový	ANO	
držák infuze pro lahve i PE sáčky umístěný nad nosítky	ANO	
2 ks stropního osvětlení ambulantního prostoru (možnost ovládání řidičem a též přímo u světla)	ANO	

zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích	ANO	
pomocné osvětlení ambulantního prostoru se spínačem v bočních a zadních dveřích	ANO	
přenosná LED svítidla (možnost napájení ze zásuvky 12V/230V)	ANO	
zvuková signalizace do kabiny řidiče, ovládaná z prostoru pro pacienty (v dosahu ležícího pacienta)	ANO	
světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče	ANO	
zásuvka 12 V v prostoru pro pacienty - 2 ks	ANO	
úchyt pro kyslíkovou láhev 2l - 1 ks	ANO	
držák hasícího přístroje - 1ks	ANO	
držák odpadní nádoby - 1 ks	ANO	
aretace otevřených dveří	ANO	
nástupní madlo po obou stranách bočních dveří a na přepážce proti dvousedadlu	ANO	
stropní madlo pro sedící osoby umístěné v ose nosítek	ANO	
střešní ventilátor ovládaný z prostoru řidiče	ANO	
zmatnění oken ambulantního prostoru fólií (atestovanou)	ANO	
polepy vozidla (výstražný červený pruh po obvodu vozidla, 4 ks znaků života, označení provozovatele na předních dveřích, 3 ks symbol telefonu s číslem, výstražný symbol tlakové láhve a AED)	ANO	