

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
dne 11. 10. 2003

Vyřizuje: Ing. Patočka

Znojmo dne 28. 06. 2019

V Ý Z V A

***k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27
písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)***

***„Doplnění 3 kusů monitorů vitálních funkcí na JIP chirurgického oddělení -
náhrada za neopravitelné“***

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 195055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka tří patientských monitorů pro chirurgickou JIP Nemocnice Znojmo, jejich instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Monitory jsou náhradou za vyřazené nefunkční zdravotnické prostředky.

Účelem pořízení tohoto zdravotnického prostředku je doplnění přístrojového vybavení jednotky intenzivní péče kompatibilního se stávajícím monitorovacím systémem.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 1. 07. 2019

Technické a provozní požadavky na monitory:

- Monitory životních funkcí vyšší třídy, určené k monitorování fyziologických parametrů pacienta na chirurgické JIP, použitelný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních
- Displej LCD barevný, minimálně 12“ možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

- Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky, možnost bezdrátového dálkového ovládání, připojení myši, čtečky čárových kódů
- Zobrazení nejméně 14 křivek
- Programové vybavení - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách, simultánní zobrazení 10 svodového EKG
- Detekce arytmií, zobrazení krátkého trendu přímo na displeji, vyhodnocení arytmií z výběrem všech 10 libovolných svodů, ST úseku
- 72h trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry, 72h full disclosure nejméně 5 křivek
- Zobrazení vzdáleného lůžka
- Alarm minimálně ve třech úrovních viditelný v úhlu 360 stupňů
- Možnost tříkanálového zabudovaného zapisovače
- Kompatibilita s centrálními stanicemi Nihon Kohden 9701 a Nihon Kohden 9101
- Provoz na zabudovaný akumulátor
- Váha monitoru maximálně 6,5 kg

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (**uveďte cenu jednoho servisního zásahu sestávajícího z jedné hodiny práce a cestovních nákladů účtovaných v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky - celková částka, nikoli jednotková sazba**). V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky minimálně **24 měsíců**.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) po uplynutí záruky **včetně cestovních nákladů a DPH**. V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)

- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro distribuci ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy)
- ručně vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- uchazečem ručně doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. *Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

4. *Požadavky na zpracování nabídkové ceny*

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

5. *Obchodní podmínky:*

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. *Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:*

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, technicko investiční odbor – Ing. František Patočka. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – 3 monitory chir. JIP**“ a jménem uchazeče. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo.

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **17. 07. 2019 do 13⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **čtyř týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. Další podmínky:

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „krycí list nabídkové ceny“ a „technické parametry“, které jsou k výzvě přiloženy
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení
- pro ověření splnění požadavků zadavatele uvedených v bodu 2. této výzvy si zadavatel vyhrazuje právo bezplatného zapůjčení nabízeného přístroje uchazečem na dobu cca 10 pracovních dnů.

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo