

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax: 225001555 E-mail: medisap@medisap.cz	Objednávka ze dne 19.07.2019 Naše zakázka 01-9-0001642 Den vystavení 19.07.2019 ODBĚRATEL IČ 00092584 DIČ CZ00092584 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo
---	---

Žádáme o odsouhlasení / zamítnutí cenového návrhu k nástroji / přístroji převzatému k opravě :

Centrála iCENTRAL v.č. CZC40315CW; Modul E-miniC v.č. 7069615; Monitor B 650 v.č. SEW14127221HA;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-9-0001642**
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan **Kašpar Blahoslav**

Cenový návrh dle vyjádření výrobce:

Závady odhalené při PBTk:

monitor B650 SN: SEW14127221HA - vzhledem k chybějící krytce alarmového došlo k vniku tekutiny do elektroniky alarmového světla, které neustále svítí červeně, krytka alarmového světla doplněna během BTK, elektronika je třeba vyměnit

modul E-miniC SN: 7069615 - plynový modul nelze zkalibrovat, neustále podměřuje

UPS u centrály SN: CZC40315CW má vadný akumulátor

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998	B650 alarm light	1,00 ks	5 650,00	5 650,00
2099523-001	FRU, MINIC UNIT FOR MINIC, N-FC (REC)	1,00 ks	45 333,00	45 333,00
9998	akumulátor do UPC k centrále	1,00 ks	3 420,00	3 420,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	1,00 hod	1 290,00	1 290,00
9998-1	Dopravné	150,00 počet	13,50	2 025,00
Celkem bez DPH				57 718,00

Ing. Milan Šamánek

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne 14.8.2019

Ing. Milan Šamánek
00922584, DIČ: CZ00922584
technicko-investiční odbor
průmyslová oblast
Technické Znojmo,
15.8.2019

VYSTAVIL

Kašpar Blahoslav

mobilní telefon, blahoslav.kaspar@medisap.cz

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.