

## **Obecné**

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

## Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení (poptávky) jsou tyto položky:

Pořadí	Název položky	MJ	Množství
001.	<p><b>Kardiokardograf s telemetrickou a snímací technikou</b></p> <p>Bližší specifikace položky Základní specifikace systému:</p> <p>Kardiokardograf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorované parametry: monitorace dvojčat, TOCO, FEKG, NiBP, EKG matky prostřednictvím elektrod z hrudi pacientky, SpO2, komunikace s centrální monitorovací stanicí, komunikace telemetrickou jednotkou.</li> <li>• Ovládání CTG monitoru musí být pomocí otočného multifunkčního tlačítka a tlačítek umístěných na čelním panelu přístroje</li> <li>• Do záznamu CTG se musí přenášet všechny monitorované parametry v reálném čase</li> <li>• K CTG přístroji se musí dát připojit telemetrická jednotka, která zajišťuje přenos monitorovaných parametrů: EKG matky, EKG plodu, TOCO. Přenos musí být zajištěn jednou snímací sondou prostřednictvím nalepovací elektrody bez abdominálních pásů.</li> <li>• Standardní termocitlivý skládaný papír</li> <li>• Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG</li> <li>• K přístroji se musí dát připojit stimulator na „buzení plodu“</li> <li>• K přístroji se musí dát připojit bezkontaktní teploměr</li> <li>• K přístroji se musí dát připojit ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.</li> <li>• Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min</li> <li>• Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu</li> <li>• Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu</li> <li>• Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.</li> <li>• Ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií</li> <li>• Součástí dodávky musí být originální stolek pod CTG</li> <li>• Dodávka zahrnuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, 1x ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu, 1x hadice vč. manžety pro měření NiBP, 1x saturační čidlo vč. propojovacího kabelu, 1x kabel, 1x propojovací kabel mezi telemetrickou jednotkou a CTG přístrojem, 1x stolek pod CTG, návod v českém jazyce, instalace a zaškolení přístroje</li> <li>• Návod v českém jazyce</li> </ul> <p>Telemetrická jednotka k CTG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorované parametry: EKG plodu, TOCO, EKG matky</li> <li>• Telemetrická jednotka musí zajišťovat přenos monitorovaných parametrů mezi matkou a CTG přístrojem</li> <li>• Telemetrická jednotka musí být vybavena dvěma kusy identických vodotěsných snímacích jednotek (sond), které jsou vybaveny světelným indikátorem</li> <li>• Doba nabíjení telemetrického snímače (sondy) max. 2 hod.</li> <li>• Doba monitorace na jednu nabitou jednotku (sondu) až 11 hod.</li> <li>• Dokovací stanice musí být vybavena barevným dotykovým displejem 108 mm x 65 mm, pro ovládání telemetrické jednotky</li> <li>• Na displeji musí být barevný indikátor, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu ve třech úrovních. (tři zelené, dvě oranžové, jedna červená). Displej také zobrazuje aktuální hodnotu nabití akumulátoru v používané jednotce.</li> <li>• Přenos monitorovaných parametrů musí zajišťovat pouze jedna sonda mezi matkou a CTG přístrojem</li> <li>• Sonda musí být připojena na tělo matky pomocí jedné nalepovací elektrody</li> <li>• Dobíjení snímacích jednotek musí být pomocí bezkontaktního dobíjecího modulu, který je součástí dokovací stanice</li> <li>• Dosah telemetrického přenosu do 30 m</li> <li>• Sonda musí snímat monitorované parametry min. po dobu 8 hodin</li> </ul> <p>Specifikace snímací jednotky (sondy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FHR: Rozsah 60 až 240 tepů za minutu</li> <li>• MHR: Rozsah 40 až 240 tepů za minutu</li> <li>• UA: Rozsah 0-500 mikrovoltů</li> </ul>	Ks	1.00

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Výkon Baterie Nabíjecí lithiový polymer 3,7 V 750 mAh</li><li>• Hmotnost sondy max. 40 g</li><li>• Sondy musí být vodotěsné</li><li>• Rozměry sondy 45 mm x 39 mm x 20 mm (včetně kontaktních kolíků)</li><li>• Návod v českém jazyce</li></ul> |  |  |
|---|--|--|

V případě, že administrátor povolil funkci **Komentáře**, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

## **Přílohy**

1. Příloha pozvánky - Kupní\_smlouva\_-\_vzor.pdf

## Harmonogram

Zadávací řízení proběhne formou elektronické poptávky.

### Předkládání nabídek

**13. 08. 2019 v 15:00** bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání cenových nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Cenové nabídky je možné vkládat do **16. 09. 2019 v 10:00**

## **Zadávací podmínky**

**1) Cenu jednotlivých položek předmětu plnění uvádějte za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH, včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace a zaškolení.**

**2) Splatnost faktur 60 dnů** ode dne doručení faktury  
Fakturace bude prováděna pouze dle skutečně dodaného zboží.

**3) Uchazeč je povinen dodat zařízení do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy.**

**4) Podmínkou účasti v zadávacím řízení je souhlas uchazeče se zněním kupní smlouvy (viz příloha). (uchazeč svou účastí v zadávacím řízení automaticky souhlasí se zněním kupní smlouvy)**

**5) Předpokladem uzavření smlouvy je splnění následujícího:**

a) doložení kvalifikačních předpokladů, tj. oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90-ti dnů\*

b) předložení produktového listu, prohlášení o shodě a českého návodu v elektronické podobě\*

c) předložení seznamu osob (zástupců dodavatele), které jsou oprávněny za dodavatele provádět instruktáž ke zdravotnickému prostředku v souladu s poučením výrobce dle § 61 zák. č 268/2014 Sb.\*

d) předložení servisních podmínek\*

e) záruka dostupnosti originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let

**6) Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem budou prováděny v záruční době bezplatně.**

\* Uchazeč splní podmínku přiložením souboru do příloh účastníka v systému Proe.biz

## **Způsob hodnocení nabídek**

Pro vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce:

v případě, že nejhodnější nabídka = minimální hodnota  
( minimální nabídka / nabídka účastníka ) \* váha (%)

Do hodnocení bude zahrnuto:

Celková cena	Váha: <b>100.00</b>	Povaha: <b>klesající</b>
--------------	---------------------	--------------------------

**Způsob hodnocení nabídek:**  
nejnižší nabídková cena 100%

## Další ustanovení

Nemocnice Vyškov, p.o. provádí průběžný průzkum trhu a výběr dodavatele na dodávky výše uvedených položek.

### **Doba a místo plnění:**

Počátek realizace zakázky zadavatel předpokládá v 8/2019. Místem plnění zakázky je **Purkyňova 235/36, 682 01 Nosálovice - Vyškov**.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z jeho vnitřních kalkulací. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Zadavatel připouští možnost dílčího plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s více uchazeči najednou.



## **Kontakty**

Zadavatelem zadávacího řízení je:

Nemocnice Vyškov, p.o.

**Purkyňova 235/36**

**682 01 Nosálovice - Vyškov**

**Česká republika**

Veškeré dotazy k předmětu elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví:

**Ing. Jaromír Herzán**

telefon: **+420 517 315 149**

email: [herzan@nemvy.cz](mailto:herzan@nemvy.cz)

Realizací elektronického zadávacího řízení byla pověřena společnost:

**Nemocnice Vyškov, p.o.**

**Purkyňova 235/36**

**682 01 Nosálovice - Vyškov**

**Česká republika**

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví administrátor:

**Ing. Jaromír Herzán**

telefon: **+420 517 315 149**

email: [herzan@nemvy.cz](mailto:herzan@nemvy.cz)

## **Přihláška**

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit [ZDE](#).

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče.  
Více informací najdete v Návod.

## Návod

### TECHNICKÉ NÁROKY SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém prohlížeči povolit naleznete na <http://support.proebiz.com/> v části Nastavení.

### JAK VSTOUPIT DO SYSTÉMU?

Pro vstup do portálu použijte internetový odkaz (adresu) v pozvánce. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese portálu vyhledávatele.

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části **KONTAKTY**.

### JAK SE ZE SYSTÉMU ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka **LOGOUT**, které se nachází v pravém horním rohu portálu. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

### CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?

Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v prostředí portálu. Zvláště se soustředte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do portálu znovu přihlásit.

V tomto kole je vaší povinností zadat cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je **NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!** V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

**komunikace s administrátorem** - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online zadávacího řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online zadávacího řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodloužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete s části **HARMONOGRAM**.

**V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.**