

Veřejná zakázka na dodávky

§ 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen Zákon)

„Dodávka a instalace úpravny vody pro hemodialyzační pracoviště Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

1. Údaje o zadavateli
2. Údaje o dodavateli
3. Údaje o zadávací dokumentaci
4. Prohlídka místa plnění
5. Údaje o podání nabídky
6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
8. Kvalifikace dodavatelů
9. Posouzení a hodnocení nabídek
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
11. Obchodní podmínky
12. Platební podmínky
13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
14. Technické podmínky
15. Varianty nabídky
16. Požadavek na poskytnutí jistoty
17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
18. Obsah nabídky

1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona: příspěvková organizace, u níž je zřizovatelem územní samosprávní celek - § 4 odst. 1 písm. d) zákona

Právní forma: příspěvková organizace, kód 331

Název zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, kód obce ZÚJ 593711

IČO: 00092584

DIČ: CZ00092584

Osoba oprávněná jednat: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. František Patočka

e-mail: frantisek.patocka@nemzn.cz

telefon: +420 515 215 293

fax: +420 515 222 805

2. Údaje o dodavateli:

Dodavatel je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením své identifikační údaje takto:

Právnícké osoby:

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Fyzické osoby:

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Podává-li nabídku více dodavatelů společně:

Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

V nabídce bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku:

V případě právnické osoby

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

V případě fyzické osoby

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede dodavatel identifikační údaje reprezentanta sdružení.

3. Údaje o zadávací dokumentaci:

3.1. Součásti zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- 1) Výzva k podání nabídky
- 2) Zadávací dokumentace – textová část včetně přílohy č. 1 (v elektronické podobě)
- 3) Zadávací dokumentace - obchodní podmínky (v elektronické podobě)
- 4) Tabulka „Krycí list nabídky“ (v elektronické podobě)
- 5) Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“ (v elektronické podobě)
- 6) Tabulka „Technické požadavky na úpravnu vody pro HD“ (v elektronické podobě)
- 7) Dokumentace stávajícího stavu (v elektronické podobě)

3.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 30. 09. 2019

3.3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, datovou zprávou, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace vyřizuje vedoucí Technicko-investičního odboru Nemocnice Znojmo Ing. František Patočka, MBA.

Vysvětlení zadávací dokumentace a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou dodavatelům zasílány e-mailem a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a budou zveřejněny na profilu zadavatele. Pokud dodavatel požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s výše uvedenými zástupci zadavatele.

4. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **10. 10. 2019** v 10.00 hod., sraz účastníků je u recepcce Nemocnice Znojmo, ul. MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.

5. Údaje o podání nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů). Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a její konec je stanovena datem **22. 10. 2019**.

Všechny nabídky budou zadavateli doručeny **22. 10. 2019** do 13,00 hod.

5.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 5.1. na adresu zadavatele Nemocnice Znojmo, p. o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, technicko-investiční odbor. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 13,00 hod. Nabídky bude přebírat vedoucí Technicko-investičního odboru Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Ing. František Patočka, MBA nebo pracovnice podatelny Nemocnice Znojmo.

5.3. Potvrzení o předání nabídky

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo	IČ: 00092584 DIČ: CZ00092584 KS Brno 11. 10. 2003, oddíl Pr, vložka 1229	KB Znojmo 14538741/0100	Tel.: 515 215 111 Fax: 515 222 805	info@nemzn.cz www.nemzn.cz
--	---	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

7.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

7.2. Název veřejné zakázky

„Dodávka a instalace úpravny vody pro hemodialyzační pracoviště Nemocnice Znojmo“

7.3. Místo plnění veřejné zakázky

Znojmo, kód NUTS CZ064

7.4. Doba plnění veřejné zakázky - předpoklad

Zahájení plnění veřejné zakázky od 11/ 2019

Ukončení plnění veřejné zakázky 4/ 2020

7.5. Klasifikace veřejné zakázky

	CPV	měrná jednotka	rozsah
Stroje k filtrování a čištění vody	42912300-5	ks	1
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:			do 1.950.000,00 Kč

Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny pro veřejnou zakázku.....1.999.990,00 Kč bez DPH .

Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

7.6. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

7.7. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a instalace úpravny vody pro hemodialyzační pracoviště Nemocnice Znojmo, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Součástí zakázky je i dodání a instalace nových rozvodů permeátu a nových přípojných panelů na koncových místech. Zařízení jako celek bude sloužit k přípravě a rozvodu upravené vody pro zajištění provozu dialyzačních monitorů. Součástí předmětu zakázky je i zajištění provádění předepsaných pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) a dalších úkonů stanovených výrobcem během záruky. Součástí zakázky je rovněž demontáž stávající technologie úpravny vody, demontáž stávajících rozvodů permeátu a demontáž stávajících přípojných panelů na koncových místech.

Účelem pořízení tohoto zdravotnického prostředku je zajištění provozuschopnosti dialyzačního pracoviště a tím k zajištění péče o pacienty, kteří tuto péči nezbytně potřebují.

7.8. Specifikace minimálních technických a provozních požadavků na přípravu a rozvod upravené vody pro hemodialyzační pracoviště

Úprava vody

- Příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a v souladu s normou ISO 23500,

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

- Výstupní výkon úpravní vody minimálně 800 l/hod pro zajištění současného provozu 9 dialyzačních přístrojů + 4 míst v technické místnosti garantovaný při teplotě vstupní vody 10° C a výstupním tlaku 4 – 6 barů
- Kompletní automatický režim provozu vodárny
- Automatická chemická dezinfekce úpravní včetně rozvodů
- Automatické nastavení výkonu úpravní podle aktuální potřeby
- Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu.
- Možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení
- Možnost budoucího přemístění technologie v případě stěhování dialyzačního střediska
- Možnost budoucího napojení na technologii centrálního míchání koncentráту ze suchého granulátu.
- Možnost případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci
- Monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak.
- Monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost.
- Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot.
- Možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy.
- Možnost dálkového provozního ovládání s kontrolou provozu úpravní vody na více místech prostřednictvím webového náhledu nebo aplikace běžící na PC zadavatele.
- Automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti přístroje a možnost stahování těchto údajů do PC
- Automatický elektrický restart úpravní vody do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie
- Úpravna vody musí být klasifikována jako zdravotnický prostředek s účelem využití pro hemodialýzu – doložit notifikaci ZP

Předúpravna vody:

- Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny, podávacím čerpadlem a s možností jej vypustit a vyčistit.
- Koloidní filtr s automatickým proplachem - např. Zeolit
- Filtr na odstranění železa – např. Birm
- Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací
- Uhlíkový filtr s automatickým proplachem
- Jemná partikulární předfiltrace pro reverzní osmózu, minimálně 5µm
- Ochrana proti chodu nasucho
- Předúpravu navrhnout s ohledem na zvýšené množství koloidních částic v surové vodě

Rozvod permeátu a dialyzačního koncentrátu

- Rekonstrukce stávající smyčky pro všechna odběrná místa z materiálu vhodného pro rozvody permeátu s horkou dezinfekcí (PEX A) o rozměrech 25 x 3,5 mm od úpravy vody k jednotlivým odběrným místům;

Odběrná místa – přípojně panely

- pro připojení jednoho dialyzačního monitoru - 3 ks

- Jeden nerez vývod permeátu a také vývod na odpad ukončeny nerez rychlospojkou. Odpad za rychlospojkou ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou;
- Odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón); sifon i vývody permeátu a odpadu integrovány do jednoho panelu s odnímatelným čelem
- Nerez rychlospojky na připojení hadic dialyzačního monitoru jak pro permeát tak pro odpad;
- Příprava pro možnost budoucího napojení na rozvod centrálního míchání dialyzačního koncentrátu – záslepka bez rychlospojky a T-kusu;

- pro připojení dvou dialyzačních monitorů - 3 ks

- Dva nerez vývody permeátu a také dva vývody na odpad ukončeny nerez rychlospojkami. Odpad za rychlospojkou ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou;
- Odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón); sifon i vývody permeátu a odpadu integrovány do jednoho panelu s odnímatelným čelem
- Nerez rychlospojky na připojení hadic dialyzačních monitorů jak pro permeát tak pro odpad;
- Příprava pro možnost budoucího napojení na rozvod centrálního míchání dialyzačního koncentrátu – záslepka bez rychlospojky a T-kusu;

- základní řešení přípojněho místa - 4 ks (v místnosti technika):

- Panel bude instalován v elektro kanálu (lišť);
- Panel bude obsahovat připojení permeátu v materiálu PEX A, a bude ukončen nerez uzavírací rychlospojkou;
- Odpad za rychlospojkou bude ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn., že bude přerušen vzduchovou mezerou;
- Odpad bude opatřen protizápachovou zátkou (sifón);
- Připojení odpadu bude přes nerezovou rychlospojku. Celý panel bude zakryt krycí panelem s popisy;
- Bude nachystána příprava pro možnost budoucího napojení na rozvod centrálního míchání dialyzačního koncentrátu – záslepka bez rychlospojky a T-kusu;

Splnění požadavků stanovených zadavatelem doloží dodavatel vyplněnou tabulkou „Technické požadavky na úpravnu vody pro HD“. Hodnoty v tabulce „Technické požadavky na úpravnu vody pro HD“ uvedené jako zadavatelem minimálně požadované jsou minimem pro splnění předmětu plnění.

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

Parametry, u kterých je jako minimálně požadovaná hodnota uvedeno ANO, jsou současně vyjádřením zadavatele, že tento parametr musí nabízený předmět plnění splňovat v rámci požadavků na předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel uvede v nabídce identifikační údaje servisní organizace, která v záruční i pozáruční době zajišťuje autorizovaný servis nabízeného zařízení.

8. Kvalifikace dodavatelů:

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace:

- 8.1. Základní způsobilost prokáže dodavatel v rozsahu obdobném podle § 74 odstavec 1 písm. a) až e) zákona buď kopiemi příslušných dokladů, nebo čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace), které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- 8.2. Profesní způsobilost prokáže:
 - a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky;
 - b) předložením kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti dodavatele pro distribuci ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění.
 - c) předložením kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti servisní organizace zajišťující servis nabízeného zařízení pro servis ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
- 8.3. Technickou kvalifikaci obdobně s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno l) Zákona prokáže předložením:
 - a) písemného prohlášení o shodě nabízeného zařízení

9. Posouzení a hodnocení nabídek:

9.1. Hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel hodnotící komisi. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Tato komise plní i funkci komise pro otevírání obálek. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise.

Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

9.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise provede posouzení nabídek účastníků z hlediska splněných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat účastníka o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasnosti nabídky přizvat účastníka na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Vysvětlení nabídky účastníkem nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje, že případné rozhodnutí o vyřazení účastníka z účasti v zadávacím řízení bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele.

9.3. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

9.4. Výběr dodavatele

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

10.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč **bez DPH**, která zahrnuje veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění včetně provádění předepsaných pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) a dalších úkonů stanovených výrobcem po dobu záruky.

10.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během plnění, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

10.3. Cena bude uvedena ve skladbě nabídková cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH. Dodavatel zapíše tyto údaje do Krycího listu nabídkové ceny a do textu návrhu kupní smlouvy.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu kupní smlouvy, je nabídkovou cenou cena zapsaná v textu kupní smlouvy a pro hodnocení nabídek bude použita nabídková cena zapsaná v textu kupní smlouvy.

10.4. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

11. Obchodní podmínky:

11.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace uveřejněné

na profilu zadavatele. Dodavatel text smlouvy vytiskne a vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění a vloží ji do nabídky jako její nedílnou součást.

- 11.2. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
- 11.3. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

12. Platební podmínky:

- 12.1. Zadavatel proplatí cenu za uskutečněné plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem po splnění zakázky.
- 12.2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostní z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.

13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídková cena je cenou maximální, musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

14. Technické podmínky:

Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu veřejné zakázky

15. Varianty nabídky:

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

16. Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

- 17.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 17.2. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.

- 17.3. Zadavatel požaduje uskutečnění dodávky, instalace a uvedení do provozu úpravny vody do 24 týdnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
- 17.4. Vybraný dodavatel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.

18. Obsah nabídky:

- 18.1. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje dodavatele, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a další doklady specifikované zadávací dokumentací.
- 18.2. Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:
- Krycí list nabídky.
 - Obsah nabídky.
 - Doklady o splnění kvalifikace.
 - Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky.
 - Krycí list nabídkové ceny.
 - Výpočet nabídkové ceny.
 - Vyplněná tabulka technických požadavků na úpravnu vody pro HD.
 - Návrh kupní smlouvy.
- 18.3. Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení.
- 18.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze soutěže v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
- 18.5. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

Za zadavatele:

25. 09. 2019

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IC: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

