

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení (poptávky) jsou tyto položky:

Pořadí	Název položky	MJ	Množství
001.	<p>Kardiokardograf s telemetrickou a snímací technikou</p> <p>Bližší specifikace položky Základní specifikace systému:</p> <p>Kardiokardograf intrapartální s monitorováním vitálních funkcí matky - 1ks</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor o 6,5" LCD displej s dotykovým ovládním - možnost polohování o Ovládní a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce o Snímání srdeční frekvence plodu o Monitorování děložních stahů - TOCO sonda o Přímé monitorování srdeční frekvence plodu - skalpová elektroda o Snímání pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu, bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník o Softwarové vybavení pro snímání dvojčat - aktivace připojením druhé US sondy, 2x US sonda o Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu o Automatická detekce pohybu plodů o Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody o Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužícím k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci o Zadávání patientských dat na KTG přístroji, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu o Zobrazení všech naměřených hodnot vitálních fcí matky a všech srdečních tepů plodů na KTG přístroji o Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti o Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu o Zapisovač - tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač - záznamu o Zápis do paměti - možnost dotisku v případě nedostatku papíru o Monitorování NIBP matky o Monitorování saturace SpO2 matky o Připojení bezdrátového monitorování - telemetrie o Volitelně možnost připojení do centrálního monitorovacího systému o Vozík se zásuvkami a nástavcem pro umístění bezdrátového monitorovacího systému (telemetrie) o Možnost upgradu přístroje na monitorování trojčat - přístroj musí zůstat i nadále lehký, přenosný a KOMPAKTNÍ o Volitelně možnost upgradu přístroje pro monitorování trojčat pomocí US sond, které jsou propojeny s přístrojem kabelovým připojením (nikoliv pouze telemetricky) <p>Bezdrátový/bezpásový monitorovací systém - 1ks</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bezdrátová/bezpásová monitorovací jednotka je připojená ke kardiokardografu o Napájení základní jednotky a ovládní prostřednictvím připojeného kardiokardografu o Základní stanice přijímá signál a dobíjí bezdrátové US sondy a TOCO sondu, zároveň přijímá signál a dobíjí baterii pro snímací jednotku (Pod), která zajišťuje monitorování EKG matky, EKG plodu a děložní aktivitu prostřednictvím jedné adhezivní abdominální elektrody o Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu bezdrátovou US sondou - 2ks US sond o Monitorování děložní activity a pulzu matky bezdrátovou TOCO sondou v rozsahu 40-240 tepů/min bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky. Zároveň nedochází ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník o Voděodolné bezdrátové fetální sondy a TOCO sonda - možnost monitorování pod vodou o LED ukazatel na bezdrátové sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici o Kapacita baterie v bezdrátových sondách - min. 8 hodin monitorování o Doba nabíjení bezdrátových sond z úplného vybití méně než 3 hodiny 	Ks	1.00

<p>o Indikátor vybití bezdrátové baterie - upozorní 30 minut před vybitím baterie</p> <p>o Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice</p> <p>o Propojení základní stanice se sondami - možnost komunikace prostřednictvím audio</p> <p>o upozornění</p> <p>o Dosah signálu bezdrátových sond až 100m v závislosti na uspořádání prostoru</p> <p>Bezpásová monitorace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snímací jednotka (Pod) je ve spojení s jednorázovou adhezivní abdominální elektrodou, která snímá EKG a EMG, ze kterých poskytuje záznam srdeční frekvence plodu (aFHR), záznam srdeční frekvence matky (aHR) a záznam činnosti dělohy (aTOCO). • Systém vhodný pro matky s vysokým BMI • Rozsah měření srdeční frekvence plodu (FHR): 60-240 tepů/min • Rozsah měření srdeční frekvence matky (MHR): 40-240 tepů/min • Bezdrátový a bezpásový přenos dat poskytující volný pohyb matky • Integrované nabíjení bezdrátového snímače v základní stanici Avalon CL • Kapacita baterie ve snímací jednotce - až 16 hodin monitorování • Systém jednorázových adhezivních abdominálních elektrod eliminující přenos infekce a neomezující volný pohyb matky (bez fixačních páسů) • Zobrazení sledovaných parametrů na displeji kardiokografu • Tisk záznamu na KTG zapisovači • Zobrazení kvality kontaktu elektrod na displeji KTG • Indikace stavu nabití bezdrátového snímače na displeji KTG včetně upozornění nízkého stavu nabití akumulátoru • Příslušenství: 10ks jednorázových snímacích adhezivních elektrod 			
--	--	--	--

V případě, že administrátor povolil funkci **Komentáře**, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Přílohy

1. Příloha pozvánky - Kupní_smlouva_-_vzor.pdf

Harmonogram

Zadávací řízení proběhne formou elektronické poptávky.

Předkládání nabídek

13. 08. 2019 v 15:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání cenových nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Cenové nabídky je možné vkládat do **14. 10. 2019 v 10:00**

Zadávací podmínky

1) Cenu jednotlivých položek předmětu plnění uvádějte za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH, včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace a zaškolení.

2) Splatnost faktur 60 dnů ode dne doručení faktury
Fakturace bude prováděna pouze dle skutečně dodaného zboží.

3) Uchazeč je povinen dodat zařízení do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

4) Podmínkou účasti v zadávacím řízení je souhlas uchazeče se zněním kupní smlouvy (viz příloha). (uchazeč svou účastí v zadávacím řízení automaticky souhlasí se zněním kupní smlouvy)

5) Předpokladem uzavření smlouvy je splnění následujícího:

a) doložení kvalifikačních předpokladů, tj. oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90-ti dnů*

b) předložení produktového listu, prohlášení o shodě a českého návodu v elektronické podobě*

c) předložení seznamu osob (zástupců dodavatele), které jsou oprávněny za dodavatele provádět instruktáž ke zdravotnickému prostředku v souladu s poučením výrobce dle § 61 zák. č 268/2014 Sb.*

d) předložení servisních podmínek*

e) záruka dostupnosti originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let

f) záruční doba 36 měsíců

6) Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem budou prováděny v záruční době bezplatně.

* Uchazeč splní podmínku přiložením souboru do příloh účastníka v systému Proe.biz

Způsob hodnocení nabídek

Pro vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce:

v případě, že nejhodnější nabídka = minimální hodnota
(minimální nabídka / nabídka účastníka) * váha (%)

Do hodnocení bude zahrnuto:

Celková cena	Váha: 100.00	Povaha: klesající
--------------	---------------------	--------------------------

Způsob hodnocení nabídek:
nejnižší nabídková cena 100%

Další ustanovení

Nemocnice Vyškov, p.o. provádí průběžný průzkum trhu a výběr dodavatele na dodávky výše uvedených položek.

Doba a místo plnění:

Počátek realizace zakázky zadavatel předpokládá v 10/2019. Místem plnění zakázky je **Purkyňova 235/36, 682 01 Nosálovice - Vyškov**.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z jeho vnitřních kalkulací. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Zadavatel připouští možnost dílčího plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s více uchazeči najednou.

Kontakty

Zadavatelem zadávacího řízení je:

Nemocnice Vyškov, p.o.

Purkyňova 235/36

682 01 Nosálovice - Vyškov

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví:

Ing. Jaromír Herzán

telefon: **+420 517 315 149**

email: herzan@nemvy.cz

Realizací elektronického zadávacího řízení byla pověřena společnost:

Nemocnice Vyškov, p.o.

Purkyňova 235/36

682 01 Nosálovice - Vyškov

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického zadávacího řízení Vám zodpoví administrátor:

Ing. Jaromír Herzán

telefon: **+420 517 315 149**

email: herzan@nemvy.cz

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit [ZDE](#).

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče.
Více informací najdete v Návod.

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém prohlížeči povolit naleznete na <http://support.proebiz.com/> v části Nastavení.

JAK VSTOUPIT DO SYSTÉMU?

Pro vstup do portálu použijte internetový odkaz (adresu) v pozvánce. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese portálu vyhledávatele.

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části **KONTAKTY**.

JAK SE ZE SYSTÉMU ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka **LOGOUT**, které se nachází v pravém horním rohu portálu. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?

Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v prostředí portálu. Zvláště se soustředte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do portálu znovu přihlásit.

V tomto kole je vaší povinností zadat cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je **NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!** V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online zadávacího řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online zadávacího řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodloužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete s části **HARMONOGRAM**.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.