

„Mobilní operační stůl pro COT“

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	minimální hodnota požadovaná zadavatelem	hodnota nabízená uchazečem
1. Technické a provozní požadavky na operační stůl		
Mobilní plně elektro-hydraulický operační stůl s hydraulicky ovládaným 5. směrovým kolečkem	ANO	
4 elektro-hydraulicky ovládané stabilizační nohy s automatickou kompenzací nerovnosti podlahy	ANO/NE	
Šesti segmentová operační deska RTG transparentní	ANO	
Dělená nožní část, možnost samostatného i souběžného nastavení nožních částí	ANO	
Zdvojený systém pro zvýšení bezpečnosti (2 samostatné obvody akumulátorů, 2 hydraulická čerpadla)	ANO/NE	
Délka min. 2.100 mm	≥ 2.100 mm	
Šířka bez medilíšť max. 530 mm	≤ 530 mm	
Šířka s medilíšťami max. 590 mm	≤ 590 mm	
Nastavitelná výška minimálně v rozmezí 600 až 1.150 mm	dolní hranice ≤ 600 mm, horní hranice ≥ 1.130 mm	
Přednastavené minimálně 4 základní polohy (Flex, Reflex, TR, ATR, level)	ANO	
Možnost ovládání stolu panelem na základně stolu a ručním kabelovým nebo dálkovým ovladačem s autodiagnostikou systému	ANO	
Boční náklon min. ± 20°	≥ ± 20°	
TR/ATR min. ± 30°	≥ ± 30°	
Zádová část min. -40°/+65°	min. -40°/+65°	
Nožní část min. -100°/+80°	min. -100°/+80°	
Hlavová část min. -45°/+40°	min. -45°/+40°	
Flex stolu min. 250°	≥ 250°	

Reflex min. 100°	≥ 100°
Volný přístup pro RTG přístroj – min. 1.240 mm	≥ 1.240 mm
Sloup kompletně z nerezové oceli	ANO/NE
Pracovní zatížení stolu min. 350 kg	≥ 350 kg
Maximální nosnost min. 490 kg	≥ 490 kg
Modulární systém s jednoduchou manipulací segmentů	ANO
Boční lišty na příslušenství z nerezové oceli	ANO
Odnímatelná visko-elastická matrace s integrovanou paměťovou funkcí	ANO
Výška odnímatelné matrace max. 60 mm	≤ 60 mm
2. Požadované příslušenství	
Polohovatelný anesteziologický rám s upínací svorkou - 1 ks	ANO
Plně polohovatelná kloubová podložka paže - 2 ks	ANO
Upínka horní končetiny k hraně operačního stolu - 1 ks	ANO
Fixační pás přes pacienta - 1 ks	ANO
Kroužek pod hlavu - 1 ks	ANO
Ramenní zarážka – pár - 2 páry	ANO
Fixační zarážky pro polohování pacienta na boku s opěrkami - 2 ks	ANO
Podložka (stůl) pro operativu ruky - 1 ks	ANO
Ramenní opěrka - 1 ks	ANO