

Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)

zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ust. §§ 2 - 8 vyhl. č. 232/2012 Sb. (dále jen "vyhláška")

Identifikace veřejné zakázky:

název VZ:	Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo 2014	
druh VZ:	dodávky	nadlimitní
zveřejnění na profilu, evid. číslo:	14.11.2014	498116

Zadavatel veřejné zakázky:

název zadavatele:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
adresa zadavatele:	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ zadavatele:	92584

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky:

Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěř. úkolů - změny oproti PO)	
Obměna přístrojového vybavení pro zajištění kvalitní diagnostiky při poskytování léčebné péče.	
Popis předmětu veřejné zakázky: (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky - změny oproti PO)	
Dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT s integrovaným CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro ortopedii, kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a CT obrazů. Poskytování pozáručního servisu v délce trvání 96 měsíců od termínu ukončení záruční doby, který zahrnuje veškeré preventivní prohlídky, BTK, elektrické revize přístroje a pravidelnou údržbu dle zákona 123/2000 Sb., zkoušky dlouhodobé stability v předepsaných termínech a případech, cestovné, práci a dodávky veškerých náhradních dílů vč. vakuových prvků (rentgenka) - tzv. fullservis. Smlouva na pozáruční servis bude uzavřena na dobu trvání 96 měsíců.	
Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu VZ k naplnění jeho potřeb - změny oproti PO)	
Předmět VZ je nezbytně nutný pro plnění hlavního úkolu zadavatele, kterým je poskytování léčebné péče obyvatelům regionu.	
Předpokládaný termín splnění VZ: (zadavatel vymezí, kdy bude VZ splněna-datem nebo čas.úsekem - změny oproti PO)	
Dodávka 3 měsíce od podpisu smlouvy, pozáruční servis 96 měsíců po skončení záruční doby.	
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (nerealizace VZ, prodlžení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin. nákladů)	
Rizika zohlednil zadavatel v obchodních podmínkách, které jsou v podobě smlouvy obligatorního charakteru.	
Zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky	
Varianty nejsou	
Zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle	
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ	

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky:

Zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kval. předpoklady ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ.	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na:	
seznam významných dodávek (povinně vyplní, pokud požad. Fin. hodnota všech význ. dodávek činí v souhrnu min. 3-násobek předpokládané hodnoty)	Jsou požadovány 3 zakázky - provedení dodávek diagnostických zdravotnických přístrojů a zařízení, každá ve finančním objemu minimálně 10 mil. Kč na základě jedné smlouvy či objednávky, což nepřevyšuje 3-násobek předpokládané hodnoty VZ.
předložení seznamu techniků nebo technických útvarů (povinně vyplní, pokud požaduje více jak 3 techniky nebo technické útvary)	není požadováno
předložení popisu technického vybavení a opatření k zajištění jakosti	není požadováno
na provedení kontroly výrobní kapacity	není požadováno

předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání	Zadavatel požaduje popisy a fotografie zboží určeného k dodání u: hybridní SPECT/CT gama kamera, vyhodnocovací stanice, UPS, tj. u hlavních prvků dodávky, a to z důvodů možnosti oběření splnění požadovaných technických parametrů nabízeného zboží.
předložení dokladu prokazujícího shodu	Zadavatel požaduje doklady prokazující shodu u: hybridní SPECT/CT gama kamera, vyhodnocovací stanice, UPS, tj. u hlavních prvků dodávky.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a služby podle § 4 vyhlášky:

Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ.	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví:	
delší lhůtu splatnosti faktur naž 30 dnů	Splatnost 30 dnů
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu <i>(pokud přesahuje 2-jnásobek předpokládané hodnoty)</i>	není požadováno
požadavek bankovní záruky <i>(pokud má být vyšší než 5 % ceny VZ)</i>	není požadováno
požadavek na záruční lhůtu delší než 24 měsíců	Záruční doba na dodávku přístroje je 24 měsíců, na stavební úprava je požadována záruční doba 60 měsíců z důvodů zajištění trvanlivosti stavebních úprav a s ohledem na ostatní části budovy, s nimiž stavební úpravy mohou souviset (např. napojení médií).
smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení <i>(pokud má být vyšší než 0,2 % předp. hodnoty VZ)</i>	5.000 Kč za den prodlení s dodávkou, což nedosahuje hodnoty 0,2% z předpokl. hodnoty.
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur <i>(pokud má být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za den prodlení)</i>	dle zákona
další obchodní podmínky stanovené nad rámec § 5 odst. 2 vyhlášky <i>(zadavatel odůvodní OP ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ)</i>	Obchodní podmínky I - smlouva o dílo se vztahuje k dodávce, montáži, osazení, zprovoznění přístroje a provedení souvisejících úprav. OP I zohledňují potřeby zadavatele i rizika spojená s plněním VZ. Obchodní podmínky II - servisní smlouva se vztahuje k poskytování pozáručního servisu přístroje pod dobu 96 měsíců od skončení záruční doby poskytované na přístroj. OP II zohledňují potřeby zadavatele i rizika spojená s plněním VZ

Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ podle § 5 vyhlášky:

Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů. Detailní technické podmínky a požadavky na jejich minimální hodnoty obsahuje tabulka "Technické parametry", která je součástí zadávací dokumentace a je zveřejněna na profilu zadavatele. Minimální požadované hodnoty technických parametrů jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly účelu využití přístroje na daném pracovišti.
--

Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k předmětu VZ a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Všechna kritéria jsou číselně vyjádřitelná a jejich hodnocení bude provedeno výpočtem.		
Nabídková cena	65%	Nabídková cena je stanovena za realizaci předmětu plnění.
Technické parametry, kvalitativní a užitné vlastnosti	35%	Vymezené technické parametry zdravotnického prostředku zajišťují kvalitní diagnostiku při poskytování léčebné péče. Jednotlivé technické parametry budou hodnoceny jako dílčí subkritéria. Hodnoceny jsou celkem 4 technické parametry, u nichž může zadavatel prostřednictvím hodnocení získat výhodnější hodnoty oproti minimálně požadovaným nebo funkcionalitě, které vylepší podmínky provozování přístroje.

Odůvodnění předpokládané hodnoty VZ podle § 7 vyhlášky:

Hodnota	32.000.000 Kč
z toho dodávka přístroje	20.000.000 Kč
z toho servis přístroje za 96 měsíců	12.000.000 Kč
Odůvodnění	Předpokládaná hodnota zahrnuje předpokládané náklady za pořízení přístroje stanovené průzkumem trhu a náklady za pozáruční servis stanovené na základě skutečných nákladů obdobných zařízení provozovaných zadavatelem.