

Technická specifikace

Elektrické polohovací lůžko	
Požadovaný parametr	Nabízený parametr (doplň uchazeč)
Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	ANO
Čtyřdílná ložná plocha z odjímatelných plastových dílů	ANO
Pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky	ANO
Šířka ložné plochy minimálně 90 cm	ANO
Délka ložné plochy 200 cm	ANO
Maximální celková šířka lůžka 100 cm (včetně bočnic)	ANO
Nosnost minimálně 250 kg	ANO
Možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm	ANO
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm)	ANO
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky pomocí hřebenu	ANO
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO
Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	ANO
Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru	ANO
Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm	ANO
Postranice	
Integrované spustitelné postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění	ANO
Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová odnímatelná s možností volby barevného provedení*	ANO
Podvozek	
Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace	ANO
Ovladač lůžka	
Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)	ANO
Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítlnou	ANO
Další parametry	
Napájení 230 V, 50 Hz	ANO
Zálohová baterie	ANO
Ochrana elektromotorů proti přetížení	ANO
Zvukový alarm nezabrzdnutého lůžka	ANO
Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části	ANO
Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky	ANO
Polička na lůžkoviny	ANO
Příslušenství	
Hrazda	ANO
Madlo	ANO
Infuzní stojan	ANO

Pozn.: 8ks lůžek max. délka lůžka 210 cm, délka ložné plochy min. 190 cm

Pasivní antidekubitní matrace včetně potahu		
Technický parametr	Požadovaný parametr	Nabízený parametr (doplň účastník)
Typ		
Typ	pasivní antidekubitní matrace pro střední riziko vzniku dekubitů	ANO
Popruhy	popruhy na matraci pro lepší manipulovatelnost	ANO
Nosnost		
Nosnost	min. 180 kg	ANO
Jádro		
Složení	sendvičová matrace ze 2 druhů pěny	ANO
Vrchní díl matrace	antidekubitní (hustota min.50kg/m3)	ANO
Spodní pěna	nosná, nosnost min. 180 kg	ANO
Spodní (nosná) strana matrace	s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (hustota min. 40kg/m3)	ANO
Průřez	oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty	ANO
Okraje	zpevněné tužší pěnou	ANO
Povrch jádra	po celém povrchu jádra min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50 kg/m3	ANO
Potah		
Voděodolnost	voděodolný proti vnějším tekutinám	ANO
Paropropustnost	paropropustný	ANO
Spodní strana matrace	z protiskluzného materiálu	ANO
Snímatelnost	snadno snímatelný	ANO
Pružnost	pružný ve všech směrech	ANO
Zip	po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění	ANO
Spoje	kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra	ANO
Materiál potahu	antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky	ANO
Rozměr		
Šířka a délka matrace	min. 200x90	ANO
Výška matrace	min. 14 cm	ANO