

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 95 Ivančice
zastoupená: Ing. Jaromírem Hruběšem, ředitelem
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddíle Pr, vložce č. 1227
IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ivančice
číslo účtu: 1937911/0100

dále jen **kupující**

a

na straně druhé:

S & T Plus s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4
jednající: RNDr. Ivo Strnad, jednatel
zapsána: 14. října 1998, oddíl C, vložka 62478, Městský soud Praha
IČ: 25701576
DIČ: CZ25701576
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117 460 713/0300

dále jen **prodávající**

I.

Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat a předat kupujícímu ultrazvukový diagnostický přístroj a zároveň převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Technické specifikaci dodávky, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě bude kupujícímu dodán jako celek. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležitě seznámení určených pracovníků kupujícího s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje provedený předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě dle této smlouvy předá kupujícímu do šesti týdnů od jejího uzavření, přičemž je současně povinen dodat veškerý materiál a věci nutné k řádnému provozu, provést instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležitě seznámit určené pracovníky kupujícího s údržbou předmětu plnění, provést všechny předepsané zkoušky, revize, seřízení, vystavit nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů, provést úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy, jak je uvedeno v čl. I., odst. 3 této smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 95 Ivančice, radiodiagnostické oddělení. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí písemně alespoň tři pracovní dny předem.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě, včetně provedení instalace a dalších povinností prodávajícího souvisejících s předáním předmětu koupě kupujícímu specifikovaných v čl. I, odst. 3 této byla stranami dohodnuta ve výši **1 469 900,- Kč bez DPH**.
K těmto částkám bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od jejího doručení kupujícímu.
2. Po splnění předmětu smlouvy a podpisu předávacího protokolu, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

V.

Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti

ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.

2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Závazek prodávajícího dodat a předat předmět koupě včetně instalačních a implementačních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. II. této smlouvy a bez vad. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. Prodávající je povinen kupujícímu písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přijímací řízení předmětu koupě, a to alespoň tři pracovní dny předem.
5. O předání předmětu koupě y bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
6. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
7. Kupující dále není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy:
 - návody k obsluze, užívání a zacházení se sestavou,
 - revize,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o zaškolení obsluhy.

VI. Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

VIII. Další ujednání

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
5. Proávající souhlasí se zveřejněním této kupní smlouvy a údaje v ní obsažené nepovažuje za obchodní tajemství.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Po dobu záruky za jakost je prodávajícím poskytováno bezplatné provádění bezpečnostně-technických kontrol (BTK).
3. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, kterou prodávající sdělí kupujícímu při podpisu předávacího protokolu.
5. Proávající je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.
6. Proávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu prodávající.
7. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.
8. Pozáruční servis bude prováděn na základě samostatné servisní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou;
 - výskyt podstatných vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;

2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.

Registr smluv

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

XII.

Závěrečná ujednání.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ivančici dne 6.12.2018

V Praze dne 4.12.2018

Za kupujícího:




Ing. Jaromír Hruběš
Ředitel

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16

004 55 170000

Za prodávajícího:



RNDr. Ivo Strnad
Jednatel společnosti

21



S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel.: +420 239 047 500
www.sntplus.cz

Ultrazvukový diagnostický přístroj Philips Affiniti 70

Technické parametry



- ✓ **vysoce mobilní high-endový ultrasonografický přístroj v konfiguraci pro radiologii nabízející 4. 718.592 digitálně procesovaných kanálů pro zoracování signálu,**
- ✓ vynikající manévrovatelnost pro pohyb mezi lůžky,
- ✓ ergonomický přístroj přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření vyšetřujícími lékaři, váha cca 80 kg a šířka do 58 cm,
 - ✓ 21,5" monitor s FullHD rozlišením (min. 1920x1080) stranově a výškově stavitelný na rameni polohovatelném v ose x, y, z
 - ✓ frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 až 20 MHz, dynamický rozsah min. 280 dB, maximální snímkovácí frekvence více jak 1400 Hz
 - ✓ výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu, možnost natočení ovládacího panelu nezávisle na těle přístroje o více jak 180°,
 - ✓ technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny frekvence),
 - ✓ ovládání přístroje pomocí „tabletového“ dotykového displeje s velikostí 12"
 - ✓ 4 aktivní porty pro připojení pinless zobrazovacích sond (nikoliv dopplerovských sond)
 - ✓ jednotlačítková optimalizace upravující 2D
 - ✓ záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a interní HDD o velikosti minimálně 1 TB
 - ✓ archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM
- ✓ archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech
- ✓ přístroj je vybaven alespoň USB výstupem pro připojení USB flash nebo externího HDD z toho min. jeden USB port je pro lepší přístup umístěn na ovládacím panelu,
- ✓ B/W tiskárna s digitálním vstupem umístěna na ovládacím panelu

Požadovaná zobrazení

- ✓ vysoce kvalitní 2D zobrazení s pokročilým pulsním kódováním, pulsním formováním a frekvenčním skládáním, s možností harmonického zobrazení na všech sondách,
- ✓ M-mód,
- ✓ M-mód barevný doppler,
- ✓ THI s pulsní inverzí,
- ✓ barevný doppler,
- ✓ širokopásmový barevný doppler,

- ✓ simultánní 2D a M-mód,
- ✓ Color Power Imaging (CPA – energetický doppler),
- ✓ duplexní a simultánní 2D/PW doppler,
- ✓ duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera,
- ✓ duplexní barevný doppler a CW doppler,
- ✓ High-PRF PW doppler,
- ✓ color TDI a PW TDI,
- ✓ duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler,
- ✓ duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,
- ✓ nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler,
- ✓ nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,
- ✓ duální zobrazování,
- ✓ HD zoom (write),
- ✓ Pan zoom (read),
- ✓ automatická inverze barevného spektra při provádění vyšetření barevným dopplerem,
- ✓ úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
- ✓ odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off)
- ✓ real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
- ✓ Automatický Doppler pro 2D i barevné mapování
- ✓ MicroFlow zobrazení
- ✓ Panoramatické zobrazení
- ✓ **přístroj je vybaven funkcí zobrazení, mapování a hodnocení stříhové tuhosti tkáně (shear-wave elastografie)**

Další požadavky

- ✓ Přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM včetně Worklist, Structured Reporting Přístroj umožňuje současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje.
- ✓ Přístroj vytváří vlastní databázi patientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření.
- ✓ Programové vybavení pro provádění všech obvyklých typů měření požívaných v sonografické diagnostice.
- ✓ Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze.
- ✓ Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) na živé i zamražené doppler. křivce.

Požadované sondy:

K přístroji jsou dodávány „compact“ pinless sondy s novou koncepcí mikročipů a elementů nabízející lepší penetraci a méně artefaktů. Všechny sondy obsahují rozmístěné samostatné sub-elementy ve 2 a více řadách. Vodicí kabel od sondy k přístroji je nelámavý, čímž se snižují případné náklady vzniklé ze zlomení či jiného poškození kabelu. Všechny nabízené sondy jsou širokopásmové. Přístroj obsahuje 4 aktivní porty pro zobrazovací sondy.

- ✓ lineární sonda L12-5 pro vyšetření měkkých částí, střední frekvenční rozsah uváděný výrobcem 5 – 12 MHz, velikost aktivní plochy 50 mm, 256 elementů
- ✓ konvexní sonda C5-1 pro vyšetření orgánů dutiny břišní, střední frekvenční rozsah uváděný výrobcem 1 - 5 MHz, PureWave /monokrystalová/ technologie umožňující vysoké rozlišení a skvělou penetraci, 160 elementů, pozorovací úhel 111°
- ✓ lineární sonda L12-3 pro cévní vyšetření, střední frekvenční rozsah uváděný výrobcem 3 – 12 MHz, 160 elementů