



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nemby.cz](http://www.nemby.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 135/SŘ/2020

Břeclav, 14. 2. 2020

**Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky:  
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče – část č. 7  
Anesteziologický přístroj“**

### **Dotaz č. 1:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s šířkou 82 cm?

**Odpověď:** Zadavatel trvá na zadaných technických parametrech, které uvedl v zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky, a to konkrétně v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, který by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel bude akceptovat pouze řešení, které odpovídá zadávací dokumentaci, a to konkrétně technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel uvádí, že je limitován stavebními otvory, a tedy trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci a nebude akceptovat nabídku přístroje s šířkou 82 cm.

Ing. Petr Bařka  
ředitel