



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nemby.cz](http://www.nemby.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 161/SŘ/2020

Břeclav, 20. 2. 2020

**Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky:  
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče – část č. 7  
Anesteziologický přístroj“**

### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí v ZD v části veřejné zakázky č. 7 Anesteziologický přístroj parametr – volitelná tlakem řízená ventilace, PSVPro. Bude zadavatel akceptovat srovnatelnou ventilační technologii ventilačního režimu PSVPro?

**Odpověď:** Ventilační režim pod značkou PSVPro používá více výrobců, nicméně zadavatel bude akceptovat srovnatelnou tlakem řízenou ventilační technologii.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení technické specifikace nikoliv o změnu technické specifikace, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Petr Bařka  
ředitel