

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Název zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
Zastoupený: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Plenkové kalhotky lepící a vložné pleny pro dospělé II“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme „Vysvětlení zadávací dokumentace I“ poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na dodávky.

Dotaz č. 1

V závazném návrhu Kupní smlouvy je uvedeno v čl. III. 4 požadavek: „na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto kupní smlouvu“. Žádáme o doplnění: „Kupující uvede tento odkaz na každou jednotlivou objednávku.“ Bez tohoto doplnění nelze požadavek kupujícího technicky zajistit.

Odpověď č. 1

Zadavatel požadavku vyhovuje. Zadavatel nahrazuje čl. II. **Objednávky, odst. 1 návrhu Kupní smlouvy** následujícím textem:

*Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě dílčích objednávek (dále jen „objednávky“ či jednotlivě „objednávka“) do místa plnění dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy. Objednávky budou předávány prodávajícímu v pracovní dny od 6,00 hod. do 15,00 hod., a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo elektronického objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být předány telefonicky. Každá objednávka musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží, **systémové číslo veřejné zakázky v EZAKu a odkaz na tuto Kupní smlouvu**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.*

Dotaz č. 2

V závazném návrhu Kupní smlouvy je v čl. VI. 3. uvedena maximální lhůta pro vyřízení reklamace na 24 hodin od přijetí. Dovolujeme si požádat o úpravu této lhůty na zákonných 30 dnů.

Odpověď č. 2

Zadavatel požadavku vyhovuje. Zadavatel nahrazuje čl. VI. **Odpovědnost za vady, odst. 3 návrhu Kupní smlouvy** následujícím textem:

*Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit vadnou dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději **do 30 dnů** od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.*

Dotaz č. 3

Zároveň je v článku VII. 5. Kupní smlouvy uvedena výpověď pouze pro kupujícího. S ohledem na vyváženost smluvních podmínek si dovolujeme požádat o doplnění možnosti výpovědi i pro stranu prodávajícího.

Odpověď č. 3

Zadavatel požadavku nevyhovuje.

Dotaz č. 4

Pokud zadavatel požaduje uvádět číslo veřejné zakázky na jednotlivých fakturách, prosíme o uvádění tohoto čísla vždy na každou objednávku.

Odpověď č. 4

Zadavatel požadavku vyhovuje, viz odpověď na dotaz číslo 1.

Dotaz č. 5

Zadavatel popisuje v Zadávací dokumentaci hodnocení funkčnosti inkontinenčních pomůcek – testování savosti na pacientech. Žádáme o upřesnění způsobu testování. Podle jaké metodiky bude posuzována savost pomůcek – dle ABL (Reálná nasákavost pomůcky) nebo ISO (Teoretická nasákavost pomůcky)? Tedy jakým způsobem testující personál ověří, že pacient opravdu vymočil množství moči určené minimální savosti? Pokud zadavatel vyžaduje savosti dle certifikátu ISO, měl by i certifikovanou metodikou ověřit savost, kterou požaduje.

Na výrobcích uváděné hodnoty savosti jsou dle ISO, které se o dost liší od reálné savosti, proto test uvedený v zadávací dokumentaci nebude relevantní. Reálnou savost můžeme doložit ABL certifikátem.

Savost dle ISO je značně nadhodnocená a hodnoty nereflktují množství moči vyloučené pacientem ani za 24 hodin. Zdravý člověk vyloučí v průměru 1,5 litru moči za 24 hodin, což odpovídá cca 500 ml za 6 hodin (=standardní doba výměny pomůcky). U pacientů užívajících diuretickou léčbu může být množství moči vyšší, ale je stále nereálné, aby pacient vyloučil víc než 1,5 litru moči v časovém úseku 5 hodin, případně více než 2 litry za 10 hodin. Pokud k tomuto přece jen dochází, je na místě spíše zvážení změny medikace či ověření příčiny polyurie a vyloučení jiného onemocnění. Při takto vysoké polyurii může být pacient ohrožen na životě.

Odpověď č. 5

Zadavatel bude fyzicky testovat savost pomůcek v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky. Při testování bude do „Protokolu o zkoušce“ proveden zápis o hmotnosti pleny při její výměně za novou, z čehož bude odečteno množství moči vsáknuté do pleny. Dále bude proveden zápis, zda došlo k úniku moči mimo plenu, jak je uvedeno v příloze č. 2 E k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Bodové hodnocení necenových subkritérií“. V případě použití medikace s možností ovlivnění výsledku testování při akutní změně zdravotního stavu pacienta během testování, bude testování na daném pacientovi přerušeno. Následně bude testování pokračovat po odeznění účinků medikace nebo bude znovu provedeno na jiném pacientovi.

Uchazeči mohou doložit údaje o savosti plen i dalšími doklady nad rámec požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 6

Dovolujeme si požádat zadavatele o úpravu způsobu hodnocení neutralizace zápachu na základě čichového vjemu. Jelikož míra neutralizace zápachu je čistě subjektivní hodnota pro každého člověka, považujeme bod o způsobu hodnocení neutralizaci zápachu za nevhodný pro hodnocení veřejné zakázky. Neutralizace zápachu je dána složkami, které absorpční pomůcky obsahují, a je třeba říci, že se pomůcky v obsahu těchto složek liší. Dodavatel by měl doložit přítomnost neutralizátoru zápachu.

Odpověď č. 6

Zadavatel požadavku nevyhovuje. Zadavatel danou kategorii na základě svých dlouhodobých zkušeností bude hodnotit postupem uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Dotaz č. 7

Požadované inkontinenční pomůcky mají uvedeny rozměry velikostních řad (dolní hranice v rozmezí v cm, horní hranice v rozmezí cm). Tyto rozměry nejsou na trhu nijak standardizovány (např. ČSN/EU normou či jiným předpisem) a mohou se u jednotlivých výrobců lišit. Umožní zadavatel v rámci tolerance nabídnout zalepovací kalhotky, které mají spodní hranici obvodu boku o 5 cm větší, avšak má pružné boční pasy, které umožňují variabilní použití na různých druzích postav? Umožní zadavatel v rámci tolerance nabídnout prodyšné vložné pleny, které mají spodní hranici rozměru o 2 cm kratší, avšak jsou anatomicky tvarované a obsahují postranními pásy zabraňující protečení?

Odpověď č. 7

Zadavatel vyhovuje částečně. Požadované rozměry dolní a horní hranice obvodu plenkových kalhotek lepících vychází z dlouhodobé ošetrovatelské praxe. Rozšíření intervalu rozměru u plenkových kalhotek lepících o 5 cm je nepřipustné u dolní hranice obvodu plenkových kalhotek lepících velikosti M u obou požadovaných výší min. savosti. U plenkových kalhotek lepících velikosti L požadavku na rozšíření intervalu rozměru obvodu zadavatel vyhovuje s tolerancí +/- 5 cm u obou požadovaných výší min. savosti.

U vložných plen zadavatel připouští toleranci rozměru vložné pleny způsobenou anatomickým tvarováním vložné pleny a současně toleranci +/-2 cm požadované délky (ne šířky) vložné pleny uvedené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 8

Zadavatel v požadavcích technické kvalifikace požaduje u nočních plenkových kalhotek lepících velikost M a L stejnou dolní hranici obvodu v rozmezí 70-80 cm a stejnou horní hranici obvodu v rozmezí 100-120 cm, přičemž požadavek zadavatele na obvod denních plenkových kalhotek lepících je u velikosti M a L rozlišný. U velikosti L je v rozmezí obvodu 90-110 cm pro dolní hranici obvodu a v rozmezí 140-160 cm pro horní hranice obvodu.

Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat zadavatele o informaci, jestli nedošlo k omylu, a také o vyjádření, zda bude výrobek TZMO velikosti L pro noční použití o obvodu 100-150 cm v nabídce akceptovat.

Odpověď č. 8

Na základě dotazu zadavatel upravuje bod 3.3 Technická kvalifikace písm. d) Výzvy včetně zadávací dokumentace takto:

d) Plenkové kalhotky lepící vhodné pro noc (dále noční), velikost L – dolní hranice obvodu v rozmezí 90-110 cm, horní hranice obvodu v rozmezí 140-160 cm, min. savost 2 700 ml

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel provedl formou „Vysvětlení zadávacích podmínek I“ úpravu zadávacích podmínek. Z uvedeného důvodu prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek nejpozději do **15. 06. 2020 do 10:00 hodin**.

S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel upravuje bod 9. – Podání nabídky a otevírání obálek, Výzvy včetně zadávací dokumentace, takto:

9.4 Lhůta pro podání nabídek končí dne: 15. 06. 2020 v 10:00 hod.

Ostatní ustanovení bodu 9, Výzvy včetně zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 2C – Návrh textu Kupní smlouvy včetně přílohy této Výzvy včetně zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit tuto upravenou přílohu Výzvy včetně zadávací dokumentace, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Příloha: Příloha č. 2C - Návrh textu Kupní smlouvy včetně přílohy

V Boskovicích dne 28. 05. 2020

Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)