

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

Název zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
Zastoupený: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Plenkové kalhotky lepící a vložné pleny pro dospělé II“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme „Vysvětlení zadávací dokumentace II“ poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na dodávky.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že „Při testování bude do „Protokolu o zkoušce“ proveden zápis o hmotnosti pleny při její výměně za novou, z čehož bude odečteno množství moči vsáknuté do pleny.“ Tímto způsobem testující personál nebude schopen ověřit, jaké množství moči pacient ve skutečnosti vymočil. Navíc způsob fyzického testování savosti pomůcek, které zadavatel zmiňuje v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky není v souladu s certifikovanou metodikou ISO. Naopak odpovídá více metodice ABL, podle které se stanovuje reálná nasákavost pomůcky, a proto by v tomto případě mělo být součástí nabídky také doložení certifikace ABL dodavatelem, přičemž by tento certifikát měl být vytvořen nezávislou laboratoří. Žádáme zadavatele o vysvětlení, na základě jaké standardizované metodiky bude pomůcky hodnotit.

Odpověď č. 1

Zadavatel, bude testovat pleny, způsobem, jaký uvedl v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a současně v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace I“. Testování bude pro všechny doručené vzorky plen totožné – tj. bude testováno na totožných pacientech za dodržení totožných podmínek. Vzhledem k tomu, že certifikát ABL není pro nabízení inkontinenčních pomůcek na českém trhu zákonnou podmínkou, nebude jej zadavatel vyžadovat od účastníků soutěže, a ten tudíž nebude nahrazovat testování na pacientech.

Dotaz č. 2

Stejně tak dle hygienického standardu by měla být inkontinenční pomůcka aplikovaná na pacientovi nejdéle 8 hodin. Proto považujeme test trvající 10 hodin za nevhodný s ohledem na zdraví a komfort pacientů. Žádáme tedy zadavatele o přehodnocení a úpravu způsobu testování savosti pomůcek.

Odpověď č. 2

Testování po dobu 10 hodin se týká pouze tzv. „nočních plenkových kalhotek“, které jsou svými vlastnostmi (savost, prodyšnost...) uzpůsobeny pro použití po dobu nočního klidu. Do nočních plen se dále vkládá vložná plena za účelem zvýšení savosti plenkové kalhotky lepící a tím i zvýšení komfortu pacientů. Četnost výměny inkontinenčních pomůcek vychází z dlouhodobé praxe ošetrovatelské péče o pacienty zadavatele, který ji považuje za vyhovující s ohledem na komfort pacientů.

Dotaz č. 3

Dovolujeme si opětovně požádat zadavatele o úpravu způsobu hodnocení neutralizace zápachu na základě čichového vjemu. Oceňujeme dlouhodobé zkušenosti s používáním inkontinenčních pomůcek, avšak tyto zkušenosti nedokážou zabránit velké míře subjektivity, kterou má každý člověk při hodnocení míry neutralizace zápachu. Aby bylo hodnocení objektivní, dodavatel by měl doložit přítomnost neutralizátoru zápachu certifikátem vytvořeným nezávislou laboratoří.

Odpověď č. 3

Zadavatel požadavku nevyhovuje. S ohledem na dlouhodobou zkušenost v oblasti ošetrovatelské péče o pacienty, bude výše uvedené kritérium hodnoceno způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

V Boskovicích dne 08. 06. 2020

Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)