

## Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo 2014“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 526/14/K

V Brně, dne 8.12.2014

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo 2014“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)**

---

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 1: Textová část ZD bod 8. 6. Popis předmětu veřejné zakázky písm. a)

*Dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT .....zahrnuje :*

- stanovení místní diagnostické referenční úrovně pro CT pro všechny vyšetřovací protokoly
- vypracování místních radiačních standardů pro CT

Vzhledem k tomu, že diagnostické referenční úrovně pro CT se stanovují po cca tříměsíčním provozu zařízení a praxi uživatele a pro vypracování místních radiačních standardů pro CT je nutný sběr dat o všech výkonech prováděných na přístroji za dobu cca 3 - 4 měsíce, není možno v termínu dodání a v době předání zařízení zadavateli tyto požadavky splnit.

Může dodavatel stanovení místní diagnostické referenční úrovně pro CT pro všechny vyšetřovací protokoly a vypracování místních radiačních standardů pro CT předat zadavateli v termínu do 4 měsíců od předání zařízení zadavateli?

Odpověď 1: Ano.

Informace 1: Na základě poskytnuté odpovědi 1 zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci – obchodní podmínky I. takto:

Čl. II. odst. 2 se doplňuje o text, který zní:

*„.... Za vadu či nedodělek se nepovažuje předání dokumentů: „stanovení místní diagnostické referenční úrovně pro CT pro všechny vyšetřovací protokoly a vypracování místních radiačních standardů pro CT“, které však budou předány nejpozději do 4 kalendářních měsíců od termínu podle čl. II. odst. 1.3. této smlouvy.“*

Takto upravený text předá zadavatel vítěznému uchazeči pro přípravu čistopisu smlouvy.

Informace 2: Na základě poskytnuté odpovědi 1 a informace 1 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 21.1.2015 do 13,00 hod.**

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek se mění následující ustanovení Textové části zadávací dokumentace (uveden je nový text):

#### **4.3. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci**

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **13.1.2015, 23,59 hod.**

#### **6.1. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona a je stanovena na **68** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **21.1.2015 do 13,00 hod.**, a to na adresu zastupujícího zadavatele.

#### **7.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání obálek s nabídkami musí být podle ustanovení § 71 odst. 4 zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **21.1.2015 ve 13,00 hod.** na adrese zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele