



Vyřizuje/linka
Ševela/518 601 206

Kyjov
29.07.2020

Věc: Poptávka na vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu plně automatizovaného detekčního systému pro statimová vyšetření

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu plně automatizovaného detekčního systému pro statimová vyšetření pro oddělení klinické mikrobiologie.

Specifikace přístroje:

Přístroj pro automatickou molekulárně-biologickou detekci vybraných patogenů z primárního biologického materiálu, včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace detekovaných cílů.

- Detekční přístroj požadujeme s plným vybavením včetně řídicí jednotky a čtečky čárových kódů
- Požadujeme uzavřený, kompaktní a samostatný systém s minimálním rizikem kontaminace
- Požadujeme zařízení kombinující extrakci nukleové kyseliny, amplifikaci i vyhodnocení
- Požadujeme systém schopný provádět statimové analýzy s dostatečnou senzitivitou a specificitou: chřipky typu A, B a RSV, kvantitativní detekci HCV (s detekčním limitem < 7 IU/ml), kvantitativní detekci HBV (s detekčním limitem < 6 IU/ml), detekci Mycobacteria tuberculosis se současným stanovením rezistence k Rifampicinu, enterovirů, norovirů a Staphylococca aurea/MRSA ... (dále viz. seznam požadovaných vyšetření)
- Soupravy pro detekci určené přímo pro zpracování primárního biologického materiálu bez předchozí extrakce NK, tzn. že detekce patogenů musí probíhat s minimálním podílem další lidské práce (bez užití dalších roztoků, promývání či údržby po každé detekci)
- Možnost spustit společně analýzu až 2 rozdílných testů či vzorků najednou nebo postupně a nezávisle
- Čas generování výsledku - max. 2 hodiny od přijetí vzorku u všech dostupných testů
- Detekční sety musí obsahovat veškeré nutné kontroly
- Skladovatelnost všech komponent souprav až do teploty 28°C
- Načítání parametrů testu automaticky z lotu na reagentcích pomocí čtečky čárových kódů
- Načítání informace o pacientovi pomocí čtečky čárových kódů
- Tiskový výstup
- Možná propojitelnost přístroje s laboratorním informačním systémem (LIS)

Seznam požadovaných vyšetření pro detekční systém:

Detekce BCR-ABL fúzního genu, monitoring MRD u CML
Detekce Clostridium difficile
Detekce Noroviru
Detekce Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae
Detekce Trichomonas vaginalis
Detekce Enterovirů
Detekce Chřipky A, B a H1N1
Detekce Chřipky A, B a H1N1 a RSV
Detekce GBS Streptococcus agalactiae
Detekce MRSA z různých výchozích materiálů
Detekce Mycobacterium tuberculosis a rezistence k Rifampicinu
Detekce rezistence k Vankomycinu (VanA/Van)B
Detekce HPV-HR – vysoce rizikových papillomavirů
Detekce Carbapenem resistantních enterobakterií
Detekce viru HIV viral load – kvantitativní analýza
Detekce viru HIV – kvalitativní stanovení
Detekce viru HCV – kvantitativní stanovení
Detekce Streptococcus pyogenes
Detekce Covid-19

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat e-mailem na adresu:
brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky. Nabídková cena by měla být nejlepší možná, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků uvedená v české měně.

Provozní náklady:

- jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech, včetně cenových relací
- náklady na preventivní prohlídky
- náklady na spotřební materiál (ceník vyšetřovacích sad)
- ostatní provozní náklady výše neuvedené

Další požadavky:

Nabídka musí obsahovat

- popis zařízení s technickou specifikací
- prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálů po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu

Tel: 518 601 111
Fax: 518 614 176
E-mail: sekretariat@nemkyj.cz

Bank. spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038671/0100
ID DS: dj2k6kr

IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912
www.nemkyj.cz

- záruční lhůta min. 24 měsíců
- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí dodavatel k zapůjčení náhradní přístroj
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- odkud bude zajišťován servis
- nástup na opravu od doby ohlášení poruchy
- cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o uznanou inflaci ČSÚ v daném roce

Pozn.: Na požádání Vám návrh kupní smlouvy zašleme e-mailem.

Svou nabídku s heslem „Automatizovaný detekční systém“ zašlete nejpozději do 12.08.2020 na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Kateřina Brunclíková, referentka OZT
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

S pozdravem

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel