



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

tel.: 519 315 111, fax 519 372 112

IČO 00 390 780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Hypokramed s.r.o.,
Plzeňská 113,
150 00 Praha 5

Datovou schránkou

Čj.: 375/SŘ/2020

V Břeclavi dne 3.6.2020

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 00 390 780,

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ: 690 02

zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky:

„Nemocnice Břeclav – Přístrojové vybavení návazné péče“

část 5 – Operační stůl

I.

Uchazeč společnost **Hypokramed s.r.o.**, IČ: 49616528 se sídlem Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 15000, zapsaná Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 21313 (dále jen „uchazeč“), podal nabídku k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: „Nemocnice Břeclav – Přístrojové vybavení návazné péče“ k části 5 – Operační stůl, zadávanou Nemocnicí Břeclav, příspěvkovou organizací, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona.

II.

Na základě výzvy zadavatele k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky doručil uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadavatelem nabídku na realizaci veřejné zakázky. Dne 5.5.2020 byl uchazeč vyzván k objasnění nabídky, a to konkrétně, zda nabízený předmět plnění – operační stůl splňuje technické parametry uvedené



v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek a zároveň byl uchazeč vyzván ke sdělení pracoviště, kde je možné si předmětný stůl prohlédnout.

Dne 20. 5. 2020 byla provedena kontrolní prohlídka předmětného operačního stolu na pracovišti navrhnutém uchazečem ve Fakultní nemocnici Ostrava. Zpráva z uvedené prohlídky je přílohou tohoto oznámení.

Při posouzení a hodnocení nabídek dne 3.6.2020. hodnotící komise posoudila i s ohledem na provedenou kontrolní prohlídku nabízeného předmětu plnění, že uchazeč **nesplnil** podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nesplnil technické parametry uvedené v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek. S ohledem na zadávací dokumentaci, byly kontrolovány technické parametry operačního stolu **Trumpf Medical TruSystem 7000**. Po důkladné osobní kontrole technických parametrů bylo zjištěno, že tento operační stůl nesplňuje požadované technické parametry a to zejména v části:

- Elektrické ovládání hlavové opěrky. Tento produkt umožňuje elektrické ovládání hlavové operky, ale pouze v případě úpravy, spočívající v záměně nožní části za hlavovou, tedy nesplňuje zachování celkové požadované konfigurace. Toto technické řešení zadavatel neakceptuje, jelikož to omezuje univerzálnost použití takového operačního stolu.
- Minimální nosnost operačního stolu $450 \text{ kg} \pm 10 \%$. Tedy minimální nosnost v rozsahu 405 – 495 kg. Nabízený operační stůl garantuje uvedenou nosnost v ose základny, tedy při jakémkoliv polohování nemůže splnit uvedenou nosnost a v takovém případě garantuje pouze 250 kg. Vzhledem ke skutečnosti, že se u zadavatele provádějí i bariatrické operace, je nutné, aby nosnost operačního stolu byla $450 \text{ kg} \pm 10 \%$ ve všech polohách.

Komise konstatovala, že nabídka uchazeče nevyhověla požadavkům stanoveným zadavatelem a zákonem, nabídka nebude dále posuzována a hodnocena.

III.

Ze shora uvedených důvodů zadavatel Nemocnice Břeclav, p.o., IČ: 00 390 780, se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ: 690 02 rozhodl v souladu s § 48 zákona o **vyloučení** uchazeče společnosti **Hypokramed s.r.o.**, IČ: 49616528 se sídlem Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 15000, zapsaná Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 21313 z účasti v zadávacím řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: „Nemocnice Břeclav – Přístrojové vybavení návazné péče“ část 5 – Operační stůl.

IV.

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení je účastník oprávněn podat námitky ve smyslu ustanovení § 241 a § 242 zákona, které musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkujeme Vám za účast v zadávacím řízení.

.....
Ing. Petr Bařka, ředitel
Nemocnice Břeclav, p.o.

Přílohy: Stanovisko oddělení zdravotnické techniky k objasnění nabídky



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Stanovisko oddělení zdravotnické techniky k objasnění nabídky

Veřejná nadlimitní zakázka – „**Přístrojové vybavení návazné péče**“
Část 5 veřejné zakázky – „**Operační stůl**“

Zadavatel:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 00390780

se sídlem Břeclav, U Nemocnice 3066/1, 690 02

zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

Při hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce proběhla dne 20. 5. 2020 kontrolní prohlídka na pracovišti navrhnutém společností Hypokramed s r.o., Praha IČO: 49616528, Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha, ve FN Ostrava (gynekologická klinika).

Kontrolní prohlídky se zúčastnily: staniční sestra FN Ostrava, paní Dana Svobodová; produktový specialista společnosti Hypokramed s r.o., Praha IČO: 49616528, Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha, pan Daniel Podařil a vedoucí oddělení zdravotnické techniky Nemocnice Břeclav p.o. Ing. Rudolf Slovenský.

S ohledem na zadávací dokumentaci, byly kontrolovány technické parametry operačního stolu **Trumpf Medical TruSystem 7000**. Tento operační stůl nespĺňuje technické parametry a to zejména v části:

- Elektrické ovládání hlavové opěrky. Tento produkt umožňuje elektrické ovládání hlavové opěrky, ale pouze v případě úpravy, spočívající v záměně nožní části za hlavovou, tedy nespĺňuje zachování celkové požadované konfigurace. Toto technické řešení zadavatel neakceptuje, jelikož to omezuje univerzálnost použití takového operačního stolu.
- Minimální nosnost operačního stolu 450 kg \pm 10 %. Tedy minimální nosnost v rozsahu 405 – 495 kg. Nabízený operační stůl garantuje uvedenou nosnost v ose základny, tedy při jakémkoliv polohování nemůže splnit uvedenou nosnost a v takovém případě garantuje pouze 250 kg. Vzhledem ke skutečnosti, že se u zadavatele provádějí i bariatrické operace, je nutné, aby nosnost operačního stolu byla 450 kg \pm 10 % ve všech polohách.

Z důvodu nesplnění výše uvedených technických parametrů doporučujeme hodnotící komisy, aby dodavatele Hypokramed s r.o. vyloučila.

Břeclav dne, 21. 5. 2020

.....
Ing. Rudolf Slovenský, vedoucí OZT

.....
Ing. Petr Bařka, ředitel