

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne
11. 10. 2003

07. 09. 2020

Vyřizuje: Jelínková Lenka

Znojmo dne

V Ý Z V A

***k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení
§ 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)***

„Dialyzátory High Flux“

Zadání podmínek soutěže:

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Název	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
	Sídlo	MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo
	IČO	00092584
	Bankovní spojení	KB Znojmo 14538741/0100
Zastoupený	MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC, ředitelem	
Kontaktní údaje	Kontaktní údaje	Lenka Jelínková obchodní úsek Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo
	Telefon	+420 515 215 227
	E-mail	lenka.jelinkova@nemzn.cz

2. Základní údaje

Název zadávacího řízení: **Dialyzátory High Flux**

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb. dle ZZVZ ve znění platném ke dni vyhlášení této veřejné zakázky.

Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny touto výzvou / ZD k podání nabídek.

Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona.

Výzva obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

3. Údaje o předmětu plnění výzvy

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků, konkrétně dialyzátorů High Flux pro pacienty Nemocnice Znojmo.

Další požadavky na plnění jsou uvedeny v technické specifikaci.

Technická specifikace a v ní obsažené požadované parametry plnění tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. Plnění předmětu kupní smlouvy bude probíhat podle skutečných potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek na období 12 měsíců od účinnosti smlouvy.

CPV 33181520-3 Spotřební zboží pro renální dialýzu

3.1. Požadované zdravotnické prostředky

Dialyzátory High Flux – předpokládaný celkový počet 5300 ks / 12 měsíců

3.2. Předpokládaná hodnota

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle spotřeby za předchozí srovnatelné období.

Předpokládaná hodnota VZMR Kapilární dialyzátory High Flux činí celkem:
1.568.800,- Kč bez DPH

3.3. Požadované technické parametry

Zadavatel požaduje 1 skupinu dialyzátorů s dále uvedenými technickými parametry. Požadované parametry musí být splněny za následujících podmínek:

Průtok :

Qb 300ml/min, Qd 500ml/min, Qf pro clearance 0ml/min, pro koef. propustnosti 60ml/min; In vitro: UF koeficient měřen v krvi Hct 32%, celk. bílkovina 60g/l při T 37⁰ Celsia a musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1283 určené pro dialyzátory.

Charakteristika dialyzátorů High Flux

- **Typ:** kapilární
- **Dialyzační metoda:** HD/HDF/HF
- **Propustnost:** Vysokopropustné (high flux) (Kuf minim. 30mL/mmHg/hod)

- **Koeficient propustnosti:**
 - albumin <0,001
 - Beta2mikroglobulin $\geq 0,7$
- **Materiál:** polysulfon a jeho deriváty
- **Sterilizace:** pára nebo gama záření
- **Velikost povrchu:** v každém uvedeném rozmezí uchazeč nabídne jednu velikost dialyzátorů:
 - Skupina 1: 1,3-1,5 m²
 - Skupina 2: 1,6-1,8 m²
 - Skupina 3: 1,9-2,2 m²
- **Charakteristika dialyzátorů:**
při Qb 300ml/min, Qd 500ml/min, Qf 0ml/min

	<i>Skupina 1</i>	<i>Skupina 2</i>	<i>Skupina 3</i>
<i>Efektivní povrch (m2)</i>	1,3-1,5	1,6-1,8	1,9-2,2
<i>Clearance urea (ml/min)</i>	≥ 260	≥ 270	≥ 280
<i>Clearance fosfátů (ml/min)</i>	≥ 220	≥ 230	≥ 240
<i>Předpokládaná spotřeba za rok</i>	300	2300	2700

Pokud účastník výše uvedené požadavky splňuje, musí být toto v nabídce výslovně uvedeno hodnotou dle návodu k použití.

Zadavatel požaduje doložení minimálně požadovaných technických a medicínských hodnot dialyzátorů platným návodem k použití v českém jazyce. Zadavatel nebude akceptovat doložení hodnot jiným způsobem, např. dodatečně prováděnými studiemi, nebo laboratorními zkouškami.

3.4 Varianty zakázky

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantní nabídky. V každé položce může být nabídnut pouze jeden druh materiálu. V případě uvedení více druhů materiálu v nabídce v rámci jedné položky si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou část dílčího plnění z hodnocení.

3.5 Vzorky

Zadavatel bude dle § 104 odst. 1 písm. a) zákona požadovat od vybraného dodavatele, jako další podmínku pro uzavření smlouvy, předložení vzorků a to v počtu 2 kusů/vzorků od každého dialyzátoru. Jeden kus/vzorek bude sloužit k posouzení, druhý bude zadavatel archivovat po dobu smluvního vztahu pro případné porovnání kvality s dodávaným zbožím.

Dodané vzorky se budou posuzovat podle bodů uvedených v technické specifikaci.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- doklady o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti podle § 29 zákona 268/2014 Sb. v platném znění k distribuci ZP
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č.3

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizaci dodávek zadavatel požaduje ode dne účinnosti smlouvy na dobu 12 měsíců. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

6. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku

Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria včetně příslušných vah jednotlivých kritérií zadavatel stanovil následovně:

	Dílčí hodnotící kritérium	Váha
1.	Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 12 měsíců plnění	70 %
2.	Kvalitativní parametry – technické a medicínské vlastnosti dialyzátorů	30 %

Hodnocení kritéria č. 1:

V tomto dílčím kritériu se bude hodnotit celková nabídková cena v Kč bez DPH za 12 měsíců plnění. Jako nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, dle vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená cena}} \times 100 = \text{konečný počet bodů za kritérium}$$

Hodnocení kritéria č. 2:

V rámci tohoto kritéria bude hodnocen kvalitativní parametr u dialyzátorů high flux - clearance fosfátů v ml/min. A to za následujících podmínek: průtok: Qb 300ml/min, Qd 500ml/min, Qf pro clearance 0ml/min, pro koef. propustnosti 60ml/min; In vitro: UF koeficient měřen v krvi Hct 32%, celk. bílkovina 60g/l při T 37° Celsia a musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1283 určené pro dialyzátory.

Zadavatel požaduje jejich doložení platným návodem k použití v českém jazyce. Zadavatel nebude akceptovat doložení hodnot jiným způsobem, např. dodatečně prováděnými studiemi, nebo laboratorními zkouškami.

Hodnotící kritérium je rozděleno na 3 subkritéria:

6.1. Kvalitativní parametry dialyzátory high flux

Efektivní povrch (m ²)	1,3-1,5	1,6-1,8	1,9-2,2
Clearance fosfátů (ml/min)	≥250	≥260	≥270
Váha celkem 30%			

Získání bodů v rámci jednotlivých subkritérií:

U každého subkritéria se bude hodnotit, jestli výše clearance fosfátů v ml/min nabízeného dialyzátoru splňuje stanovený kvalitativní parametr pro konkrétní efektivní povrch. Splní-li nabídka uchazeče dané subkritérium, bude jí přiřazeno 20 bodů, a to za každé splněné subkritérium.

Získání konečného počtu bodů v rámci hodnotícího kritéria č. 2:

Počet bodů získaných účastníkem za všechna subkritéria se sečte a nejvýhodnější nabídce (s nejvyšším počtem bodů) bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky, dle vzorce:

Hodnocená nabídka

----- x 100 = konečný počet bodů za kritérium

Nabídka s nejvyšším počtem bodů

Konečný počet bodů:

Celkové hodnocení bude provedeno tak, že počet bodů za kritérium se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria (viz tabulka výše), a součtem výsledných hodnot za obě kritéria se získá konečný počet bodů. Na základě konečného počtu bodů jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí účastníků (nejúspěšnější bude nabídka s nejvyšší hodnotou).

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Uchazeč použije předložený vzor tabulky, přičemž vyplní pouze buňky, které jsou podbarveny světle modrou barvou („ “), a tabulka prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítá zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení („ “). Hodnota stanovená pro hodnocení nabídky je v podbarvení příslušné buňky světle zelenou barvou („ “).

Všechny nabídkové ceny musí být v korunách českých a není ji možné překročit.

Musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky zadavatele a nutné pro řádné plnění veřejné zakázky včetně poplatků souvisejících s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Náklady na zpracování nabídky nesou sami dodavatelé.

8. **Lhůta a místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku**

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a je stanovena **do 21. 09. 2020 do 13,00 hod.** Všechny nabídky musí být zadavateli doručeny **do 21. 09. 2020 do 13,00 hod.**

Zadavatel připouští podání nabídky pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky jedním z uvedených způsobů:

- a) na adresu zadavatele Nemocnice Znojmo, p. o., MUDr. Jana Janského 11, obchodní odbor – úsek zakázek v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: „Soutěž -Dialyzátory High-Flux“**“ a jménem dodavatele.
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny od 9,00 hod. do 13,00 hod.
- b) je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo. Nabídky budou přebírat pracovníce úseku zakázek Nemocnice Znojmo Lenka Jelínková, Jiřina Bílková nebo pracovníce podatelny Nemocnice Znojmo.
- c) zaslat prostřednictvím datové schránky Nemocnice Znojmo: **he9k6qg s elektronickými podpisy.**

Požadovaný obsah nabídky:

- a) krycí list nabídky - příloha č.1 - tento doklad bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče nebo v případě fyzické osoby majitelem
- b) cenovou nabídku – příloha č.2 – tento doklad bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče nebo v případě fyzické osoby majitelem
- c) prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
- d) prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující uchazeče k prodeji zboží z veřejné zakázky
- e) prostá kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti podle § 29 zákona 268/2014 Sb. v platném znění k distribuci ZP
- f) prostá kopie prohlášení o shodě s uvedením třídy nebezpečnosti zdravotnického prostředku k jednotlivým položkám plnění
- g) návod k použití v českém jazyce
- h) informace o stanovených podmínkách skladování pokud nejsou uvedeny v návodu
- i) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č.3
- j) obchodní podmínky - Kupní smlouva (příloha 4) včetně přílohy (příloha smlouvy 1 – Ceník a specifikace předmětu plnění doplněná a podepsaná statutárním zástupcem uchazeče
- k) ostatní doklady „**volitelné**“ – „Žádost o zachování obchodního tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů“ se zdůvodněním a podepsaná statutárním zástupcem uchazeče.

Otevírání obálek proběhne dne **21. 09. 2020** v **10.30 hodin** v zasedací místnosti ředitelství Nemocnice Znojmo. Otevírání obálek bude neveřejné.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

9. **Obchodní podmínky**

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textů smluv obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a vloží ji do své nabídky. Dodavatel není oprávněn text

kupní smlouvy jakkoliv měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“). V opačném případě bude vybraný uchazeč vyřazen.

10. *Dodatečné informace*

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče a musí být podána alespoň 5 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek. Lze ji rovněž zaslat rovněž v elektronické podobě na adresu: lenka.jelinkova@nemzn.cz a v kopii na adresu: frantisek.patocka@nemzn.cz.

Dodatečné informace budou zaslány všem uchazečům stejným způsobem jako výzva nejméně 3 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.

11. *Další podmínky*

- vyzvaný dodavatel může podat pouze jednu nabídku
- žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako dodavatel více než jednou
- náklady výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel dodavatelům nehradí
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. Pokud bude k nabídce uplatněna písemná žádost o obchodní tajemství podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, bude tato nejprve zadavatelem posouzena, zda je oprávněná či nikoliv. V případě, že bude žádost o obchodní tajemství posouzena jako oprávněná, bude obchodní tajemství uplatněno na:
 - údaje o jednotkových cenách,
 - údaje o množství a celkové kupní ceně, za předpokladu, že je možné zjistit jednotkovou cenu výpočtem z celkové kupní ceny a předpokládaného množství.
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

MUDr.
Martin
Pavlík,
Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2020.09.03
08:36:29 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel Nemocnice Znojmo