

Veřejná zakázka na dodávky

§ 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen Zákon)

„Repase gamakamery MB9200“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

1. Údaje o zadavateli
2. Údaje o dodavateli
3. Údaje o zadávací dokumentaci
4. Prohlídka místa plnění
5. Údaje o podání nabídky
6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
8. Kvalifikace dodavatelů
9. Posouzení a hodnocení nabídek
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
11. Obchodní podmínky
12. Platební podmínky
13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
14. Technické podmínky
15. Varianty nabídky
16. Požadavek na poskytnutí jistoty
17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
18. Obsah nabídky

1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona: příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
Právní forma: příspěvková organizace, kód 331
Název zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, kód obce ZÚJ 593711
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. František Patočka, MBA
e-mail: frantisek.patocka@nemzn.cz
telefon: +420 515 215 293
fax: +420 515 222 805

2. Údaje o dodavateli:

Dodavatel je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením své identifikační údaje takto:

Právnícké osoby:

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Fyzické osoby:

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Podává-li nabídku více dodavatelů společně:

Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

V nabídce bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku:

V případě právnické osoby

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

V případě fyzické osoby

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede dodavatel identifikační údaje reprezentanta sdružení.

3. Údaje o zadávací dokumentaci:

3.1. Součástí zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- 1) Výzva k podání nabídky
- 2) Zadávací dokumentace – textová část včetně přílohy č. 1 (v elektronické podobě)
- 3) Zadávací dokumentace - obchodní podmínky (v elektronické podobě)
- 4) Tabulka „Krycí list nabídky“ (v elektronické podobě)
- 5) Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“ (v elektronické podobě)
- 6) Tabulka „Technické požadavky na technické zhodnocení gamakamery“ (v elektronické podobě)

3.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 20. 10. 2020

3.3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, datovou zprávou, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace vyřizuje vedoucí úseku zakázek a zdravotnickém techniky Obchodního odboru Nemocnice Znojmo Ing. František Patočka, MBA.

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111
Fax: 515 222 805

info@nemzn.cz
www.nemzn.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou dodavatelům zasílány e-mailem a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a budou zveřejněny na profilu zadavatele. Pokud dodavatel požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s výše uvedenými zástupci zadavatele.

4. Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění zadavatel vzhledem k charakteru zakázky neorganizuje.

5. Údaje o podání nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů). Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a její konec je stanovena datem 4. 11. 2020 4. 11. 2020 do 13,00 hod.
Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 13,00 hod.

5.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 5.1. na adresu zadavatele Nemocnice Znojmo, p. o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, obchodní odbor - úsek zakázek a zdravotnické techniky – Ing. František Patočka. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 13,00 hod. Nabídky bude přebírat vedoucí úseku zakázek a zdravotnické techniky Ing. František Patočka, MBA nebo pracovnice podatelny.

5.3. Potvrzení o předání nabídky

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

7.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

7.2. Název veřejné zakázky

„Repase gamakamery MB9200“

7.3. Místo plnění veřejné zakázky

Znojmo, kód NUTS CZ064

7.4. Doba plnění veřejné zakázky - předpoklad

Zahájení plnění veřejné zakázky od 11/2020

Ukončení plnění veřejné zakázky 01/2021

7.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: do 1.870.000,00 Kč

Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny pro veřejnou zakázku.....1.870.000,00 Kč bez DPH .

Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

7.6. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

7.7. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je repase gamakamery MB9200 pro planární vyšetření na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo, provedení předávací zkoušky a zaškolení obsluhy a uvedení repasovaného zařízení do klinického provozu. Součástí předmětu zakázky je také zajištění provádění předepsaných pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) a dalších úkonů stanovených výrobcem během záruky.

Účelem pořízení tohoto zdravotnického prostředku je zajištění provozuschopnosti oddělení nukleární medicíny a tím zajištění péče o pacienty, kteří tuto diagnostiku nezbytně potřebují.

7.8. Specifikace minimálních technických a provozních požadavků na přípravu a rozvod upravené vody pro hemodialyzační pracoviště

Repase - generální oprava - gamakamery MB9200 musí zahrnovat minimálně:

- provedení výměny detektoru planární scintilační kamery MB9200 dig. za nový s digitálním detektorem
- výměnu scintilačního krystalu NaI(Tl)
- výměnu všech fotonásobičů a elektroniky detektoru za digitální bez ladících potenciometrů včetně kompletní kabeláže
- dodání nové nezávislé akvizitní konzole s plně digitální elektronikou dle specifikace níže

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

- dodání systému pro korekci v reálném čase
- dodání autokalibračního procesoru
- dodání nové vyhodnocovací stanice
- výměnu vodících prvků ve stojanu kamery
- opravu a přestřikání celého stojanu kamery
- opravu a přestřikání stávajících kolimátorů včetně vozíků pro kolimátory
- dodání a uvedení do provozu DICOM kompatibilní akviziční a vyhodnocovací software dle specifikace níže
- provedení předávací zkoušky a zaškolení obsluhy

Akviziční konzole

- Pracovní stanice s 24" obrazovkou pro polohování pacienta
- Intel Core i7-4790 3,6 GHz procesor
- 16 GB RAM DDR3
- 2 TB mechanika Hard disku
- Mechanika DVD-RW SATA
- Klávesnice, myš
- Operační systém Windows 10
- Úplná kompatibilita DICOM 3.0 (odesílat/přijímat, tisk, dotazovat/vyhledávat)
- Integrované rozhraní Gigabit Ethernet

Akviziční software

- Možnost akvizice planárních studií a synchronizace s EKG monitorem
- 16 krokový zoom
- 4 nezávislé energetické kanály
- Mnohokanálový analyzátor až do 1024 kanálů
- Zpracování zobrazení na 4096 x 4096 obrazových bodů
- Zlepšená energetická korekce oproti stávajícímu stavu
- Korekce homogenity bez ztráty impulzů
- Automatická křížová korekce homogenity v reálném čase pro různé kolimátory
- Kompatibilita se stávajícími zařízeními a síťovým propojením na základě DICOM formátu.

Vyhodnocovací stanice

Pracovní stanice určená pro Nukleární medicínu s programovým balíkem běžícím na operačním systému Windows 10 s těmito parametry:

- Intel Core i7 7700 3,6 GHz procesor
- 16 GB RAM
- 1 TB mechanika Hard disku
- Mechanika CD-DVD-RW
- Grafická karta
- Klávesnice, myš
- Úplná kompatibilita DICOM 3.0 (odesílat/přijímat, tisk, dotazovat/vyhledávat)
- 24" LCD monitor s vysokým rozlišením (1920 x 1080)
- Integrovaný rozhraní Gigabit Ethernet

Programové vybavení:

Software nukleární medicíny pro následné zpracování planárních studií, který pracuje pod MS Windows s těmito parametry:

- Víceformátová prezentace zobrazení ve vynikající kvalitě
- Vysoce automatizované nástroje zpracování
- Filtrování zobrazení s různými filtry (na základě Fourierovy transformace a dalších)
- Nástroje pro manipulaci a korekci zobrazení
- Cílené procedury specifické pro orgány pro zobrazení planární, gateované nebo dynamické
- Uživatelsky konfigurovatelné procedury
- Programový balík pro planární zpracování studií orgánů
- Možnost zálohování dat do PACS
- Výstup dat ve formátu DICOM 3.0
- Výměna údajů se standardními pracovišti nukleární medicíny použitím protokolu DICOM

Dokumentace:

- Programově kontrolovaný tisk a odesílání nálezů.
- Vysoce kvalitní barevný a černobílý tisk na normální papír pomocí barevné laserové tiskárny, která je součástí zakázky.

Technická dokumentace:

- Český návod k použití pro akviziční software
- Český návod k použití pro programového vybavení
- Dokumentace výstupních testů výrobce

Délka záruční doby:

Zadavatel požaduje délku záruční doby **24 měsíců** od protokolárního předání repasovaného zařízení do klinického provozu

Splnění požadavků stanovených zadavatelem doloží dodavatel vyplněnou tabulkou „Technické požadavky na technické zhodnocení gamakamery“. Hodnoty v tabulce „Technické požadavky na technické zhodnocení gamakamery“ uvedené jako zadavatelem minimálně požadované jsou minimem pro splnění předmětu plnění. Parametry, u kterých je jako minimálně požadovaná hodnota uvedeno ANO, jsou současně vyjádřením zadavatele, že tento parametr musí nabízený předmět plnění splňovat v rámci požadavků na předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel uvede v nabídce identifikační údaje servisní organizace, která v záruční i pozáruční době zajišťuje autorizovaný servis nabízeného zařízení.

8. Kvalifikace dodavatelů:

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace:

- 8.1. Základní způsobilost prokáže dodavatel v rozsahu obdobném podle § 74 odstavec 1 písm. a) až e) zákona buď kopiemi příslušných dokladů, nebo čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je přílohou č.1 Textové části zadávací dokumentace), které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111
Fax: 515 222 805
info@nemzn.cz
www.nemzn.cz

podle občanského zákoníku. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

8.2. Profesionální způsobilost prokáže:

- a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklady prokazující profesionální způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky;
- b) předložením kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti dodavatele pro distribuci ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění.
- c) předložením kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti servisní organizace zajišťující servis nabízeného zařízení pro servis ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění

8.3. Technickou kvalifikaci obdobně s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno l) Zákona prokáže předložením:

- a) písemného prohlášení o shodě nabízeného zařízení

9. Posouzení a hodnocení nabídek:

9.1. Hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel hodnotící komisi. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Tato komise plní i funkci komise pro otevírání obálek. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise.

Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

9.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise provede posouzení nabídek účastníků z hlediska splněných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat účastníka o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasnosti nabídky přizvat účastníka na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Vysvětlení nabídky účastníkem nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje, že případné rozhodnutí o vyřazení účastníka z účasti v zadávacím řízení bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele.

9.3. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

9.4. Výběr dodavatele

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

10.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění včetně provádění předepsaných pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) a dalších úkonů stanovených výrobcem po dobu záruky.

10.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během plnění, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

10.3. Cena bude uvedena ve skladbě nabídková cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH. Dodavatel zapíše tyto údaje do Krycího listu nabídkové ceny a do textu návrhu kupní smlouvy.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu kupní smlouvy, je nabídkovou cenou cena zapsaná v textu kupní smlouvy a pro hodnocení nabídek bude použita nabídková cena zapsaná v textu kupní smlouvy.

10.4. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

11. Obchodní podmínky:

11.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Dodavatel text smlouvy vytiskne a vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění a vloží ji do nabídky jako její nedílnou součást.

11.2. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

11.3. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

12. Platební podmínky:

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

- 12.1. Zadavatel proplatí cenu za uskutečněné plnění a to ve třech měsíčních splátkách, každá ve výši 1/3 ceny, na základě faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. První faktura bude vystavena po protokolárním předání repasovaného zařízení do klinického provozu.
- 12.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostní z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě.

13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídková cena je cenou maximální, musí být vyčíslena v korunách českých a **není ji možné překročit.**

14. Technické podmínky:

Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu veřejné zakázky

15. Varianty nabídky:

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

16. Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

- 17.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 17.2. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
- 17.3. Zadavatel požaduje provedení repase gamakamery a předání do klinického provozu, do osmi týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
- 17.4. Vybraný dodavatel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.

18. Obsah nabídky:

- 18.1. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje dodavatele, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a další doklady specifikované zadávací dokumentací.
- 18.2. Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vložka 1229

KB Znojmo
14538741/0100

Tel.: 515 215 111 info@nemzn.cz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz

- Krycí list nabídky.
- Obsah nabídky.
- Doklady o splnění kvalifikace.
- Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky.
- Krycí list nabídkové ceny.
- Výpočet nabídkové ceny.
- Vyplněná tabulka technických požadavků na technické zhodnocení gamakamery.
- Návrh kupní smlouvy.

- 18.3. Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení.
- 18.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze soutěže v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
- 18.5. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

16.10.2020

Za zadavatele: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2020.10.16
19:43:18 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA
ředitel

