



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233



V Břeclavi, dne 16. 1. 2015

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení podle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s názvem:

“Nemocnice Břeclav - Víceúčelová skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna s C ramenem s možností DSA + tlaková stříkačka“

CPV : 33111400-5, 33195100-4, 50420000-5

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Janka Bambasová, MPH, ředitelka nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka
E-mail: batka@nembv.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku zadané v otevřeném řízení dle zákona o veřejných zakázkách s názvem „Nemocnice Břeclav - Víceúčelová skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna s C ramenem DSA + tlaková stříkačka“.

Požadavek dodavatele:

1. Zasilám Vám celkem jeden dotaz k příloze č. 2 Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky k článku V. Záruka, záruční servis odstavci č. 4, ve kterém je uveden následující požadavek:

*Záruční doba poskytnutá prodávajícím na jakost zboží je stanovena na **24 měsíců**, vyjma veškerého dodávaného HW, kde je záruční doba **36 měsíců**, záruční doba **12 měsíců** je poskytována na SW; na diagnostickou pracovní stanici je stanovena záruční doba na **36 měsíců** na HW stanice, **36 měsíců** na diagnostické monitory a **12 měsíců** na SW. Záruční doba běží ode dne uvedení zboží do plného provozu.*

Dotaz č. 1:

Jak máme chápat délku záruční doby na dodávané zařízení, tedy víceúčelovou skiagraficko-skiaskopickou sklopnou stěnu s C ramenem s možností DSA + tlaková stříkačka popsanou v příloze č. 1 – Technická specifikace pod body č. 1-7 (tedy vyjma diagnostické pracovní stanice PACSu pod bodem č. 8)?

Pro které komponenty platí záruční doba 24 měsíců? Jedná se o komponenty typu RTG zářič, digitální detektor a příslušenství nebo i jiné součásti zařízení?

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

Článek V. odst. 4, Záruka, záruční servis, závazného vzoru smlouvy zní:

„4. Záruční doba poskytnutá prodávajícím na jakost zboží je stanovena na **24 měsíců**, vyjma veškerého dodávaného HW, kde je záruční doba **36 měsíců**, záruční doba **12 měsíců** je poskytována na SW; na diagnostickou pracovní stanici je stanovena záruční doba na **36 měsíců** na HW stanice, **36 měsíců** na diagnostické monitory a **12 měsíců** na SW. Záruční doba běží od dne uvedení zboží do plného provozu.“

Zadavatel uvádí, že, jak vyplývá z jazykového výkladu obsahu předmětného ustanovení, vztahuje se požadavek záruční doby v délce 24 měsíců na všechny komponenty dodávaného zařízení dle přílohy č. 1 – Technické specifikace, pro které není v příloze č. 2 – Závazný vzor smlouvy v čl. V. Záruka, záruční servis odstavci č. 4 stanovena jiná délka záruční doby. Záruční doba v délce 24 měsíců se tedy vztahuje i na komponenty specifikované v bodě č. 1-7 přílohy č. 1 – Technické specifikace (s výjimkou diagnostické pracovní stanice PACSu pod bodem č. 8), i na komponenty typu RTG zářič, digitální detektor a příslušenství nebo jiné součásti zařízení.

S ohledem na obsah dotazu a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780



.....
za zadavatele
MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav, p.o.