

DODATEČNÉ DOTAZY č. 1

Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČO: 00346292 sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245 zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Interní číslo zakázky	VZ 05-21
Název veřejné zakázky	Intravenózní kanyly 2021 - 2022

K výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu obdržel zadavatel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

V technické dokumentaci „P1_RKS_část1“, je uvedena pokožka „9 - Kanyla intravenózní G 20 zabraňující samovolnému vytékání krve 1,0 x 32 mm (20 G) min. 60 ml/min Bezpečnostní intravenózní kanyla, bez portu, sterilní, s pasivním bezpečnostním prvkem, opakovaně zabraňující samovolnému vytékání krve“. Tuto položku, dle našich zjištění, dodává jediný výrobce, kterého nezastupujeme. Bude Zadavatel akceptovat vynechání této položky v nabídce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na položce č. 9 – (Kanyla intravenózní G 20 zabraňující samovolnému vytékání krve 1,0 x 32 mm (20 G) min. 60 ml/min Bezpečnostní intravenózní kanyla, bez portu, sterilní, s pasivním bezpečnostním prvkem, opakovaně zabraňující samovolnému vytékání krve).

Dotaz č. 2:

Prosíme o bližší specifikaci položek č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo foto.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se odkazuje na specifikaci položek (viz příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně, dne 20. 04. 2021