

„Barvící automat pro pracoviště PAO“

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Parametr	minimální hodnota požadovaná zadavatelem	hodnota nabízená dodavatelem
Požadavky na barvící automat			
	Kapacita přístroje je min. 200 max. 600 skel za hodinu	≥ 200	
	Jednotlivé koše na 30 skel	ANO	
	Reagenční nádoby min. na 450 ml	≥ 450 ml	
	Celkem min. 18 reagenčních nádob	≥ 18 reagenčních nádob	
	Přístroj obsahuje nádoby promývací cirkulací vodou z vodovodního řádu	ANO	
	Sušárna s nuceným oběhem vzduchu, jedna sušící komora s teplotou max. 65°C	1 sušící komora s teplotou = 65°C	
	Nastavitelné programy s min. 25 kroky v programu	≥ 25 kroků v programu	
	Délka programu od 0 do 99 min	ANO	
	Hmotnost automatu max. 70 kg	≤ 70 kg	
	Možnost nepřetržitého vkládání košů	ANO	
	Současný běh několika kroků zároveň	ANO	
	Funkce správy reagensů - hlídání expirace reagensů	ANO	
	Automatické uzavření vodního ventilu při vypnutí přístroje	ANO	
	Integrovaná ochrana proti výparům	ANO	
	Systém vkládání skel pomocí dvou zásuvek pro minimalizaci expozice výparům	ANO	
	Přístroj má promývací stanice k odstranění přebytečného činidla	ANO	
	Technické řešení musí zabezpečit minimální přenos reagensů mezi jednotlivými nádobami	ANO	
	Hlučnost max. 80 dB	≤ 80 dB	
	Paměť pro min. 12 programů	≥ 12 programů	