

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Barvící automat pro pracoviště PAO“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka barvícího automatu se softwarem pro diagnostiku v laboratořích patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Znojmo.

Účelem pořízení tohoto přístroje u je obměna stávajícího přístrojového vybavení PAO.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 1.000.000,- Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Předmětem zakázky je dále instalace přístroje, uvedení do provozu, zaškolení personálu, pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ), záruční a pozáruční servis, případně též pravidelné revize a pravidelné validace, pokud jsou pro provozování přístroje relevantní.

Technické a provozní požadavky jsou následující:

Požadavky na barvící automat

- Kapacita přístroje je min. 200 max. 600 skel za hodinu
- Jednotlivé koše min. na 30 skel
- Reagenční nádoby min. na 450 ml

- Celkem min. 18 reagenčních nádob
- Přístroj obsahuje nádoby promývací cirkulací vodou z vodovodního řádu
- Sušárna s nuceným oběhem vzduchu, jedna sušící komora s teplotou max. 65°C
- Nastavitelné programy s max. 25 kroky v programu
- Délka programu od 0 do 99 min
- Hmotnost automatu max. 70 kg
- Možnost nepřetržitého vkládání košů
- Současný běh několika kroků zároveň
- Funkce správy reagencií - hlídání expirace reagencií
- Automatické uzavření vodního ventilu při vypnutí přístroje
- Integrovaná ochrana proti výparům
- Systém vkládání skel pomocí dvou zásuvek pro minimalizaci expozice výparům
- Přístroj musí být vybaven min. 5 promývacími stanicemi k odstranění přebytečného činidla
- Technické řešení musí zabezpečit minimální přenos reagencií mezi jednotlivými nádobami
- Hlučnost max. 80 dB
- Paměť pro min. 12 programů

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (**uveďte cenu jedné hodiny práce bez DPH účtované v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky**). V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona 268/2014 Sb. §5 26 - 30 v platném znění, pokud je nabízené zařízení zdravotnickým prostředkem).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

Záruční doba je zařazena do kritérií hodnocení – viz bod 3. výzvy. Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **minimálně 24 měsíců**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny**. Délku záruční doby limituje zadavatel 60 měsíci. Nabídka se záruční lhůtou nad 60 měsíců bude hodnocena tak, jako by byla dodavatelem nabídnuta záruka 60 měsíců.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné revize zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné validace po uplynutí záruky bez DPH – to vše v případě, že jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařizeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy. **Pokud tyto úkony nejsou pro provozování zařízení nutné, uveďte to výslovně v nabídce.**

V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce uveďte cenu jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let (alespoň 2 zakázky za 2 roky).

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku, pokud je nabízené zařízení zdravotnickým prostředkem
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro dovoz a distribuci ZP podle zákona 268/2014 Sb. (§§ 26 - 30) v platném znění (pokud je to pro nabízený přístroj relevantní)
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy), ve kterém uchazeč ručně vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

A)	Celková nabídková cena bez DPH (zahrnující dodávku přístroje s příslušenstvím, BTK po dobu záruky a zaškolení personálu)	váha 50 %
B)	Záruční doba v měsících	váha 15%
C)	Cena pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) + cena pravidelné revize + cena pravidelné validace po uplynutí záruky - vše bez DPH	váha 15%
D)	Cena jedné hodiny servisní práce bez DPH po uplynutí záruky	váha 10%
E)	Cena jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob.	váha 10%

V kritériu A) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší celkové nabídkové ceny zahrnující dodávku přístroje s příslušenstvím a BTK po dobu záruky ze všech hodnocených nabídek ku nabídkové ceně zahrnující dodávku přístroje s příslušenstvím a BTK po dobu záruky hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria A)

V kritériu B) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v měsících hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v měsících ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 60 měsíců) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria B)

V kritériu C) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižšího součtu ceny pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) + ceny pravidelné revize + ceny pravidelné validace bez DPH ze všech hodnocených nabídek

ku součtu ceny pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) + ceny pravidelné revize + ceny pravidelné validace bez DPH hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria C)

V kritériu D) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší nabídkové ceny jedné hodiny servisní práce bez DPH po uplynutí záruky ze všech hodnocených nabídek ku nabídkové ceně jedné hodiny servisní práce bez DPH po uplynutí záruky hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria D)

V kritériu E) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší nabídkové ceny jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob ze všech hodnocených nabídek ku nabídkové ceně jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria E)

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

5. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplní dodavatel“).

6. Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, obchodní úsek – Jiřina Bílková. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – Barvicí automat pro pracoviště PAO**“ a jménem dodavatele. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo.

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději do **23. 06. 2021 do 13⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **šesti týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. Další podmínky

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „krycí list nabídkové ceny“ a „technické parametry“, které jsou k výzvě přiloženy

- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

Znojmo

MUDr.
Martin
Pavlík, Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2021.06.11
09:37:20 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
ředitel Nemocnice Znojmo