

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Barvící automat pro pracoviště PAO“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 17. 06. 2021

Věc: Veřejná zakázka:

„Barvící automat pro pracoviště PAO“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

V minimálních technických požadavcích uváděných ve Výzvě k podání nabídky požadujete pro barvící automat „jednotlivé koše na 30 skel“. Náš barvící automat zpracovává koše s kapacitou až 20 skel, s možností vložení košů přes 4 vstupní kanály, přičemž Vámi požadovaná kapacita z bodu výše „Kapacita přístroje je min. 200 max. 600 skel za hodinu“, je splněna. Bylo by proto možné za splnění podmínky kapacity přístroje akceptovat koše pro 20 skel?

Dotaz 2:

Reagenční nádoby v našem barvícím automatu jsou uzpůsobeny pro barvení košů, kde každý pojme až 20 skel, a této kapacitě také odpovídá objem reagenčních nádob, který činí 320 ml. Bude zadavatel akceptovat naši velikost košů a tomu přizpůsobenou velikost reagenčních nádob, při možnosti zpracování více jak 200 skel současně?

Dotaz 3:

Dále požadujete hmotnost automatu max. 70 kg. Náš barvicí automat váží 87 kg. Bude zadavatel akceptovat tuto váhu?

Dotaz 4:

V technických požadavcích také požadujete „Systém vkládání skel pomocí dvou zásuvek pro minimalizaci expozice výparům“. Náš automat umožňuje vkládat koše až čtyřmi vstupními kanály. Využívat se dají jak všechny vstupní kanály, tak jen 1, 2 nebo 3 z nich. Jelikož je přístroj uzavřený, není větší riziko expozice výparům, ať už přístroj obsahuje větší či menší počet vstupních kanálů. Bude zadavatel akceptovat naše řešení?

Dotaz 5:

- Požadujete Reagenční nádoby min. na 450 ml.

Námi nabízený přístroj má nádoby o objemu 360 ml, což nabízí významnou výhodu v úspoře reagensů při dodržení vysoce kvalitního nabarvení preparátů. Lze nabídnout i tuto úspornou variantu?

Dotaz 6:

- Požadujete Hmotnost automatu max. 70 kg.

Námi nabízený přístroj váží 115 kg, vyšší váha zajišťuje naprostou stabilitu přístroje během provozu. Lze nabídnout i tuto variantu za předpokladu, že v případě nutnosti provedeme vyztužení nosného stolu?

Dotaz 7:

- Požadujete Systém vkládání skel pomocí dvou zásuvek pro minimalizaci expozice výparům.

Námi nabízený přístroj nemá systém dvou zásuvek, ale má částečně odklopné víko, které je velmi jednoduché na ovládání a efektivně zamezuje expozici výparům. Lze nabídnout i toto řešení?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel akceptuje minimální kapacitu košů 20 skel

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel akceptuje nádoby o objemu min. 320 ml.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel akceptuje hmotnost automatu max. 120 kg.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel akceptuje způsob vkládání skel, které musí zajistit minimalizaci expozice výparů.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Zadavatel akceptuje nádoby o objemu min. 320 ml.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6:

Zadavatel akceptuje hmotnost automatu max. 120 kg.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 7:

Zadavatel akceptuje způsob vkládání skel, které musí zajistit minimalizaci expozice výparů.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně parametrů barvícího automatu, je prodloužen termín podání nabídky do 29. 6. 2021 do 13:00 hodin.

Jiřina Bílková
obchodní úsek Nemocnice Znojmo