

## Příloha č. 1 - Technické požadavky na elektrostoly:

### Sestava stolů pro elektrotechniku včetně souboru modulárních přístrojů instalovaných do přístrojové nástavby.

#### Laboratorní stůl pro elektro-dílny, 1. typ vč. mont.

ks

2

Stůl osazen pevně připojenými přístroji : **1.**TOTALSTOP, zapínací tlačítko, jistič, chránič, vypínač osvětlení stolu a kontrolku **2.**generátor a čítač obsahuje plynule přeladitelný generátor sinusu, obdélníku, trojúhelníku, pily a TTL signálu v kmitočtovém rozsahu 1Hz ÷ 10MHz. Dále obsahuje čítač s měřením kmitočtu v rozsahu 5Hz ÷ 100MHz a 100MHz ÷ 1,6GHz **3.**mikropájku vybavenou plynulou regulací teploty v rozsahu teplot 80 ÷ 450°C LCD **4.**DC laboratorní reg. zdroj 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A **5.**2 ks zásuvka 230 V, 50 Hz,samostatné jištění 16A/B/2P/30mA **6.**digitální dvoukanálový osciloskop 100MHz s barevným LCD **7.**Osvětlení pracoviště energeticky úsporným svítidlem.

#### Laboratorní stůl pro elektro-dílny, 2. typ vč. mont.

ks

1

Stůl osazen pevně připojenými přístroji : **1.**TOTALSTOP, zapínací tlačítko, jistič, chránič, vypínač osvětlení stolu a kontrolku **2.** autotransformátor 230 V / 2 A s možností přepnutí AC / DC zobrazení LCD/Analog **3.**mikropájku vybavenou plynulou regulací teploty v rozsahu teplot 80 ÷ 450°C **4.**DC laboratorní reg. zdroj 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A **5.**6 ks zásuvka 230 V, 50 Hz,samostatné jištění 2x 16A/B/2P/30mA **6.**Osvětlení pracoviště energeticky úsporným svítidlem.

**Box** 3x výsuvná zásuvka, rozměry: 560 x 480 x 580 mm, pojízdný

ks

2

**Konstrukce stolů s policí pro přístroje** : ocelová nosná konstrukce výškově stavitelná,pracovní deska z laminátu o síle 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení.Rozměry stolu š.1600mm, výška pracovní desky 800mm, hloubka pracovní desky 800mm. Horní police ve výšce min.1120mm, hloubka police 400mm ,šíře 1600mm

**Moduly do nástavby elektrostolů musí být určeny pro nástavbu nikoliv pouze neodborně upravené strojní přístroje.**

**Před samotnou realizací zadavatel vyžaduje konzultaci v místě dodávky stolů (dílny odborného výcviku) v návaznosti na již osazené stoly. Barevné provedení stolů vč. boxů - světle šedá barva.**

**Veškerá dodávka je včetně montáže a zaškolení obsluhy,dopravy.**

**Uchazeč předloží fotodokumentaci či jinou dokumentaci dodávaných stolů (výkresová dokumentace).**

**Jedná se o dodávku nových stolů, nikoliv repasovaných.**

**Záruka - po dobu 24 měsíců, NBD on site.**

**Jediné hodnotící kritérium je cena**

100%

Veselí nad Moravou, dne 21. 6.2021

Technické požadavky na elektrostoly zpracoval:

Radek Pres, učitel odborného výcviku