

Vyřizuje/linka
Ševela/518 601 206

Kyjov
04. 08. 2021

Poptávka na vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu mikroskopu

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu mikroskopu pro patologii Nemocnice Kyjov.

Specifikace přístroje:

Stativ mikroskopu:

- stabilní ergonomický tepelně kompenzovaný stativ se zabudovanou polní clonou, optika s korekcí na nekonečno
- pravé Koehlerovo osvětlení se zdrojem světla na zadní straně stativu, plynulá regulace intenzity světla
- „true color“ LED světelný zdroj pro procházející světlo, životnost min. 20.000 hodin
- automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu
- ostření zdvihem objektivů, koaxiální systém nezávislého hrubého a jemného ostření s nastavitelnou tuhostí posuvu, možnost aretace ostření („focus lock“)
- revolverový nosič pro min. 5 objektivů

Stolek:

- manuální křížový (XY) stolek s keramickou povrchovou vrstvou a bezhřebenovým vedením preparátu, nastavitelná tuhost posuvu nezávisle v X a Y ose
- ovládání stolku pro pravou ruku, držák pro 2 sklíčka
- integrovaná stupnice pro odečet souřadnic XY

Tubus a okuláry:

- ergonomický binokulární tubus s naklonitelnými okuláry, úhel náklonu v rozsahu min. 5-35° s nastavitelnou vzdáleností okulárů
- širokouhlé okuláry se zvětšením 10x, zorné pole min. FN22, oba s možností dioptrické korekce gumovými ohrnovatelnými očnicemi nebo plastovými odnímatelnými očnicemi

Kondenzor:

- kondenzor se sklopnou horní čočkou a vestavěnou aperturní clonou, NA min. 0,9
- vybavení pro pozorování v polarizaci (polarizátor + analyzátor)

Sada objektivů:

- plan-achromatický – zvětšení 4x, NA min. 0,10
- plan-achromatický – zvětšení 10x, NA min. 0,25
- plan-fluoritový – zvětšení 20x, NA min. 0,50
- plan-fluoritový – zvětšení 40x, NA min. 0,75
- plan-achromatický – zvětšení 60x, min. NA 0,80

Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

Nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky. Nabídková cena by měla být nejlepší možná, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků uvedená v české měně.

Provozní náklady:

- Vypsát jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech, včetně cenových relací
- Náklady na preventivní prohlídky
- Náklady na spotřební materiál
- Ostatní provozní náklady výše neuvedené

Další požadavky:

Nabídka musí obsahovat

- Popis zařízení s technickou specifikací
- Prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- Prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
- Záruční lhůta min. 24 měsíců
- Seznam referenčních pracovišť
- Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- Cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- Odkud bude zajišťován servis
- Nástup na opravu od doby ohlášení poruchy
- Cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- Návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- Smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství a náhradních dílů budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o průměrnou roční míru inflaci vyhlášenou ČSÚ k 31.12. předchozího roku.
- Autorizaci od výrobce, která opravňuje firmu provádět aplikační školení a servis daného zdravotnického prostředku.

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat e-mailem na adresu: brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Pozn. Na požádání Vám návrh kupní smlouvy zašleme e-mailem.

Svou nabídku s heslem „Mikroskop“ doručte v zapečetěné obálce nejpozději do 18.08.2021 do 14:00 hodin na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Kateřina Brunclíková
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

S pozdravem

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel