

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 6.9.2021

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Jednorázové inkontinenční pomůcky ze dne 3.9.2021

Dotaz č. 1:

Příloha 1A Výzvy – specifikace dílčího plnění A – Technické požadavky předmětu plnění – 1. položka – Fixační kalhotky:

Zadavatel požaduje, aby složení materiálu fixačních kalhotek bylo z polyesteru a elastanu a současně zadavatel uvádí požadavek na možnost sterilizace produktu, Tento požadavek na sterilizaci fixačních kalhotek není obvyklý. Při teplotách nad 60°C dochází k poškození materiálů z polyesteru a elastanu, a proto požadované složení neumožňuje sterilizaci produktu parou.

Dovolujeme si tedy požádat zadavatele o upřesnění způsobu sterilizace produktu, případně umožnění nabídnout produkty, které sterilizaci neumožňují.

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel vzhledem k vysvětlení složení produktu vypouští požadavek na možnost sterilizace.

Zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v termínu do 10.9.2021 do 13.00 hodin.