

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 6.9.2021

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Jednorázové inkontinenční pomůcky ze dne 3.9.2021

Dotaz č. 2:

Zadavatel stanovuje v zadávací dokumentaci pro Část C Podložky absorpční pro inkontinentní pacienty - 2. část, příloha 1C Výzvy - specifikace dílčího plnění C, minimální savost v ml dle ISO. Bude zadavatel akceptovat také nižší savost?

Zadavatel v příloze č. 1C specifikace plnění pro podložku 60x60 stanovil savost 1.200 ml. U podložky 60x60cm zadavatel požaduje výrazně vyšší savost. U této podložky je savost téměř dvounásobná oproti podložce 40x60cm, současně je ale podložka 60x60 pouze o třetinu větší. Domníváme se, že podložka s takovou savostí je na hranici technických možností.

V zakázkách s obdobným rozsahem plnění, které byli vypsaný zdravotnickými subjekty se požadavky na savost absorpčních podložek pohybují v rozmezí:

Podložka 40x60cm 400 – 550 ml

Podložka 60x60cm 700 - 800 ml

Podložka 60x90cm 1000 - 1350 ml

Navrhujeme, aby centrální zadavatel akceptoval savost v toleranci +/- 5% a sjednotil určení savosti takto:

Podložka 40x60cm 550 ml

Podložka 60x60cm 800 ml

Podložka 60x90cm 1350 ml

A nebo upravil požadavek na savost následujícím způsobem:

Podložka 40x60cm 500-650 ml

Podložka 60x60cm 750-950 ml

Podložka 60x90cm 1300-1700 ml

Ve stejné příloze zadavatel definuje první technický požadavek: „materiál: absorpční jádro tvořeno 100% buničinou“. Existuje ještě jiný typ podložek - savé jádro se superabsorbentem s integrovanou ochranou proti zápachu (gelové jádro). Umožní zadavatel nabídnout i tento druh podložek se superabsorbentem?

Odpověď k dotazu č.2:

Zadavatel sděluje, že trvá na požadované specifikaci materiálu i minimální savosti u jednotlivých typů podložek. Jelikož se jedná o požadovanou minimální savost může dodavatel nabídnout podložky se savostí rovnou nebo vyšší a není třeba připouštět jinou toleranci.

Zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v termínu do 10.9.2021 do 13.00 hodin.