

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na oddělení PAO Nemocnice Znojmo 2022 - 2023“

Zadání podmínek soutěže:

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 14538741/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky jsou:

- pravidelné dodávky speciálního spotřebního materiálu = dodávky reagensů pro zajištění diagnostiky (soupravy barvicích roztoků a detekčních roztoků a systémových reagensů) – smlouva na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
- bezplatné vypůjčení barvicího automatu pro patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Znojmo, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu - smlouva o výpůjčce na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Barvicí automat musí být kompatibilní s dodávanými reagensy.
- bezplatné servisní zabezpečení zapůjčeného přístroje - provádění pravidelných preventivních prohlídek, BTK a validací specifikovaných výrobcem pro udržení provozuschopnosti přístroje a provádění oprav včetně dodávek potřebných náhradních dílů – bude součástí smlouvy o výpůjčce.

Zadavatel požaduje doložení veškerých dokladů a schvalovacích protokolů k nabízenému speciálnímu spotřebnímu materiálu, které jsou nutné pro jeho používání na území ČR.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, revizí, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování vypůjčeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce v písemné nebo elektronické podobě.

Nabídka musí také obsahovat:

- krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy) vyplněný dodavatelem
- krycí list nabídkové ceny (příloha č. 2 výzvy) vyplněný dodavatelem

- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 9. této výzvy)

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od

19. 10. 2021

3. Požadované věcné plnění, vlastnosti a parametry:

3. 1. Dodávky speciálního spotřebního materiálu

Pravidelné dodávky speciálního spotřebního materiálu - diagnostických souprav (kitů) barvicích roztoků, omývacích prostředků a dalších potřebných chemikálií k zajištění stanovení imunohistochemických monoklonálních protilátek metodou in vitro pro přesná stanovení diagnostiky nádorových onemocnění. Předpokládaný počet vyšetření (skel) od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 je 8.800 ks. Dodávky budou probíhat na základě požadavků (objednávek) zadavatele, množství a sortiment bude v objednávce uveden podle aktuálních potřeb zadavatele.

3. 2. Požadavky na vypůjčený přístroj:

- Plně automatizovaný barvicí automat pro zajištění IHC diagnostiky.
- Plně automatizovaný proces imunohistochemického barvení standardní nepřímou imunohistochemickou reakcí s primární protilátkou včetně sušení, deparafinace, demaskování antigenů.
- Automatické dávkování činidel (detekčních i barvicích) během procesu bez nutnosti zásahu obsluhy a bez nutnosti přerušování běhu přístroje.
- Možnost plně automatizovaného nočního provozu bez přítomnosti obsluhy.
- Možnost manuální aplikace primární protilátky.
- Navzájem nezávislé pozice umožňující provádění odlišných barvicích protokolů bez omezení (protokoly s deparafinací i bez deparafinace, různá teplota a pH demaskování antigenů, různá teplota a doba inkubace protilátky)
- Kapacita nejméně 30 skel během jednoho procesu.
- Barvicí automat zajišťující dávkování vždy stejného objemu protilátky na skle bez ohledu na množství nebo velikost řezů.
- Možnost vkládání dalších skel do přístroje během barvicího procesu bez ovlivnění již probíhajícího barvení a bez nutnosti manuální manipulace.
- Všechny reagenty připravené k přímému použití bez nutnosti manuální manipulace.
- Plně otevřený systém – možnost použití protilátek různých výrobců.
- Veškerá provozní činidla bez obsahu organických rozpouštědel.
- Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

3. 3. Bezplatné servisní zabezpečení

- Provádění pravidelných preventivních prohlídek, BTK a validací specifikovaných výrobcem pro udržení provozuschopnosti přístroje
- Provádění oprav včetně dodávek potřebných náhradních dílů

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V nabídce musí být doložen doklad o oprávnění k podnikání k činnostem vztahujícím se k této zakázce (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie) a doklady opravňující servisní organizaci k provádění servisu na zapůjčeném zařízení. V případě, že bude zapůjčený přístroj zdravotnickým prostředkem třídy IVD, musí nabídka obsahovat doklad o splnění ohlašovací povinnosti servisní organizace k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti podle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, k servisní činnosti u ZP).

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději do **2. 11. 2021 do 13⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dní.

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, úsek zakázek a zdravotnické techniky – Ing. František Patočka. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – IHC diagnostika 22-23**“ a jménem dodavatele. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo. Nabídky bude přebírat vedoucí oddělení zakázek a zdravotnické techniky Nemocnice Znojmo Ing. František Patočka nebo pracovnice podatelny Nemocnice Znojmo.

6. Údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH při předpokládaném počtu 8.800 skel za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Nabídkovou cenu zpracujte do Krycího listu nabídkové ceny, který je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky.

8. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena podle nákladů z minulých období na 990.000,- Kč

9. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textů smluv obligatorního charakteru. Texty smluv jsou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smluv rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a vloží je do své nabídky. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

10. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Realizaci dodávek a zapůjčení přístroje zadavatel požaduje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

11. Další podmínky:

- vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku
- náklady dodavatele výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení



Digitálně podepsal
MUDr. Martin Pavlík,
Ph.D.
Datum: 2021.10.18
12:31:24 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
ředitel