

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Elektrochirurgický přístroj včetně argon plazma koagulace pro pracoviště digestivní endoskopie Nemocnice Znojmo“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mallem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mallem.

Vyřizuje.: Ing. František Patočka

Ve Znojmě dne 20. 10. 2021

Věc: Veřejná zakázka:

„Elektrochirurgický přístroj včetně argon plazma koagulace pro pracoviště digestivní endoskopie Nemocnice Znojmo“ Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Zadavatel požaduje u vysokofrekvenční koagulace:

- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty

Nabídka bipolárního příslušenství v gastroenterologii je poměrně malá a využívá se hlavně nemodulovaného proud bipolární koagulace. Naše nabízené přístroje mají možnost nastavení 9 efektů u módu koagulace, takže jí lze nastavit aby fungoval jako povrchový mód a s odstupňováním až po hloubkový mód.

Použití přístroje s výše popsaným systémem bipolární koagulace nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje se dvěma módy bipolární koagulace a s autostopem?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Ano, akceptujeme nabídku přístroje se dvěma módy bipolární koagulace a s autostopem.

Dotaz 2:

Zadavatel požaduje u vysokofrekvenční koagulace:

- *Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem*

Zastupujeme renomovanou značku na poli elektrochirurgických vysokofrekvenčních generátorů a z dlouhodobého pohledu vývoje výrobce navrhuje ovládání generátoru pomocí bezdrátového nožního pedálu, a to z následujících důvodů:

- *nespolehlivost a možnost rušení bezdrátového spojení generátoru s nožním pedálem jiným signálem, který může způsobit nežádoucí aktivaci elektrokoagulace a vest až k popálení pacienta s trvalými následky*
- *bezdrátové nožní spínače mají větší náchylnost k nefunkčnosti z důvodů vybití nožního spínače, poničení baterie nebo ztráty a poničení nabíjecího kabelu*
- *nožní spínače na zemi operačních sálů jsou často kontaminovány infekčním materiálem a u bezdrátových spínačů se provádí dekontaminace obtížněji než u nožních spínačů s kabelem, které splňují požadavky na stupeň krytí IP X8 a je v možné je v případě silného znečištění čistit chemicko-termicky v pračce až do teploty 75 °C.*

Použití přístroje s ovládáním nožního pedálu připojeného kabelem nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Připustí zadavatel nabídku přístroje, který nabízí obdobné technické řešení připojení nožního ovládání kabelem?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Ne, připojení nožního ovládání kabelem nepřipouští. Podle dlouhodobých zkušeností z minulých let, kdy jsme si ověřili zvýšenou poruchovost nožního pedálu připojeného kabelem (opakované nákladné výměny pedálu pro poruchách kabelového připojení), trváme na připojení bezdrátovém. Řada renomovaných výrobců toto standardně nabízí. Rizika nepovažujeme za opodstatněná.

Text žádosti dalšího z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

V technických parametrech máte uvedeno:

Dotaz 3:

Určité počty módů pro monopolární a bipolární řezání, monopolární a bipolární koagulaci. U těchto módů jsou požadovány nastavitelné efekty intenzity.

Bude zadavatel trvat na těchto nastavitelných efektech intenzity nebo můžeme nabídnout přístroj bez těchto nastavitelných efektů intenzity?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Ano, trváme na nastavitelných efektech intenzity, které je třeba ve vybraných případech použít.

Dotaz 4:

Maximální výstupní výkon 120W.

Bude zadavatel trvat na maximálním výstupním výkonu 120W? Nebo můžeme nabídnout přístroj s vyšším max. výkonem?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Ne, netrváme na maximálním výstupním výkonu, je možno nabídnout přístroj s vyšším maximálním výkonem

Dotaz 5:

Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem.

Bude zadavatel trvat na nožním bezdrátovém pedálu nebo můžeme nabídnout nožní pedál včetně ovládacího kabelu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Viz odpověď k dotazu č. 2.

Vzhledem k tomu, že byly v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upraveny parametry požadovaného zařízení, je nově stanoven termín pro podání nabídek na **1. 11. 2021 do 13:00 hodin**.

Ing. František Patočka
vedoucí úseku zakázek
a zdravotnické techniky
Nemocnice Znojmo

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 293

