

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím“

Zadání podmínek soutěže:

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Název	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
	Sídlo	MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo
	IČO	00092584
	Bankovní spojení	KB Znojmo 14538741/0100
Zastoupený	MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC, ředitelem	
Kontaktní údaje	Kontaktní údaje	Lenka Jelínková obchodní úsek Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo
	Telefon	+420 515 215 227
	E-mail	lenka.jelinkova@nemzn.cz

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka bronchoskopické (endoskopické) sestavy HD s příslušenstvím pro oddělení TRN Nemocnice Znojmo dle uvedené specifikace. Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, kalibrace, zaškolení personálu a vyhotovení všech příslušných protokolů.

Účelem pořízení těchto zdravotnických prostředků je doplnění standardního přístrojového vybavení specializovaného pracoviště.

Předpokládaná hodnota: max. do 999 000,- Kč bez DPH

Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou vyřazeny.

Technické specifikace předmětu plnění:**Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím: 1 ks/systém****Požadované parametry sestavy (základní):**

- vhodná technologie pro plicní aplikace - kompletní funkční systém

Videoprocesor - 1 ks

- zobrazovací systém - HD čip s vysokou rozlišovací schopností
- možnost automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
- nastavení bílé - automatické nebo manuální (přes ovládací čelní panel)
- nastavení barevného odstínu – v min. 4 krocích
- nastavení zvýraznění obrazu – ve více krocích
- kontrast – nastavení v minimálně 2 úrovních
- funkce potlačení odlesků v obraze
- zmrazení obrazu (z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu)
- vhodné nastavení fokusu pro hloubku pole v min. rozsahu 3 až 90 mm (u standardních videobronchoskopů
- požadavek garance vysoké kvality obrazu, ostrosti obrazu a rozlišení ve všech vzdálenostech
- obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor
- nastavení velikosti zobrazení; Zoom
- možnost ovládání nastavení (s volbou funkcí např.: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, nastavení světla, šípka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, formát obrazu apod.) z minimálně dvou míst - např.:
 - z endoskopu- min. 4 programovatelná tlačítka
 - z předního panelu jednotky
 - z klávesnice – programovatelná tlačítka
 - z nožního pedálu
- rozpoznání připojeného nástroje/endoskopu (s možností identifikace používaného endoskopu)
- možnost uživatelského nastavení (pro min. 5 uživatelů)
- možnost předvolby nastavení patientských dat
- paměťový backup systému (možnost automaticky uložit uživatelské nastavení systému)
- výstup analogový a Digitalní (uvedené nebo adekvátní výrobci) – min. DV / DVI
- záznam HD snímku na USB zařízení

Zdroj studeného světla – 1ks

- součástí videoprocessoru nebo samostatně
- použití pro videoendoskopy s barevným videočipem
- lampa – jedna z variant:
150W, min. 500 provozních hodin
integrováný LED světelný zdroj s minimální životností 20 000 hodin
- možnost nastavení intenzity osvětlení – víceúrovňové (min. 10 kroků)
- automatické uložení předchozího nastavení
- záložní zdroj;

Medicínský monitor 1 ks

- zdravotnický prostředek v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění
- Flat screen širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 24", medical grade
- Full HD formát 16:9 nebo 16:10
- minimální rozlišení 1920 x 1080 pixelů

- dostatečné vybavení vstupy a výstupy; min. DVI, RGBS/VGA, S-VIDEO vstupy, DVI výstup
- vhodná svítivost pro požadované aplikace (od min. 300 cd/m²)
- pozorovací úhel min. 178° horizontálně i vertikálně
- kontrast min. 1000:1
- antireflexní úprava
- možnost umístění monitoru na rameno endoskopického vozíku

Videobronchoskop HD - 2ks

- HD videobronchoskop terapeutický
- vnější průměr zaváděcího tubusu max. 6,4 mm
- průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm;
- průměr distálního konce max. 6,1 mm
- přímý směr pohledu;
- úhel rozhledu min 120°
- pohyb distálního konce (nahoru/dolů) min. 180°/130°
- HF kompatibilní
- **otočný zdrojový nebo zaváděcí tubus**
- hloubka zorného pole 3 -100 mm
- součástí dodávky musí být tester těsnosti endoskopů

Příslušenství:

Vozík pro přístroje – 1ks

- 5 polic (včetně zásuvky na klávesnici)
- teleskopický držák pro 2 endoskopy
- držák na monitor
- min. 2 bržděná kolečka

Záruční doba je zařazena do kritérií hodnocení – viz bod 3. výzvy. Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **minimálně 2 roky**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny**. Délka záruční doby musí být **vždy v celých letech a zadavatel ji limituje 5 lety**. Nabídka se záruční lhůtou nad 5 let bude hodnocena tak, jako by byla dodavatelem nabídnuta záruka 5 let.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné revize zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné validace po uplynutí záruky bez DPH – to vše v případě, že jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy. **Pokud tyto úkony nejsou pro provozování zařízení nutné, uveďte to výslovně v nabídce.**

V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce uveďte cenu jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob.

V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění).

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- Doklad o splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 8 (v případě výrobce) či ve smyslu § 23 (v případě distributora dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích). Ve spojení s přechodnými ustanoveními z.č. 89/2021 Sb. (§ 69 odst. 2), kdy distributor, osoba provádějící servis prostředků nebo výrobce prostředku na zakázku, kteří ohlásili svou činnost podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 25. 5. 2021, se ode dne 26. 5. 2021 považují za osoby se splněnou ohlašovací povinností v souladu s § 8 nebo § 23 zákona č. 89/2021. Sb. Zadavatel tak s odkazem na citovaná přechodná ustanovení zákona č. 89/2021 Sb. bude akceptovat doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů do 25. 5. 2021.

Dokladem o splnění ohlašovací povinnosti se rozumí potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti podle § 29 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění do 25. 5. 2021 vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, či jiný obdobný doklad, který jednoznačně prokáže, že účastník zadávacího řízení splnil ohlašovací povinnost výrobu nebo dovoz nebo distribuci nabízených zdravotnických prostředků. Doklad předkládá uchazeč v prosté kopii.

- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy), ve kterém uchazeč ručně vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- 1) Pořizovací cena a předpokládané provozní náklady po záruční lhůtě celkem bez DPH vypočtené v tabulce "Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1" (součet pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů v modelovém případě při předpokládané délce užívání zařízení 5 let)

váha 85%

2) Záruční doba v letech**váha 15%**

V kritériu 1) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let ze všech hodnocených nabídek ku pořizovací ceně a předpokládaným provozním nákladům po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 1)

V kritériu 2) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v letech hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v letech ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 5 let) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 2)

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Dodavatel uvede veškeré požadované údaje a nabídkové ceny dle pokynů v příloze 03. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění této veřejné zakázky bude doplněna do krycího listu nabídky a bude stanovena jako nejvyšší přípustná.

5. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, úsek zakázek a zdravotnické techniky – Lenka Jelínková. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím**“ a jménem uchazeče. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo.

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:**26. 11. 2021**

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději do 13⁰⁰ hod. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dní.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. Další podmínky

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky příloha 01 „Krycí list nabídky“, příloha 02 „Tech. par. „Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím“, příloha 03 „Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1“ a příloha 04 „Krycí list nabídkové ceny a hodnotících kritérií“, které jsou k výzvě přiloženy
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2021.11.12
15:04:41 +01'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel Nemocnice Znojmo