

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Bezkontaktní oční tonometr pro oční oddělení“

Zadání podmínek soutěže:

1. *Zadavatel:*

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. *Vymezení plnění:*

Předmětem zakázky je dodávka bezkontaktního očního tonometru určeného na měření nitroočního tlaku pacienta pro oční oddělení Nemocnice Znojmo. Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu a vyhotovení všech příslušných protokolů. Předmětem zakázky pravidelné jsou též servisní prohlídky (BTK + KEZ), záruční a pozáruční servis, případně též pravidelné revize a pravidelné validace.

Účelem pořízení tohoto zdravotnického prostředku je obměna technického vybavení ambulantní části očního oddělení – náhrada neopravitelného přístroje.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 455.000,- Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 7. 12. 2021

Technické a provozní požadavky jsou následující:

- oční bezkontaktní tonometr určený pro měření nitroočního tlaku v sedící poloze pacienta
- musí umožňovat automatického měření
- součástí přístroje musí být monitor nebo displej
- rozsah měření nitroočního tlaku min. 7-60 mmHg
- měření rohovkové hystereze (měření biomechanických vlastností rohovky metodou korneální hystereze)
- musí umožňovat grafické zobrazení rohovkové hystereze a porovnání s normou

- musí být vybaven elektrickým stolem s výškovým rozsahem umožňujícím vyšetření pacienta na invalidním vozíku

Záruční doba je zařazena do kritérií hodnocení – viz bod 3. výzvy. Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **minimálně 2 roky**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny**. Délka záruční doby musí být **vždy v celých letech a zadavatel ji limituje 5 lety**. Nabídka se záruční lhůtou nad 5 let bude hodnocena tak, jako by byla dodavatelem nabídnuta záruka 5 let.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné revize zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné validace po uplynutí záruky bez DPH – to vše v případě, že jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy. **Pokud tyto úkony nejsou pro provozování zařízení nutné, uveďte to výslovně v nabídce.**

V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce uveďte cenu jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob.

V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)

- Doklad o splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 8 (v případě výrobce) či ve smyslu § 23 (v případě distributora dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích). Ve spojení s přechodnými ustanoveními z. č. 89/2021 Sb. (§ 69 odst. 2), kdy distributor, osoba provádějící servis prostředků nebo výrobce prostředku na zakázku, kteří ohlásili svou činnost podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 25. 5. 2021, se ode dne 26. 5. 2021 považují za osoby se splněnou ohlašovací povinností v souladu s § 8 nebo § 23 zákona č. 89/2021 Sb. Zadavatel tak s odkazem na citovaná přechodná ustanovení zákona č. 89/2021 Sb. bude akceptovat doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů do 25. 5. 2021.

Dokladem o splnění ohlašovací povinnosti se rozumí potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti podle § 29 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění do 25. 5. 2021 vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, či jiný obdobný doklad, který jednoznačně prokáže, že účastník zadávacího řízení splnil ohlašovací povinnost výrobu nebo dovoz nebo distribuci nabízených zdravotnických prostředků. Doklad předkládá dodavatel v prosté kopii.

- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný dodavatelem
- vyplněnou tabulku „Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1“ v položkách určených k vyplnění dodavatelem
- krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií (příloha výzvy), ve kterém dodavatel vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- dodavatelem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | Pořizovací cena a předpokládané provozní náklady po záruční lhůtě celkem bez DPH vypočtené v tabulce „Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1“ (součet pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů v modelovém případě při předpokládané délce užívání zařízení 5 let) | váha 85% |
| 2) | Záruční doba v letech | váha 15% |

V kritériu 1) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejmenší pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let ze všech hodnocených nabídek ku pořizovací ceně a předpokládaným provozním nákladům po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 1)

V kritériu 2) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v letech hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v letech ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 5 let) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 2)

4. *Požadavky na zpracování nabídkové ceny*

Dodavatel uvede veškeré požadované údaje a nabídkové ceny dle pokynů v příloze 03. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění této veřejné zakázky bude doplněna do krycího listu nabídky a bude stanovena jako nejvyšší přípustná.

5. *Obchodní podmínky:*

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. *Podávání nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou přijímány v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK. Elektronický nástroj zadavatele, který je zároveň profilem zadavatele, je přístupný na adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html.

7. *Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:*

20. 12. 2021

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději..... do 13⁰⁰ hod. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

8. *Doba a místo plnění veřejné zakázky:*

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do čtyř týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. *Další podmínky*

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky 03 „Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1“, 04 „Tech. par. Bezkontaktního očního tonometru“, 05 „Krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií“ a 06 „Krycí list nabídky“, které jsou součástí zadávací dokumentace
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2021.12.07
07:31:40 +01'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
ředitel