

„Bezkontaktní oční tonometr pro oční oddělení“

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Parametr	minimální hodnota požadovaná zadavatelem	hodnota nabízená dodavatelem
1. Základní požadavky			
	Oční bezkontaktní tonometr určený pro měření nitroočního tlaku v sedící poloze pacienta	ANO	
	Musí umožňovat automatického měření	ANO	
	Součástí přístroje musí být monitor nebo displej	Monitor/displej	
	Rozsah měření nitroočního tlaku min. 7-60 mmHg	dolní mez ≤ 7 mmHg, horní mez ≥ 60 mmHg	
	Měření rohovkové hystereze (měření biomechanických vlastností rohovky metodou korneální hystereze)	ANO	
	Musí umožňovat grafické zobrazení rohovkové hystereze a porovnání s normou	ANO	
	Musí být vybaven elektrickým stolkem s výškovým rozsahem umožňujícím vyšetření pacienta na invalidním vozíku	ANO	