

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Sanitní vozidlo RLP pro VVN a nadměrné pacienty

**Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den, v technické specifikaci v bodě 4 Transportní zařízení do vozidla požaduje zadavatel u samonakládacích nosítek napájení pohonu podvozku minimálně 2 bateriemi a dále možnost aktivace výstražného světelného zařízení oranžového provedení.

Umožňuje zadavatel napájení pohonu podvozku samonakládacích nosítek pomocí jedné baterie ze zvýšenou kapacitou?

Umožňuje zadavatel použití bezpečnostních reflexních pruhů na konstrukci samonakládacích nosítek jako alternativu ke světelnému výstražnému zařízení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel tímto trvá na dvou bateriích s ohledem na minulé zkušenosti z provozu, kdy v případě poruše na jedné baterii bylo možné výjezd s nosítky dokončit i na jednu baterii.

Druhá baterie má plnit mimojiné i záložní funkci pro případ poruchy což jednobateriový provoz, byť se zvýšenou kapacitou při případné poruše neumožňuje.

Zadavatel dále trvá na světelném výstražném systému s ohledem na lepší viditelnost posádky, která s nosítky manipuluje