

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Stacionární kryostat pro pracoviště PAO“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka stacionárního kryostatu pro diagnostiku v laboratořích patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Znojmo.

Účelem pořízení tohoto přístroje u je obměna stávajícího přístrojového vybavení PAO.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 950.000, - Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html

Předmětem zakázky je dále instalace přístroje, uvedení do provozu, zaškolení personálu, pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ), záruční a pozáruční servis, případně též pravidelné revize a pravidelné validace, pokud jsou pro provozování přístroje relevantní.

Technické a provozní požadavky jsou následující:

Požadavky na stacionární kryostat

- Ovládání pomocí dotykového LCD displeje
- Pracovní komora min. 40 litrů
- Rozsah krájení 1-100 μm nebo větší
- Rozsah trimování 5-500 μm
- Vertikální délka řezu min. 64 mm
- Retrakce min. 20 μm
- Orientace vzorku v osách X a Y $\pm$ min 8° a v ose Z možnost nastavení orientace v rozsahu 360°
- Rozsah teplot min. 0 °C až -35 °C
- Teplota chladicí desky pro přípravu vzorku až -60 °C
- Ukládání zmrazených vzorků min. 15 +1 pozic
- Chlazení komory, vzorku a nože nezávislé
- Samostatné chlazení držáku vzorků až na -45 °C
- Systém programovatelného automatického nebo okamžitého odmrazování
- Vakuová jednotka pro napínání řezů a odtah odpadu včetně HEPA filtru
- Systém rychlé dezinfekce pracovní komory
- Vyjímatelná nádoba na řezný odpad
- Držák mikrotomových LP / HP čepelek součástí zakázky
- Držák vzorků min 5 ks součástí zakázky
- Zajištění záručního a pozáručního servisu
- Přístroj musí být nový, nerepasovaný
- Dostupnost náhradních komponent a technická podpora min. 8 let

Požadavky na technické vlastnosti

- Rozměry (v x š x h) max. 115 x 75,5 x 115 cm
- Hmotnost kryostatu max. 200 kg

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (**uveďte cenu jedné hodiny práce bez DPH účtované v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky**).

V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona 268/2014 Sb. §§ 26–30 v platném znění, pokud je nabízené zařízení zdravotnickým prostředkem třídy IVD).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší, než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

Záruční doba je zařazena do kritérií hodnocení – viz bod 3. výzvy. Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **minimálně 24 měsíců**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny**. Délku záruční doby limituje zadavatel 60 měsíců. Nabídka se záruční lhůtou nad 60 měsíců bude hodnocena tak, jako by byla dodavatelem nabídnuta záruka 60 měsíců.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné revize zařízení po uplynutí záruky bez DPH, cenu jedné pravidelné validace po uplynutí záruky bez DPH – to vše v případě, že jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy. **Pokud tyto úkony nejsou pro provozování zařízení nutné, uveďte to výslovně v nabídce.**

V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce uveďte cenu jedné instruktáže obsluhy zařízení bez DPH bez ohledu na počet školených osob.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru (VZ, jejichž předmětem byla dodávka jednoho zdravotnického přístroje za minimální finanční objem 475.000,- Kč) za období posledních dvou let (alespoň 2 zakázky za 2 roky).

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku, pokud je nabízené zařízení zdravotnickým prostředkem
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro dovoz a distribuci ZP podle zákona 268/2014 Sb. (§§ 26 - 30) v platném znění (pokud je to pro nabízený přístroj relevantní)
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný uchazečem
- krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií (příloha výzvy) vyplněný uchazečem
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. *Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- 1) Pořizovací cena a předpokládané provozní náklady po záruční lhůtě celkem bez DPH vypočtené v tabulce "Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1" (součet pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů v modelovém případě)

při předpokládané délce užívání zařízení 5 let)

váha 85%

2) Záruční doba v letech

váha 15%

V kritériu 1) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnížší pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let ze všech hodnocených nabídek ku pořizovací ceně a předpokládaným provozním nákladům po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 1)

V kritériu 2) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v letech hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v letech ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 5 let) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 2)

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH, a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění této veřejné zakázky bude doplněna do krycího listu nabídky a bude stanovena jako nejvyšší přípustná.

5. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „vyplní prodávající“).

6. Podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou přijímány v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK. Elektronický nástroj zadavatele, který je zároveň profilem zadavatele, je přístupný na adrese:

https://zakazky.kraibezkorupce.cz/profile_display_111.html.

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **19. 05. 2022 do 10⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **dvanácti týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. *Další podmínky*

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení“, „krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozní nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií“ a „technické parametry“, které jsou k výzvě přiloženy
- obchodní podmínky podle bodu 5. výzvy
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

Znojmo



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2022.05.08
19:30:15 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.

ředitel Nemocnice Znojmo