



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 92/22/K

V Brně, dne 21.6.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení
RTG pracoviště“

Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3: V průběhu prohlídky místa plnění 13.6.2022 bylo zjištěno, že pro splnění požadavků zadavatele na skenovací rozsah stolu bude z ergonomického hlediska nezbytné změnit dispoziční řešení CT vyšetřovny. Tato změna si vyžádá natočení podélné osy CT přístroje, což vyvolá stavební úpravy spojené s potřebou posunutí svlékacích boxů. Požaduje zadavatel, aby stavební činnosti zahrnující posunutí svlékacích boxů byly součástí nabídky, nebo si je zadavatel zajistí sám? Bude zadavatel také požadovat při instalaci nového CT přístroje i nové kotvící podlahové konstrukce a rámy?





Žádáme tímto o upřesnění požadavku na obsah a možnosti plnění. Mohl by zde vzniknout prostor pro nepochopení celkové úrovně řešení a s tím spojený finanční rozdíl v jednotlivých nabídkách

Odpověď č. 3: Pokud by si tazatel podrobně prostudoval zadávací dokumentaci, pak by zjistil, že odpověď na jeho dotaz je vyřešena přímo v zadávací dokumentaci, konkrétně v souboru „05 SPECIFIKACE oprava 2 sk 1“, kde pro část 3 VZ jsou stanoveny parametry č. 81 – 87 „Předinstalační příprava“, v nichž je podrobně popsáno, jaké úpravy jsou součástí předmětu plnění. Konkrétně např. v parametru č. 82 je uvedeno: „Provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčnosti přístroje a funkčnosti CT pracoviště (změna dispozice, bourací práce, oprava stěn, statické zajištění podlah, atd.) Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvicích komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech proků nového přístroje.“ Ze strany dodavatelů je třeba věnovat pozornost všem zadavatelem specifikovaným parametrům. Zadavatel se domnívá, že v zadávací dokumentaci uvedl své požadavky na instalaci přístroje a provedení souvisejících stavebních a předinstalačních úprav dostatečně přesně a podrobně, čímž nedává žádný prostor pro „nepochopení celkové úrovně řešení“.

Odpovědi č. 3 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 5: Při formulaci odpovědi na dotaz č. 3 zadavatel zjistil v souboru „05 SPECIFIKACE oprava 2 sk 1“ v části 3 VZ drobnou chybu psaní. V parametru č. 82 chybí v posledním sloupci slova „mandatorní požadavek“. Ačkoliv je u tohoto parametru uvedena ve sloupci „Hodnota požadavku“ hodnota „ANO“, **tedy zadavatel parametr č. 82 požaduje, z čehož logicky vyplývá, že parametr č. 82 musí být dodavatelem splněn**, pro vyloučení jakýchkoliv pozdějších pochyb zadavatel doplňuje, že **parametr č. 82 je mandatorním požadavkem**. Touto informací č. 5 tedy zadavatel opravuje chybu psaní u výše jmenovaného technického parametru v části 3 VZ a zveřejňuje dokument „05 SPECIFIKACE oprava 3 sk 1“

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele