



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 147/22/K

V Brně, dne 10.8.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Vysvětlení zadávací dokumentace (3)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Informace č. 3: Jestliže dodavatel vznesl dotaz k veřejné zakázce rozdělené na 11 částí, musí uvést, k jaké části VZ se dotaz vztahuje. U každé části VZ jsou parametry ve SPECIFIKACI očíslované, a to zejména proto, aby je bylo možné jednoduše identifikovat. Ze strany dodavatele je tedy vhodné uvést k jakému konkrétnímu parametru se dotaz vztahuje. Bez uvedení potřebné identifikace není možné řádně zpracovat odpověď na příslušný dotaz.

Informaci č. 3 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace, resp. organizačního opatření podle ustanovení § 98 zákona.





Dotaz č. 5: Zadavatel požaduje „FULL HD záznamové zařízení s vestavěným informativním LCD“. Bude v rámci hodnocení zadavatelem akceptováno záznamové zařízení s externím displejem (13 a více palců) pro větší přehlednost, správu patientských a možnost kontroly nahraného foto/videoa?

Odpověď č. 5: Záznamové zařízení ve v částech 3 a 11 VZ. Podle názoru zadavatele se dotaz vztahuje pravděpodobně k části 11 VZ. Odpověď zadavatele zní: Zadavatel trvá na vestavěném informativním LCD displeji z důvodu omezených prostorových možností na sálech.

Odpovědi č. 5 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 6: Zadavatel požaduje „bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat“. Bude zadavatelem akceptováno záznamové zařízení, které pro případ výpadku elektrického proudu umožňuje kapitolování záznamu (dělení na menší části), čímž naprosto minimalizuje riziko ztráty pořízených dat?

Odpověď č. 6: Ačkoliv opět není zřejmé, k jaké části VZ se dotaz vztahuje, odpověď zadavatele zní: Zadavatel konkrétní technické řešení záznamového zařízení nepředepisuje, nechává to na dodavateli. Při výpadku napájení nesmí z forenzních důvodů dojít ke ztrátě žádných aktuálně nahrávaných dat, a to až do okamžiku výpadku.

Odpovědi č. 6 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele