

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ
**„AUTOMATICKÝ
REFRAKTO-KERATO-TONO-PACHYMETR“**

Technická specifikace:

• **TONOMETRIE/PACHYMETRIE**

- Měřený rozsah tonometrie 1 – 30 mmHg, 1 – 60 mmH s automatickým přepnutím
- Měřený rozsah pachymetrie 0,4 mm – 0,75 mm
- Automatický přepočet adjustované hodnoty tonometrie dle hodnot pachymetrie
- Měření jemným proudem vzduchu

REFRAKCE/KERATOMETRIE

- Sféra v rozsahu min. -30 až 22 D s krokem 0,12 nebo 0,25 D
- Cylindr v rozsahu +/- 10 D s krokem 0,12 až 0,25 D
- Osa cylindru 1° - 180° s krokem 1°
- Rádus zakřivení 5 až 11 mm s krokem 0,01 mm
- Síla rohovky min. 34 D až 67,5 D

Obecné požadavky:

- Měření **plně automatické** / manuální
- Napětí 220 V
- Dotykový, otočný LCD displej (barevný)
- Zobrazení výsledků měření na displeji podle výběru
- Vizuální potvrzení chyby
- Zabudovaná termotiskárna
- El. ovladatelná opěrka brady

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail:
brunclikova.katerina@nemkyj.cz.
Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK