

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Nemocnice Břeclav, p. o. - Dodávka reagensů včetně
výpůjčky diagnostických prostředků“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Břeclav, p. o. – Dodávka reagentů včetně výpůjčky diagnostických prostředků
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO:	00390780
Statutární zástupce:	Ing. Petr Bařka ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle §43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.**Dne 16. 8. 2022 obdržel prostřednictvím profilu Zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a v tomto znění:**

„1) Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 k VZ „Nemocnice Břeclav, p.o. – Dodávka reagentů včetně výpůjčky diagnostických prostředků“ uvádí:

„Preferovaná místnost pro umístění technologie je místnost č. 2115, případně do místnosti č. 2114, jež má větší únosnost stropů s tím, že bude rozhodující hmotnost zařízení předložená v nabídce uchazeče.“

ZD neobsahuje údaje k možnému maximálnímu zatížení podlahy. Od tohoto zatížení se odvíjejí i případné technické úpravy v bodovém rozložení váhy navrhované nové technologie.

- Dovolujeme si požádat o dodání hodnot možného statického zatížení podlah v místnostech 2114 a 2115.

-- Dále si dovoluujeme požádat o možnost prohlídky laboratoře v nejbližším možném termínu.

2)

Zadavatel požaduje modul se zavíčováním zkumavek. Současná globální světová situace zpožďuje dodávky celé řady sofistikovaných zdravotnických systémů, včetně laboratorní techniky.

- Bude akceptovatelná nabídka s doloženým Prohlášením o shodě, technickými specifikacemi a plánem, kdy se uchazeč zaváže uvést do provozu tento modul v rámci vysoutěžené zakázky maximálně do 1/7/2023?

3) V Zadávací dokumentaci je požadováno, aby uchazeč doplnil v Návrhu smlouvy o výpůjčce u předmětu údaje: výrobní číslo, rok výroby atd. V době podání nabídky nelze tyto údaje doplnit /výrobní číslo přiděluje výrobce až v době výroby/

- Bude zadavatel akceptovat doplnění požadovaných údajů po vyhodnocení nabídek, tj. až před podpisem smlouvy s vybraných uchazečem.“

Čl. II.

V souladu s § 98 zákona Zadavatel poskytuje toto vysvětlení a zároveň v čl. III. prodlužuje lhůtu pro nabídek:

1. Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 k VZ „Nemocnice Břeclav, p. o. – Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků“ uvádí:
„Preferovaná místnost pro umístění technologie je místnost č. 2115, případně do místnosti č. 2114, jež má větší únosnost stropů s tím, že bude rozhodující hmotnost zařízení předložená v nabídce uchazeče.“

ZD neobsahuje údaje k možnému maximálnímu zatížení podlahy. Od tohoto zatížení se odvíjejí i případné technické úpravy v bodovém rozložení váhy navrhované nové technologie. **Dovolujeme si požádat o dodání hodnot možného statického zatížení podlah v místnostech 2114 a 2115. Dále si dovoluujeme požádat o možnost prohlídky laboratoře v nejbližším možném termínu.**

Zadavatel tímto uvádí, že statický posudek není z jeho strany k dispozici a zároveň tímto umožňuje pro zájemce prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30. 8. 2022 v 12.00 hodin. S ohledem na absenci statického posudku si může zájemce přivést odborníka přes statiku budov. Sraz uchazečů o prohlídku místa plnění je před místnostmi č. 2114 a 2115 v sídle Zadavatele.

2. Zadavatel požaduje modul se zavíčováním zkumavek. Současná globální světová situace zpožďuje dodávky celé řady sofistikovaných zdravotnických systémů, včetně laboratorní techniky. **Bude akceptovatelná nabídka s doloženým Prohlášením o shodě, technickými specifikacemi a plánem, kdy se uchazeč zaváže uvést do provozu tento modul v rámci vysoutěžené zakázky maximálně do 1/7/2023 ?**

Ano, Zadavatel bude akceptovat tento požadavek. Tedy Zadavatel bude akceptovat nabídku modulu se zavíčováním zkumavek (se splněním požadovaných podmínek dle zadávací dokumentace) doložením předmětného Prohlášení o shodě technických specifikací a plánem plnění s uvedením modulu do provozu **nejpozději do července 2023.**

3. V Zadávací dokumentaci je požadováno, aby uchazeč doplnil v Návrhu smlouvy o výpůjčce u předmětu údaje: výrobní číslo, rok výroby atd. V době podání nabídky nelze tyto údaje doplnit /výrobní číslo přiděluje výrobce až v době výroby/
Bude zadavatel akceptovat doplnění požadovaných údajů po vyhodnocení nabídek, tj. až před podpisem smlouvy s vybraných uchazečem?

Ano, Zadavatel bude akceptovat doplnění předmětných údajů (výrobní číslo, rok výroby atd.) do návrhu smlouvy o výpůjčce po vyhodnocení nabídky, a to nejpozději před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Čl. III.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a § 98 zákona, prodlouží Zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **18. 9. 2022 do 09:00 hod.**

V Brně dne 23. 8. 2022

.....
Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.