

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: .06.09.2022

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Anesteziologický přístroj ze dne 2.9.2022

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci v bodě č. 58: Kompatibilita příslušenství a náhradních dílů se stávajícími anest. přístroji. Tímto zadavatel automaticky vyřazuje ze soutěže všechny další účastníky a zvýhodňuje tak na jediného dodavatele.

Význam finanční úspory, kompatibility a funkčnosti přístroje tímto nemůže zadavatel posoudit, pokud není soutěž pro více účastníků, a to z důvodu nepodání nabídek konkurenčních společností a jejich srovnání.

Dále zadavatel ani neuvedl, o jakou kompatibilitu a s jakými přístroji by se mělo jednat.

Bude tedy zadavatel akceptovat i přístroj, který není s největší pravděpodobností kompatibilní se stávajícími přístroji a náhradními díly a umožní tak transparentní soutěž pro více účastníků?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel trvá na kompatibilitě přístroje s dalšími přístroji v nemocnici, v rámci již vykonkretizované technické specifikaci. Zadavatel nebude akceptovat jinou nabídku.

Jelikož nedochází ke změně zadávací dokumentace, **zůstává lhůta pro podání nabídek v původním termínu, tj do 12.9.2022 do 9 hodin.**