

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Nemocnice Břeclav, p. o. - Dodávka reagensů včetně
výpůjčky diagnostických prostředků“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Břeclav, p. o. – Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO:	00390780
Statutární zástupce:	Ing. Petr Bařka ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle §43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 6. 9. 2022 obdržel prostřednictvím profilu Zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a v tomto znění:

„Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky s názvem: „Nemocnice Břeclav, p. o. - Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků“, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

Dotaz č. 1

Může zadavatel uvést z jakého důvodu není v zadávací dokumentaci pro předmět veřejné zakázky vůbec požadována automatická centrifugace jakožto součást automatické linky? Centrifugace vzorků zahrnuje řadu podstatných kroků, které jsou pro obsluhu laboratoře pracné a časově náročné, což v případě ponechání v manuálním režimu negativně ovlivňuje hodnoty doby vydání patientských výsledků TAT.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje dle přílohy č. 6 ZD Technické specifikace dodání modulu odvíčkovače zajišťujícího odvíčkování pouze šroubovacích uzávěrů. Jak hodlá zadavatel řešit situaci, kdy dojde ke změně typu odběrového materiálu a s tím spojené změně systému víček na zátlačná?“

Čl. II.

V souladu s § 98 zákona Zadavatel poskytuje toto vysvětlení a zároveň v čl. III. prodlužuje lhůtu pro nabídek:

1. Může zadavatel uvést, z jakého důvodu není v zadávací dokumentaci pro předmět veřejné zakázky vůbec požadována automatická centrifugace jakožto součást automatické linky? Centrifugace vzorků zahrnuje řadu podstatných kroků, které jsou pro obsluhu laboratoře pracné a časově náročné, což v případě ponechání v manuálním režimu negativně ovlivňuje hodnoty doby vydání patientských výsledků TAT.

Zadavatel uvádí, že centrifugy v laboratoři má k dispozici s tím, že jsou řešeny v dostatečném počtu, i proto zadavatel nepočítá se zařazením centrifugy. (Pozn. většinou její využití nerespektuje odborná doporučení výrobců zkumavek v nastavení g a počtu minut nezbytných pro centrifugaci.)

TAT je souhrn celé řady procesů v laboratoři od příjmu vzorku až po vydání výsledku, nelze tak vybrat pouze jeden určitý segment, a je nezbytné na TAT pohlížet komplexně (tj. od převzetí vzorku v laboratoři, centrifugaci, rychlost pohybu vzorku v laboratorním zařízení, rychlost samotné analýzy, a to především v oblasti imunochemických testů a až po uvolnění výsledku).

2. Zadavatel požaduje dle přílohy č. 6 ZD Technické specifikace dodání modulu odvíčkače zajišťujícího odvíčkování pouze šroubovacích uzávěrů. Jak hodlá zadavatel řešit situaci, kdy dojde ke změně typu odběrového materiálu a s tím spojené změně systému víček na zátlačná?

Předmětem zadávacího řízení jsou reagenty a výpůjčka přístrojové laboratorní techniky, výše uvedený dotaz není pro účely zadávacího řízení relevantní (tj. odběrový systém není součástí veřejné zakázky).

V této souvislosti Zadavatel uvádí, že nemá v úmyslu v dohledné době měnit zavedený odběrový systém.

Čl. III.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a § 98 zákona, prodlouží Zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **5. 10. 2022 do 09:00 hod.**

V Brně dne 22. 9. 2022

.....
Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.