

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Nemocnice Břeclav, p. o. - Dodávka reagensů včetně
výpůjčky diagnostických prostředků“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Břeclav, p. o. – Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO:	00390780
Statutární zástupce:	Ing. Petr Bařka ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle § 43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 7. 9. 2022 obdržel prostřednictvím profilu Zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a v tomto znění:

„Jaký LIS systém laboratoř používá?

Je možné zveřejnit technickou specifikaci klimatizace v místnosti 2114?

Je v místnosti 2114 možno na žádost případného dodavatele zhotovit 4 samostatně jištěné jednofázové zásuvky (jištění velikosti 16C)?

Bude výherce VZ povinen na svůj náklad (ve spolupráci s technickým oddělením nemocnice) zajistit statický posudek pro navrhované umístění technologie?

Bylo by možné, aby případný výherce na svůj náklad zajistil posunutí výrobní vody Goro v místnosti 2114 cca o 2 metry směrem ke vstupu do laboratoře, při zachování stejné výšky na stěně?“

Čl. II.


V souladu s § 98 zákona Zadavatel poskytuje toto vysvětlení a zároveň v čl. III. prodlužuje lhůtu pro nabídek:

1. Jaký LIS systém laboratoř používá?

Zadavatel uvádí, že LIS používá nemocnice od společnosti TIS Brno s.r.o. verze 1.499.b125.

2. Je možné zveřejnit technickou specifikaci klimatizace v místnosti 2114?

Zadavatel poskytuje obrázek, kde je uveden výrobní štítek klimatizace s výkonovými parametry včetně typového označení.



3. Je v místnosti 2114 možno na žádost případného dodavatele zhotovit 4 samostatně jištěné jednofázové zásuvky (jištění velikosti 16C)?

Ano, je možné zhotovit zásuvky s požadovaným jištěním.

4. Bude výherce VZ povinen na svůj náklad (ve spolupráci s technickým oddělením nemocnice) zajistit statický posudek pro navrhované umístění technologie?

Ano, pokud bude mít výherce pochybnosti a hmotnost zařízení bude vysoká na malé ploše. Tedy potenciální dodavatel odpovídá za to, že jeho zařízení bude spolehlivě a bezpečně fungovat v uvedené místnosti nemocnice.

5. Bylo by možné, aby případný výherce na svůj náklad zajistil posunutí výrobní vody Goro v místnosti 2114 cca o 2 metry směrem ke vstupu do laboratoře, při zachování stejné výšky na stěně?“

Ano, posunutí úpravny vody je možné, pokud to prostor dovolí a bude instalována stejným způsobem, aby byla zachována spolehlivá a bezpečná funkce.

Čl. III.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a § 98 zákona, prodlouží Zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **5. 10. 2022 do 09:00 hod.**

V Brně dne 22. 9. 2022

.....
Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.