



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
veřejná zakázka je rozdělena na 3 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 200/22/K

V Brně, dne 27.9.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotazy k části 1:

Resuscitační lůžko (8 ks)

Dotaz č. 1: Parametr - 19 Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích,



kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládní lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterký panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka, vázícího systému a laterální rotační terapie?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Odpověď č. 1: Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Zadavatel požaduje jak multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice, tak v postranicích integrované oboustranné ovladače z důvodu včasné reakce zdravotnického personálu.

Odpovědi č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 2: Parametr - 22 kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km
24 elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s motorizovaným kolečkem s jednou rychlostí a ovládáním bezdrátově?

Zadavateli nabízíme intuitivní systém řízení rychlosti – rychlost vpřed se ovlivňuje tlakem a lůžko se tím přizpůsobujeme rychlosti chůze obsluhujícího personálu. Velmi citlivé senzory umístěné v čele lůžka umožňují ovládat lůžko jednou rukou. Na základě testování principu používání a zvýšení bezpečnosti jak obsluhujícího personálu, pacienta, tak třetích osob není možno si volit rychlosti a pro pohyb vzad je hnáný mechanismus deaktivován. Tímto má obsluhující personál lůžko vždy pod kontrolou. Umístěním senzorů zabudováním do čela lůžka, zcela odpadá starost s umístěním dalšího z ovladačů náchylným k mechanickému poškození a jeho zavěšením.

Odpověď č. 2: Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Prioritou zadavatele je zajištění maximální bezpečnosti pacienta i obsluhujícího personálu při transportu. U požadovaného řešení není nutno vyvíjet tlak na lůžko, lůžko je pouze řízeno, a zůstává možnost včasné reakce zdravotnického personálu a minimalizace rizika vzniku možného úrazu.

Pokud jsou v čele lůžka umístěny velmi citlivé senzory, není možno na čelo lůžka nic zavěsit (sesterský ovladač lůžka, držák teplotky, polička na monitor,...), což je pro obsluhující personál nevýhodné.

Odpovědi č. 2 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.



Resuscitační lůžko pro intenzivní péči s aktivní antidekubitní matrací (5 ks)

Dotaz č. 3: Parametr - 78 Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice
Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládní lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterký panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka, vázícího systému a laterální rotační terapie?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku

Odpověď č. 3: Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Zadavatel požaduje jak multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice, tak v postranicích integrované oboustranné ovladače z důvodu včasné reakce zdravotnického personálu.

Odpověď č. 3 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 4: Parametr - 81 kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km
83 elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s motorizovaným kolečkem s jednou rychlostí a ovládáním bezdrátově?

Zadavateli nabízíme intuitivní systém řízení rychlosti – rychlost vpřed se ovlivňuje tlakem a lůžko se tím přizpůsobuje rychlosti chůze obsluhujícího personálu. Velmi citlivé senzory umístěné v čele lůžka umožňují ovládat lůžko jednou rukou. Na základě testování principu používání a zvýšení bezpečnosti jak obsluhujícího personálu, pacienta, tak třetích osob není možno si volit rychlosti a pro pohyb vzad je hnáný mechanismus deaktivován. Tímto má obsluhující personál lůžko vždy pod kontrolou. Umístěním senzorů zabudováním do čela lůžka, zcela odpadá starost s umístěním dalšího z ovladačů náchylným k mechanickému poškození a jeho zavěšení.

Odpověď č. 4: Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Prioritou zadavatele je zajištění maximální bezpečnosti pacienta i obsluhujícího personálu při transportu. U požadovaného řešení není nutno vyvíjet tlak na lůžko, lůžko je pouze řízeno, a zůstává možnost včasné reakce zdravotnického personálu a minimalizace rizika vzniku možného úrazu.

Pokud jsou v čele lůžka umístěny velmi citlivé senzory, není možno na čelo lůžka nic



zavěsit (sesterský ovladač lůžka, držák teplotky, polička na monitor,...), což je pro obsluhující personál nevýhodné.

Odpověď č. 4 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Resuscitační lůžko pro intenzivní péči s aktivní antidekubitní matrací – matrace aktivní

- Dotaz č. 5: Parametr - 93 integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů
- 94 kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován)
 - 95 ovládání matrace z ovladače lůžka
 - 96 mód konstantně nízkého tlaku (čidla snímají hloubku zanoření pacienta a automaticky vyrovnávají tlak v jednotlivých, min. 3 oddělených, segmentech matrace – tím je neustále zajištěn optimální tlak po celé ploše těla)
 - 97 mód maximálního nafouknutí – pro manipulaci s pacientem, ošetření, převlečení, rehabilitaci atd. (pacient není zapadlý v matraci)
 - 98 spací mód – ztláčí matraci (sníží úroveň provzdušnění)
 - 99 transportní mód – přifoukne matraci a nedochází k úpravě tlaků z důvodu úspory el. energie
 - 100 automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.
 - 101 provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti
 - 102 nosnost min. 250 kg

Výše uvedená matrace je specifikací je jedné konkrétní matrace, jednoho konkrétního výrobce/dodavatele.

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci s hybridním systémem (arsos® light + dexos® light XXL wds) v podobě pasivní a aktivní matrace v jednom? Katalogový list přikládáme přílohou k dotazům.

Níže uvádíme výhody této hybridní aktivní antidekubitní matrace:

- Systém kombinuje pasivní (II. st.) a aktivní (IV. st.) matraci v jednom, což umožňuje počáteční provoz při akutním příjmu bez nafouknutí. Matrace se umí díky integrované pění a tím pádem podpoře ležícího pacienta, nafouknout s ležícím pacientem. To samé platí po akutní CPR, kdy se musí rychle vypustit veškerý vzduch z matrace. V případě požadované pouze vzduchové matrace při akutním příjmu nebo po vyfouknutí matraci při CPR, musím pacienta uložit prozatím třeba na lehátko a teprve po plném nafouknutí matrace na požadovaný tlak, mohu pacienta položit na matraci.
- Tvar komory je plošší ve srovnání s pouze vzduchovými systémy, takže hmotnost pacienta je rozložena na větší plochu a tím se sníží tlak na kůži. Díky této konstrukci je nutný tlak vzduchu v hybridní matraci, aby udržel pacienta ve vzduchu, čtvrtinový (cca 30 mBar) oproti pouze vzduchovým matracím (cca 120 mBar). Tímto extrémně nízkým tlakem se nejen snižuje tlak na pokožku ležícího pacienta a tím se významně zvyšuje ochrana proti dekubitům, ale také se výrazně zvyšuje životnost kompresoru, protože vyrábí čtvrtinový tlak. Významným



faktorem je zvýšení životnosti kompresoru a snížení provozních servisních nákladů.

- Celková výška je díky této inovativní konstrukci pouhých 12 cm a tím je plně zachována funkce postranic, čímž se hlavně eliminuje možný pád pacienta při laterálním polohování = zvýšená ochrana a bezpečnost pro pacienta.
- Důležitou funkcí je neomezená doba přepravy a provoz bez zdroje energie. Pokud se matrace vyfoukne, pacient zůstává na pasivní matraci.

Odpověď č. 5: Není pravdou, že se jedná o technickou specifikaci jednoho konkrétního výrobce/dodavatele. Ze znalosti trhu víme, že tyto parametry aktivní antidekubitní matrace splňuje více výrobců i dodavatelů. Hybridní matrace podobných parametrů, které hodlá tazatel nabídnout, různí výrobci doporučují na prevenci vzniku dekubitu. Většinou se používá na standardních odděleních a odděleních LDN.

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Uvedené požadavky vycházejí ze zkušenosti uživatele pro charakter hospitalizovaných pacientů na těchto jednotkách nejvyšší intenzivní péče.

Odpovědi č. 5 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Resuscitační lůžko pro intenzivní péči s aktivní antidekubitní matrací (5 ks) - stolek (8 ks)

Dotaz č. 6: Parametr - 109 hloubka 45 cm
Může uchazeč nabídnout noční stolek s hloubkou 51 cm?

Odpověď č. 6: Ve specifikaci vnějších rozměrů stolků stanovil zadavatel toleranci ± 5 cm, kterou považuje za dostatečnou i vzhledem k prostorovým podmínkám na oddělení ARO nemocnice. Zadavatel nebude parametry měnit.

Odpovědi č. 6 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 7: Parametr - 110 Spodní skříňka: velká, s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře, bez zámku

Může uchazeč nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5l PET lahve?

Odpověď č. 7: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5 l PET lahve. Vzhledem k tomu, že jak řešení požadované zadavatelem ve SPECIFIKACI, tak dotazované řešení splňuje požadavek na umístění PET lahve 1,5 l, nepovažuje zadavatel variantní řešení pro umístění PET lahve dle dotazu za změnu zadávacích podmínek, neboť tímto připouští jak původní řešení, tak variantní (dotazované) řešení, a obě tato řešení považuje za rovnocenné.

Odpovědi č. 7 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.



Dotaz č. 8: Parametr - 112 Horní zásuvka malá s lakovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná

Může uchazeč nabídnout noční stolek horní malou zásuvkou s chromovými madly?

Odpověď č. 8: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek s horní malou zásuvkou s chromovými madly. Vzhledem k tomu, že materiál madel (lakovaná/chromová) nijak neovlivňuje funkčnost ani kvalitu výrobku, nepovažuje zadavatel případnou záměnu materiálu madel za změnu zadávacích podmínek, neboť tímto připouští jak původní řešení, tak variantní (dotazované) řešení, a obě tato řešení považuje za rovnocenné.

Odpovědi č. 8 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotazy k části 2: Nemocniční lůžko pro intenzivní péči (22 ks)

Nemocniční lůžko pro intenzivní péči (22 ks) - parametry

Dotaz č. 9: Parametr - 124 vnější rozměr lůžka včetně nárazových koleček maximálně 105 x 220 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko včetně nárazových koleček o vnějších rozměrech 105x222cm?

Odpověď č. 9: Ano, uchazeč může nabídnout nemocniční lůžko pro intenzivní péči s rozměry 105x222 cm. Je to však nejvyšší mez, kterou nelze vzhledem k transportním trasám v nemocnici překročit. Vzhledem k tomu, že rozměrový rozdíl je 2 cm, a větší rozměr nijak neovlivňuje funkčnost ani kvalitu výrobku, nepovažuje zadavatel případné zvětšení rozměru lůžka o 2 cm za změnu zadávacích podmínek, neboť tímto připouští jak původní řešení, tak variantní (dotazované) řešení, a obě tato řešení považuje za rovnocenné, které současně vyhovuje transportním trasám v nemocnici.

Odpovědi č. 9 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 10: Parametr - 127 zářivý, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s mechanickým polohováním lýtkového dílu?

Odpověď č. 10: Mechanické polohování lýtkového dílu není adekvátní technické řešení. Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci. Uvedené požadavky vycházejí ze zkušeností uživatele pro charakter hospitalizovaných pacientů na těchto jednotkách nejvyšší intenzivní péče.

Odpovědi č. 10 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.



Dotaz č. 11: Parametr - 140 Mobilizační madlo s integrovaným ovladačem nastavení výšky výhodou
Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s mobilizačním madlem s integrovaným ovladačem nastavení výšky v podobě hlavové postranice, která je přesně pro tento účel přizpůsobena a vykonává tuto funkci?

Odpověď č. 11: Ano, uchazeč může nabídnout nemocniční lůžko pro intenzivní péči lůžko s mobilizačním madlem s integrovaným ovladačem nastavení výšky v podobě hlavové postranice, která je přesně pro tento účel přizpůsobena a vykonává tuto funkci. Vzhledem k tomu, že dotazované řešení nijak neovlivňuje původně zadavatelem uvažovanou funkčnost ani kvalitu výrobku, nepovažuje zadavatel případnou záměnu řešení za změnu zadávacích podmínek, neboť tímto připouští jak původní řešení, tak variantní (dotazované) řešení, a obě tato řešení považuje za rovnocenné.

Odpovědi č. 11 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Nemocniční lůžko pro intenzivní péči – stolek – základní parametry

Dotaz č. 12: Parametr - 183 hloubka 45 cm
Může uchazeč nabídnout noční stolek s hloubkou 51 cm?

Odpověď č. 12: Ve specifikaci vnějších rozměrů stolků stanovil zadavatel toleranci ± 5 cm, kterou považuje za dostatečnou i vzhledem k prostorovým podmínkám na oddělení nemocnice poskytujících intenzivní péči. Zadavatel nebude parametry měnit.

Odpovědi č. 12 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 13: Parametr - 184 Spodní skříňka: velká, s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře, bez zámku

Může uchazeč nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5l PET lahve?

Odpověď č. 13: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5 l PET lahve (odůvodnění viz odpověď č. 7).

Odpovědi č. 13 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 14: Parametr - 186 Horní zásuvka malá s lakovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná

Může uchazeč nabídnout noční stolek horní malou zásuvkou s chromovými madly?

Odpověď č. 14: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek s horní malou zásuvkou s chromovými madly (odůvodnění viz odpověď č. 8).



Odpověď č. 14 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotazy k části 3:

Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (206 ks)

Dotaz č. 15: Parametr - 213 Výška postranic v mezích 36 až 40 cm nad ložnou plochu

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s výškou postranic 45cm? Jedná se především o bezpečnost pacienta při použití aktivního antidekubitního systému, kde výška postranic 36 - 40cm je nevyhovující. V případě použití aktivního systému o standardní výšce cca 20cm a normou, která říká, že výška postranic musí být minimálně 22cm nad nestlačenou matrací, nám vychází, že Vámi požadovaná výška postranic 36 až 40cm je málo. Zadavatel by měl požadovat minimálně 42cm.

Odpověď č. 15: Jak sám tazatel správně poukazuje, bezpečnostní norma požaduje výšku postranic min. 22 cm nad nestlačenou matrací. Zadavatel na standardních odděleních požaduje použití pasivních antidekubitních matrací výšky min. 14 cm. Použití aktivního antidekubitního systému se nepředpokládá. Z toho vychází, že výška postranic musí být minimálně 36 cm. Maximální horní výšku postranic zadavatel stanovil na základě zkušeností uživatelů v péči o pacienty na daných odděleních. Zadavatel nebude měnit parametry dle SPECIFIKACE.

Odpověď č. 15 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Stolek – základní parametry

Dotaz č. 16: Parametr - 262 hloubka 45 cm
Může uchazeč nabídnout noční stolek s hloubkou 51 cm?

Odpověď č. 16: Ve specifikaci vnějších rozměrů stolků stanovil zadavatel toleranci ± 5 cm, kterou považuje za dostatečnou i vzhledem k prostorovým podmínkám na pokojích lůžkových oddělení nemocnice. Zadavatel nebude parametry měnit.

Odpověď č. 16 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 17: Parametr - 263 Spodní skříňka: velká, s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře, bez zámku

Může uchazeč nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5l PET lahve?

Odpověď č. 17: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek se spodní velkou skříňkou, kde je uvnitř stolku určené místo pro vložení 1,5 l PET lahve (odůvodnění viz odpověď č. 7).



Odpověď č. 17 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 18: Parametr - 265 Horní zásuvka malá s lakovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná

Může uchazeč nabídnout noční stolek horní malou zásuvkou s chromovými madly?

Odpověď č. 18: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek s horní malou zásuvkou s chromovými madly (odůvodnění viz odpověď č. 8).

Odpověď č. 18 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 1: Vzhledem k tomu, že zadavatel připustil u některých odpovědí variantní řešení, které sice nepovažuje za podstatnou změnu zadávacích podmínek, ale je možné, že tyto úpravy budou znamenat rozšíření potenciálního okruhu dodavatelů, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do **31.10.2022** (tj. o celou původní lhůtu). V souvislosti s tím se mění některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **18.10.2022, 23,59 hod.**

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **56** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **31.10.2022 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele