



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty“

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
veřejná zakázka je rozdělena na 3 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 217/22/K

V Brně, dne 14.10.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotazy k části 3:

Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (206 ks)

Dotaz č. 19: Zadavatel požaduje u parametru č. 212 - Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na cca 2/3 až 3/4 délky lůžka. Bude zadavatel akceptovat integrované spustitelné dělené plastové postranice po celé délce lůžka, při zachování



všech ostatních požadovaných parametrů?

Odpověď č. 19: Ano, zadavatel upravuje parametr č. 212 SPECIFIKACE v části 3 následovně:

212	Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na cca 2/3 až 3/4 délky lůžka, přípustné jsou i integrované spustitelné dělené plastové postranice po celé délce lůžka	ano (uvedte jaké)		mandatorní požadavek
-----	---	-------------------	--	----------------------

Odpovědi č. 19 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 2: V souvislosti se změnou zadávacích podmínek v dotazu č. 19, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v části 3 VZ do **14.11.2022** (tj. o celou původní lhůtu). V souvislosti s tím se mění některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **2.11.2022, 23,59 hod.**

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **70** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **14.11.2022 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

Informace č. 3: Lhůta pro podání nabídek v části 1 a 2 VZ se nemění (31.10.2022).

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele