

NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEČNÁ INFORMACE Č.2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky dělené na části zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„„Nemocnice TGM Hodonín - II. etapa projektu REACT EU 98 – Ultrazvukové přístroje

ČÁST1 – Ultrazvukový přístroj pro gynekologii“

Dotaz č.1

Dobrá mobilita přístroje – váha max. 100kg, šířka max. 55 cm

Bude zadavatel akceptovat mobilní výkonný ultrazvukový přístroj renomovaného výrobce s šířkou přístroje 62 cm?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1: Ano, zadavatel bude akceptovat šířku přístroje 62 cm.

Dotaz č.2

Rychlý start přístroje – do max. 60 sec.

Bude zadavatel akceptovat mobilní výkonný ultrazvukový přístroj renomovaného výrobce s integrovanou baterií, která umožňuje přístroj nevypínat, tudíž přístroj je okamžitě k dispozici?

Odpověď zadavatele na dotaz č.2: Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s integrovanou baterií s možností skenování bez připojení do elektrické sítě.

Dotaz č. 3

Požadavky na obslužný panel: výškově i stranově stavitelný programovatelnost uživatelem integrovaný dotykový LCD displej pro zjednodušení ovládání přístroje mechanická textová klávesnice pod hlavním panelem (nikoliv dotyková).

Bude zadavatel akceptovat mobilní výkonný ultrazvukový přístroj renomovaného výrobce s integrovanou HW klávesnicí implementovanou na ovládacím panelu přístroje?

Odpověď zadavatele na dotaz č.3: Ano, zadavatel bude akceptovat HW klávesnici implementovanou na ovládacím panelu přístroje.

Dotaz č.4

Automatické vyhodnocování parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu během snímání Porodnická měření a kalkulace (biometrie plodu)

Rozumíme dobře, že zadavatel požaduje, aby se podmínka automatického vyhodnocování parametrů vztahovala i na biometrické měření a kalkulace? Prosíme ještě o uvedení jakých automatických biometrických měření se požadavek týká (např.: AC, BPD,....)

Odpověď zadavatele na dotaz č.4: Ano, zadavatel požaduje, aby přístroj umožňoval automatickou kalkulaci biometrických parametrů, a to zejména : HC, BPD, AC, FL, HL, CM, Vp, Cerebellum

Dotaz č 5:

3D konvexní abdominální sonda, rozsah min. 2 – 6 MHz.

Prosíme upřesnění požadavku na tuto sondu, požadujete sondu vhodnou pro 3D zobrazení (např. freehand 3D zobrazení) nebo požadujete sondu s mechanickými vychylováním pro 3D/4D zobrazení, může zadavatel také blíže specifikovat zobrazovací úhly sondy?

Odpověď zadavatele na dotaz č.5. Ano, zadavatel požaduje 3D/4D sondu s mechanickým vychylováním, se zobrazovacími úhly: 2D obraz: 90°, objemový sken: 85°x 90°

Dotaz č. 6:

Vaginální sonda, rozsah min. 4 – 11 MHz, zobrazovací úhel min. 180°

Bude zadavatel akceptovat vaginální sondu o frekvenčním rozsahu 2.9-9.7 MHz?

Odpověď zadavatele na dotaz č.6: Ano zadavatel bude akceptovat i sondu o frekvenčním rozsahu 2.9-9.7 MHz.

Výše uvedené odpovědi jsou zadavatelem vnímány jako změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle §99 ZZVZ, která rozšiřuje okruh uchazečů a z toho důvodu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je stanovena na 10.12.2022 10:00 Hod.Ostatní náležitosti zadávací dokumentace se vážou na toto vysvětlení a doplnění ZD.

.....
Zástupce zadavatele dle §43 ZZVZ