



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Název veřejné zakázky: „NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 -
MYČKY NÁSTROJŮ A STERILIZÁTORY PRO NEMOCNICI HODONÍN“**

Zadavatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Adresa: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupen: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) rozdělené na dvě části, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce dodávky.

- Dotaz č. 1:** „V technické specifikaci pro Část č. 2 VZ: Kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd 6 STJ zadavatel požaduje: „Sterilizátory napájení parou: přepínatelné – centrální vyvíječ páry/integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním“
Námi nabízený kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd nelze vybavit možností přepínání napájení z centrálního vyvíječe páry/ integrovaného elektrického vyvíječe páry.
Námi nabízený kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd lze dodat pouze s integrovaným elektrickým vyvíječem páry s odplyněním.
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání kombinovaného sterilizátoru pára/formaldehyd s integrovaným elektrickým vyvíječem páry s odplyněním bez možnosti přepínání mezi centrálním vyvíječem páry a integrovaným elektrickým vyvíječem páry?“

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat dodání kombinovaného sterilizátoru pára/formaldehyd s integrovaným elektrickým vyvíječem páry s odplyněním bez možnosti přepínání mezi centrálním vyvíječem páry a integrovaným elektrickým vyvíječem páry.

V návaznosti na výše uvedené došlo k částečné úpravě technické specifikace pro část č. 2 VZ. Upravená technická specifikace pro část č. 2 VZ tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi došlo k částečné úpravě zadávacích podmínek, rozhodl se zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do 28. 7. 2023 do 10:00 hod.**

V Hodoníně dne 28. 6. 2023

GrantPoint, s.r.o.
Mgr. Ivo Macek
v zastoupení na základě plné moci