

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 11.9.2023

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Dialyzační monitor včetně mobilní vodárny ze dne 8.9.2023

Dotaz č.1

V zadávacích podmínkách pro výběrové řízení v Technických parametrech mobilní úpravný vody zadavatel uvádí „přístroj musí být schopen tichého provozu maximálně 48 dB pro použití na ICU / ARO“

Dotaz: Výrobce v IFU neudává specifickou hodnotu hlučnosti, dle technického listu je tato hodnota vždy nižší než 50 dB během chodu přístroje a přístroj je tedy schopen tichého provozu pro použití na ICU/ARO, tak jak požaduje zadávací dokumentace. Přístroj je ověřený a používán na odděleních ICU/ARO v České republice i celosvětově. Konkrétní zkušenosti s využitím přístroje na odděleních ICU/ARO je možné ověřit referencemi, které na vyžádání poskytneme nebo můžete ověřit osobně s využitím možnosti krátkodobého bezplatného vypůjčení přístroje na oddělení.

Bude zadavatel akceptovat hodnotu nižší než 50 dB jako splnění požadavku zadávací dokumentace?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel připouští maximální hlučnost do 50 dB.

V příloze zasíláme opravenou přílohu č.2 Výzvy Technické parametry.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny do 18.9. 2023 do 10:00 hod.