

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávku zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – polohovací lůžka“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 5.9.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „vnější rozměr lůžka maximálně 214 x 100 cm“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout lůžko s vnějším rozměrem 218 x 100 cm?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „elektrický zdvih v rozmezí maximálně od 38 – minimálně 82 cm“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout lůžko s elektrickým zdvihem v rozmezí 39,5 – 76 cm?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „čela plastová vyjímatelné s pojistkami proti nechtěnému vyjmutí, omyvatelné, dezinfikovatelné s ochrannými prvky proti kolizi a poškození lůžek (nárazový kužel z obou spodních hran čela), možnost výběrů barvy výplně plastů“

Dotaz zní: Může zadavatel blíže vysvětlit: „nárazový kužel z obou spodních hran čela“? Jedná se o ochranný prvek, který bývá umístěn v rozích lůžka a slouží k ochraně lůžka samotného, a také k ochraně zdí, stěn výtahů atd.? Může být tento ochranný prvek ve formě kolečka? Může být barevný dekor čela lůžka realizován formou barevného pruhu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že se jedná o ochranné prvky na hranách čel. Zadavatel připouští kužely i kolečka. Barevný dekor může být dodán jen na části čel, např. formou barevného pruhu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „váha lůžka maximálně do 130 kg“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout lůžko jehož hmotnost je 135 kg?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „lůžko musí mít hrazdu (se zatížením min. 90 kg) a hrazdičku, držák infúzí na hrazdu a infuzní stojan teleskopický s kovovými háčky“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout lůžko s hrazdou s doporučeným zatížením 75 kg?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „materiálové složení – vylévaná 4G pěna, studená HR pěna“

Dotaz zní:

Může uchazeč nabídnout matraci ve složení viskoelastická pěna a PUR pěna?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „rozměr jídelního stolu minimálně 55 x 40 cm“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout stůl s jídelní deskou rozměru 60 x 33, 5 cm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

„V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění je uvedeno: „plynulá nastavitelnost jídelní desky musí být v rozmezí 75 – 110 cm“

Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout stůl s jídelní deskou nastavitelnou v rozmezí 72 – 106 cm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Zadavatel jako přílohy tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravenou Specifikaci předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 17.10. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele