

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková  
TEL./FAX: 515 215 227  
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 14.9.2023

Zadavatel:  
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
MUDr. Jana Janského 11  
669 02 Znojmo

## Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Dialyzační monitor včetně mobilní vodárny ze dne 8.9.2023

### Dotaz č.2

Na řádce č. 12 přílohy č. 2 - Technické parametry zadavatel požaduje možnost podání bolusu substitučního roztoku. Z uvedeného požadavku nám není jasné, co zadavatel míní požadovanou hodnotou  $\geq 15$ ?

12	on-line bolus substitučního roztoku v průběhu terapie min. v rozsahu 50-240ml	$\geq 15$	
----	---	-----------	--

### Odpověď k dotazu č.2:

Omylem byla uvedena chybná hodnota, která byla opravena a v příloze zasíláme opravenou přílohu č.2 Výzvy Technické parametry.

### Dotaz č.3

- 1) Na ř. č. 26 přílohy č. 2 - Technické parametry se zadavatel odvolává na kvalitu vstupní vody pro osmózu. V zadávací dokumentaci jsme však žádné výsledky rozboru vstupní vody nenašli. Požadujeme doplnění tohoto podkladu.

26	mobilní úpravná vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu pro oddělení hemodialýzy v souladu s normou ISO 23500, včetně kompletní předúpravy, jejíž konfigurace bude navržena na základě lřipožených výsledků rozboru vstupní vody	ANO	
----	---	-----	--

### Odpověď k dotazu č.3:

Rozbor vstupní vody přidáváme do zadávací dokumentace jako přílohu 7 Rozbor vstupní vody.

### Dotaz č.4

Žádáme o potvrzení, zda je v rámci cenové nabídky možné ocenit položku prováděné instruktáže cenou 0,- Kč, i přesto, že je prováděna většinou (běžně je poskytována zdarma).

### Odpověď k dotazu č.4:

Zadavatel neomezuje nabízenou cenu instruktáže, tj. může být od 0,- Kč.

### Dotaz č.5

V čl. V odst. 1 a v příloze č. 1 kupní smlouvy zadavatel odkazuje na modulární dokovací stanice a řídicí jednotka SCU, HP, které nejsou předmětem veřejné zakázky. Žádáme o úpravu přiloženého návrhu smlouvy.

#### **Odpověď k dotazu č.5:**

Nedopatřením bylo ponecháno chybné znění ze vzoru smlouvy.

V příloze zasíláme opravenou přílohu č.5 Výzvy Obchodní podmínky - Kupní smlouva.

#### **Dotaz č.6**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dialyzačního monitoru a mobilní úpravny vody. Dovolujeme si zadavatele upozornit, že se jedná o dva odlišné zdravotnické prostředky a úpravnu vody nelze brát jako příslušenství dialyzačního monitoru. Tyto přístroje mají odlišnou předepsanou četnost prohlídek, cenu servisu atp.

Z toho důvodu je nutné rozdělení čl. IV. odst. 3 i čl. VII odst. 2 Kupní smlouvy tak, aby bylo možné hodnoty uvést samostatně pro jednotlivé přístroje. U čl. II. odst. 2 pak není zřejmé, zda má být uvedena cena dohromady za dialyzační monitor i úpravnu vody, resp. kde má být uvedena cena za úpravnu vody.

Stejně tak by mělo dojít k úpravě přílohy č. 3 Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1 tak, aby bylo možné uvést prodejní cenu, cenu servisních činností (a jejich četnost) a cenu instruktáže samostatně pro každé zařízení. (přílohy také zmiňuje bezpředmětný dezinfektor)

#### **Odpověď k dotazu č.6:**

Zadavatel akceptuje uvedené připomínky a byly upraveny následující přílohy, tj.

- příloha č.3 Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1
- příloha č.5 Výzvy Obchodní podmínky - Kupní smlouva.

#### **Dotaz č.7**

Kupní smlouva zároveň stanovuje podmínky pozáručního servisu včetně cen za jeho provádění. Z uvedeného znění nám není zřejmé, na jak dlouho jsou tyto podmínky závazné a za jakých podmínek je možné tuto smlouvu (pozáruční servis) vypovědět. Žádáme zadavatel o doplnění smlouvy o tyto body a zároveň vzhledem k předpokládané délce smlouvy o doplnění inflační doložky.

#### **Odpověď k dotazu č.7:**

Zadavatel akceptuje zasláné připomínky a příloha č.5 Obchodní podmínky - Kupní smlouva byla dle nich doplněna

Opravené přílohy:

- příloha 2 Technické parametry\_rev
- příloha č.3 Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1\_rev
- příloha č.5 Výzvy Obchodní podmínky - Kupní smlouva\_rev

nová příloha

- příloha 7 Rozbor vstupní vody

Všechny uvedené přílohy zasíláme a budou zveřejněny na profilu zadavatele.

**Vzhledem k úpravě a doplnění zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 29.9. 2023 do 10:00 hod.**