

Příloha č. 1 – Položková a technická specifikace zboží

Kombinovaný audiometr a tympanometr

Příloha č. 5.2. - Minimální technické požadavky

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Kombinovaný audiometr a tympanometr			
Interacoustics AA222			
Specifikace přístroje			
České ovládací menu přístroje	ANO	ANO	
Tónová audiometrie pro vzdušné vedení (křivky HL, MCL a UCL) a kostní vedení	ANO	ANO	
Slovní audiometrie v grafickém nebo tabulkovém režimu (křivky SRT, WR, MCL a UCL)	ANO	ANO	
Vestavěný přehravač pro slovní audiometrii, možnost připojení CD přehravače	ANO	ANO	
Vestavěná obousměrná komunikace s pacientem	ANO	ANO	
Testy- SISI, Fowler, Stenger, Langenbeck, binaural speech, Hughson - Westlake	ANO	ANO	
Barevný velkoplošný grafický LCD displej s úhlopříčkou min. 12cm	min. 12cm	ANO	
Interní datová paměť min. pro 10 000 pacientů	min. 10 000	ANO	
Podpora více uživatelů (individuální nastavení přístroje pro každého uživatele)	ANO	ANO	
Přímý tisk bez použití PC na standardní tiskárny	ANO	ANO	
Min. 2 x USB (konektor A a B) rozhraní pro připojení klávesnice, myši nebo počítače	min. 2	ANO	
NOAH kompatibilní	ANO	ANO	
Tympanometrické vyšetření 226 Hz v rozsahu tlaků + 400 až - 600 daPa	ANO	ANO	
SW licence zajišťující obousměrný přenos dat do PC	ANO	ANO	
Ipsilaterální a kontralaterální reflexy na 5 frekvencích 500 Hz až 4 kHz (ipsi), resp. 8 frekvencích 250 Hz až 8 kHz (kontra)	ANO	ANO	
Test únovnosti reflexu	ANO	ANO	
Dva testy funkčnosti Eustachovy trubky pro intaktní a perforovaný bubínek	ANO	ANO	
Diagnostická sonda s barevnou LED indikací stavu	ANO	ANO	
Propojení s vyšetřovací audiometrickou kabinou	ANO	ANO	

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatelé sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".